



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s názvem

„LFP - Dodávka instrumentačních a resuscitačních vozíků“

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 12. 06. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Níže zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, ráda bych prosím o akceptaci zda můžeme nabídnout alternativu:

1) Resuscitační vozík

- v popisu máte: Tlačné madlo: nerez ocel AISI304 - momentálně již nerezové tlačné madlo neděláme, je nahrazeno ergonomickým tlačným madlem: plastové - budete prosím akceptovat?

- v popisu máte: nerezový otevírač ampulí - momentálně již nerezový otevírač ampulí nevyrábíme a byl nahrazen plastovým: <https://www.klaro.cz/produkt/5763p> - budete prosím akceptovat?

2) Instrumentační vozík

Budete prosím akceptovat náš standardní výrobek NEREZ2724NZ - viz příloha
Předem děkujeme za kladné odpovědi.*

Odpověď č. 1:

K bodu 1):

Ano, zadavatel bude akceptovat i plastové madlo a otevírač ampulí.

K bodu 2):

Zadavatel nebude akceptovat nabízený výrobek, protože nesplňuje požadavky na velikosti zásuvek a na hladké spodní plato uvedené ve specifikaci zboží.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do 29. 6. 2025 9:00 hod.

Zástupce zadavatele

Mgr. Ondřej Škrabal