

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZAVEDENÉM DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU VÝZVA 31/2025 LABORATORNÍ MATERIÁL E KATALOG (DÁLE JEN „VÝZVA“)

Název zavedeného dynamického nákupního systému: UK 1.LF – Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu (dále jen „DNS“)

Zadavatel tímto v souladu s § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zahajuje veřejnou zakázku v zavedeném DNS a vyzývá dodavatele zařazené do DNS k podání nabídky. Výzva obsahuje náležitosti dle přílohy č. 6 k ZZVZ a další informace nutné k řádnému a včasnému podání nabídky. **Zadavatel v souladu s § 215 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby nabídka byla předložena jako elektronický katalog, jehož šablona je přílohou č. 1 výzvy.**

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Týká se součástí: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2

IČO: 00216208

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Ing. Daniela Slováková, oddělení veřejných zakázek

E-mail: daniela.slovakova@lf1.cuni.cz

DBID veřejné zakázky: 10456

Systémové číslo zakázky: P25V00000819

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_10456.html

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky komodit:

Rukavice vyšetřovací, latexové

"Vytahovače magnetických míchadel (délka 350 mm; průměr tyčky 8 mm; materiál PTFE; Průměr spodní části 10 mm)"

Kádinka PP

Odměrný válec sklo

Krabička na kryozkumavky

Škrabka na buňky

Buněčná stěrka

Stojánek pro mikrozukumavky

Počítadlo buněk

Stojan na centrifugační zkumavky

Láhev sklo

Stojan na zkumavky - 4 strany

Pinzeta

GSTrap™kolony

Pipeta sérologická

Miska pro tkáňové kultury

Destička na tkáňové kultury

Zkumavka centrifugační

Mikrozukumavka

Rukavice nitrilové
Zkumavka centrifugační
Mikrozskumavka PCR
Rukavice
Injekční jehla
Injekční stříkačka
Buničitá vata - přířezy
Buničitá vata - buničité tampony

jejichž podrobná specifikace poptávaného plnění je uvedena v příloze č. 1 výzvy – **Šablona elektronického katalogu**, která je nedílnou součástí výzvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **270 000,00 Kč** bez DPH.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace k DNS je přístupná na profilu zadavatele, v elektronickém nástroji E-ZAK, na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html, ve složce týkající se DNS.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s § 141 odst. 3 ZZVZ a je uveřejněna na profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK), ve složce týkající se DNS. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že lhůta pro podání nabídek může být v době jejího běhu prodlužována, proto zadavatel doporučuje dodavatelům, aby v době běhu lhůty pro podání nabídek průběžně sledovali údaje uveřejněné na profilu zadavatele ve složce týkající se DNS.

Vysvětlení výzvy:

Dodavatel může zadavatele požádat o vysvětlení výzvy. Zadavatel může dodavatelům poskytnout vysvětlení výzvy z vlastní iniciativy.

Žádost dodavatele o vysvětlení výzvy musí mít písemnou formu a musí být zadavateli doručena následujícím způsobem:

- a) prostřednictvím profilu zadavatele nebo
- b) na kontaktní e-mail zadavatele (daniela.slovakova@lf1.cuni.cz), nebo
- c) datovou schránkou zadavatele: piyj9b4 s uvedením označení „1.LF UK OVZ“ v předmětu datové zprávy.

Při poskytování vysvětlení výzvy, ať již z vlastní iniciativy zadavatele, nebo na základě žádosti dodavatele, postupuje zadavatel přiměřeně podle § 98 ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak.

Zadavatel může výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, zašle všem dodavatelům zařazeným do DNS nejméně 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení výzvy písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení zašle všem dodavatelům zařazeným do DNS včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení výzvy požádal. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet třídní lhůtu pro zaslání vysvětlení všem dodavatelům zařazeným do DNS, stanovenou podle předchozího odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení výzvy doručena včas a zadavatel neodešle vysvětlení výzvy dodavatelům zařazeným do DNS do 2 dnů ode dne doručení žádosti, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení výzvy do odeslání vysvětlení výzvy 2 dny.

V případě, kdy zadavatel na základě žádosti o vysvětlení výzvy provede změnu nebo doplnění výzvy, postupuje přiměřeně podle § 99 ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak.

Podmínky obsažené ve výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění výzvy musí být zaslána všem dodavatelům zařazeným do DNS. Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje dodavatelům v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek sledovat složku týkající se DNS na profilu zadavatele, kde se mohou objevit nové informace týkající se výzvy.

Požadavky na obsah nabídek:

Nabídka je podávána jako elektronický katalog. Dodavatel může k podání nabídky využít:

- 1) **Šablonu č. 1 elektronického katalogu, která je přílohou č. 1 výzvy ve formátu csv, ve které vyplní v prázdných polích požadované údaje zadavatelem, tj. údaje o nabízených plnění, ceně za měrnou jednotku, sazbu DPH v %, popis plnění, katalogové číslo/popis produkt, nabízené plnění, internetovou adresu a zároveň**
- 2) **Šablonu č. 2 – importní soubor, která je přílohou č. 2 výzvy ve formátu csv, do které dodavatel zkopíruje pouze dodavatelem vyplněné údaje ze Šablony č. 1 nebo**
- 3) **Šablonu č. 2 – importní soubor, která je přílohou č. 2 výzvy ve formátu csv nebo si jí může rovněž dodavatel stáhnout z e-katalogu předdefinovaného v E-ZAK po rozkliknutí pole „načíst csv“. Do této šablony č. 2 dodavatel vyplní do prázdných polí požadované údaje zadavatelem dle odst. 1) nebo**
- 4) **Předdefinovaný elektronický katalog uložený přímo v E-ZAK v záložce s názvem „Elektronický katalog“.**

Zadavatelem zpracovaný přehledný návod k podání nabídek je uveden v Příloze č. 3 této výzvy, popř. může dodavatel využít návod, který je k dispozici na webu E-ZAK: <https://ezak.cz/funkce-a-manualy>, <https://zakazky.cuni.cz/manual.html>

Způsob podání nabídek:

Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html. Dodavatel, který hodlá podat **nabídku**, musí být v elektronickém nástroji E-ZAK řádně registrován jako „dodavatel“. Bližší informace je možné získat na webových stránkách elektronického nástroje E-ZAK.

Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK naleznou dodavatelé v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na adrese <https://ezak.cz/funkce-a-manualy>, <https://zakazky.cuni.cz/manual.html> a v příloze č. 3 E-katalog návod nebo <https://ezak.cz/funkce-a-manualy>, <https://zakazky.cuni.cz/manual.html>.

Test nastavení internetového prohlížeče a systému lze nalézt na adrese: https://zakazky.cuni.cz/test_index.html.

Nabídka bude vložena dodavatelem v elektronické formě do elektronického listu nabídky, vytvořeného v atestovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek ze strany zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.

Dodavatel podává pouze jeden katalog (jednorázový katalog), ve kterém vyplní požadované údaje zadavatelem pro všechny položky katalogu či jen některé podle vlastního uvážení (pro každou položku může být zadavatelem vybrán jiný dodavatel), a to způsobem – vyplněním šablon či vyplněním předdefinovaného e-katalogu v E-ZAK. Elektronický katalog se podává prostřednictvím pole „poslat nabídku“. Po kliknutí na pole „načíst z csv“ dodavatel vybere šablonu vyplněnou údaji a importuje ji do systému jako vložený katalog.

Dodavatel nemusí uplatnit způsob podání nabídky vyplněním šablon, ale může využít přímo předdefinovaného e-katalogu v E-ZAK a tímto odeslat nabídku.

Elektronický katalog ve formátu csv se nevkládá jako příloha nabídky!!! Do pole v E-ZAK „Přílohy nabídky“ při podání nabídky se vkládají pouze např. certifikáty k požadované kompatibilitě či jiné dokumenty požadované zadavatelem nad rámec vyplnění údajů v elektronickém katalogu.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, **aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky** (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Nabídka musí být podána v českém jazyce. Pokud má dodavatel příslušný zadavatelem požadovaný doklad k dispozici pouze v jiném než českém jazyce, musí tento doklad předložit společně s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Postup zadavatele po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Pro výběr dodavatele se uplatní § 215 odst. 2 písm. b) ZZVZ, kdy zadavatel provede výběr z více elektronických katalogů dodavatelů pro každou položku samostatně.

Objasnění a doplnění nabídky

Shledá-li zadavatel v podané nabídce nejasnosti nebo pochybení zhojitelné analogicky postupem podle § 46 ZZVZ, může dotčeného dodavatele vyzvat k objasnění nebo doplnění nabídky ve smyslu citovaného ustanovení při dodržení zásad stanovených v § 6 ZZVZ. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu pro objasnění nebo doplnění nabídky prodloužit nebo prominout její zmeškání. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, může však být doplněna na základě žádosti podle předchozích dvou vět o údaje, doklady, vzorky nebo modely, kteře nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Podle § 114 odst. 2 věty druhé ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH pro každou položku elektronického katalogu samostatně.**

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH každé položky uvedenou dodavatelem v předloženém elektronickém katalogu. Nabídka dodavatele musí být předložena jako elektronický katalog, přičemž dodavatel je povinen do elektronického katalogu doplnit pouze zadavatelem požadované údaje, tedy ke každé nebo dodavatelem zvolené položce, na kterou podává nabídku:

- **jednotkovou cenu v Kč bez DPH (cena MJ bez DPH),**
- **výši sazby DPH (v %) (DPH %),**
- **katalogové číslo nabízeného plnění nebo popis nabízeného plnění (popis/katalogové číslo),**
- **nabízené balení,**
- **internetová adresa na nabízené plnění, příp. internetová adresa dodavatele (link).**

Zadavatel sestaví pořadí nabídek pro každou položku elektronického katalogu samostatně podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH na konkrétní položku od nabídky obsahující nejnížší nabídkovou cenu v Kč bez DPH na konkrétní položku po nabídku obsahující nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH na konkrétní položku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na konkrétní položku elektronického katalogu bude nabídka obsahující nejnížší nabídkovou cenu v Kč bez DPH na konkrétní položku.

Výběr dodavatelů

Zadavatel oznámí výběr dodavatelů s odůvodněním všem dodavatelům zařazeným do DNS, kteří podali nabídku. Zadavatel zadá veřejnou zakázku v rámci DNS pro každou položku samostatně, vždy tomu z dodavatelů, který na tuto položku podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Vyskytnou-li se důvody hodné zvláštního zřetele (v průběhu zadávacího postupu vyjde najevo, že plnění nabízené vybraným dodavatelem v rámci konkrétní položky neodpovídá plnění poptávanému zadavatelem v rámci této položky, anebo vybraný dodavatel poté, co mu zadavatel v souladu s § 215 odst. 4 ZZVZ předloží jím vybrané údaje z elektronického katalogu k věcné kontrole, ohledně konkrétní položky vyjádří úmysl neposkytnout zadavateli předmětné plnění nebo odmítne poskytnout zadavateli potřebnou součinnost), je zadavatel oprávněn vybrat v rámci konkrétní položky dalšího dodavatele v pořadí.

Zadání veřejné zakázky proběhne v souladu s přílohou č. 5 k zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zavedení DNS – Závazné obchodní podmínky, a to pro každou položku samostatně, resp. vůči každému z vybraných dodavatelů ohledně všech položek, u kterých se konkrétní dodavatel stal vybraným dodavatelem.

Dodavatel, který byl na základě hodnocení nabídek a posouzení souladu nabízeného plnění s poptávaným plněním vybrán k uzavření smlouvy (formou objednávky a její akceptace) ohledně konkrétní položky/konkrétních položek, budou před uzavřením smlouvy předloženy vybrané údaje z elektronického katalogu týkající se této položky/těchto položek k věcné kontrole a k potvrzení, že bude akceptovat příslušnou objednávku. K těmto úkonům bude vybranému dodavateli stanovena lhůta minimálně 24 hodin od okamžiku doručení předložených údajů.

Mimořádně nízká nabídková cena:

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit, zda nabídka obsahuje či neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ. V případě, že zadavatel posoudí nabídkovou cenu obsaženou v nabídce dodavatele (nabídkovou cenu vztahující se ke kterékoli z položek poptávaného plnění) jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (nebo jeho kterékoli části), bude postupovat analogicky podle § 113 ZZVZ.

Zrušení zadávání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky analogicky podle § 127 odst. 1 a odst. 2 písm. b) až e) a h) ZZVZ.

Podáním nabídky v rámci tohoto zadávacího postupu dodavatel podávající nabídku současně prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené níže a potvrzuje všechny skutečnosti uvedené v následujících ustanoveních:

Dodavatel podávající nabídku v rámci tohoto zadávacího postupu čestně prohlašuje, že

1. se v plném rozsahu seznámil s podmínkami stanovenými pro zadávání této veřejné zakázky, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro zadávání této veřejné zakázky,
2. informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v jím podané nabídce, jsou úplné a pravdivé,
3. si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti vyplývající ať již ze zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zavedení DNS nebo z výzvy,
4. s podmínkami zadávání této veřejné zakázky souhlasí a respektuje je,

5. v okamžiku podání nabídky nadále platí skutečnosti a údaje, které uvedl v žádosti o účast v zadávacím řízení na zavedení DNS/v žádosti o účast v zavedeném DNS, týkající se jeho kvalifikace, neexistence střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, na jeho straně, neexistence střetu zájmů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jeho straně, neexistence důvodů pro uplatňování mezinárodních sankcí dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, vůči němu nebo jeho poddodavateli, neexistence důvodů pro uplatňování omezujících nebo sankčních opatření EU vůči němu nebo jeho poddodavateli, jakož i neexistence provázanosti jeho samotného nebo jeho poddodavatele se zeměmi nespolupracující jurisdikce,
6. dává souhlas s nakládáním a zpracováním osobních údajů obsažených v nabídce a dalších dokumentech předložených zadavateli v souvislosti se zadáváním této veřejné zakázky podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zpracování osobních údajů, pro případnou kontrolu údajů jím uvedených v čestných prohlášeních, a to po dobu minimálně 10 let od udělení tohoto souhlasu nebo minimálně po dobu, po kterou je zadavatel povinen archivovat dokumenty podle smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky,
7. že splňuje veškeré požadavky zadavatele vztahující se k plnění této veřejné zakázky, na které podává nabídku (k položkám, na které podává nabídku), a že je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán textem Závazných obchodních podmínek, které jsou obsaženy v příloze k ZD k zadávacímu řízení na zavedení DNS, jakož i veškerými podmínkami zadavatele stanovenými ve výzvě, zejména podmínkami poptávaného plnění stanovenými v příloze č. 1 Výzvy ve formátu csv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Šablona č. 1 elektronického katalogu

Příloha č. 2 – Šablona č. 2 – importní soubor

Příloha č. 3–E katalog návod

V Praze dne

Iveta Stachová

vedoucí oddělení veřejných zakázek

Pořadí	Obecný název	Specifikace	Rozsah balení	Kompatibilita	Počet MJ	MJ	Místo plnění	Zdroj financování	Poznámka
poradí	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A14	A15	A16
1	Rukavice vyšetřovací, latexové	Rukavice vyšetřovací, jednorázové, latexové, nepudované, velikost S	max 100 ks/bal	není	10000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08, 2. patro, dveře 3.054, Martina Lacinová	410-130	není
2	Rukavice vyšetřovací, latexové	Rukavice vyšetřovací, jednorázové, latexové, nepudované, velikost M	max 100 ks/bal	není	8000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08, 2. patro, dveře 3.054, Martina Lacinová	410-130	není
3	Rukavice vyšetřovací, latexové	Rukavice vyšetřovací, jednorázové, latexové, nepudované, velikost L	max 100 ks/bal	není	8000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08, 2. patro, dveře 3.054, Martina Lacinová	410-130	není
4	Vytahovače magnetických míchadel (délka 350 mm; průměr tyčky 8 mm; materiál PTFE; Průměr spodní části 10 mm)	Tyčka s feromagnetickým koncem. Vytahovače z PP s okem na nemagnetickém konci. Délka 350 mm; průměr tyčky 8 mm; materiál PTFE; Průměr spodní části 10 mm	max 3 ks	není	3	1 ks	BIOCEV 1. lékařské fakulty, Průmyslová 595, Vestec	GAUK 252891 9842025	není
5	Kádinka PP	kádinka z PP - průsvitná, objem 2 l, se stupnicí graduace po 50 ml, dobrá chemická odolnost, odolnost vůči zahřátí do 121 °C (po dobu 20 minut)	neuveden	není	3	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
6	Kádinka PP	kádinka z PP - průsvitná, objem 5 l, se stupnicí graduace po 50 ml, dobrá chemická odolnost, odolnost vůči zahřátí do 121 °C (po dobu 20 minut)	neuveden	není	2	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
7	Odměrný válec sklo	odměrný válec vysoký, objem 1l, sklo sodnodrasselné, třída B, kulatá základna, výlevka, tavená stupnice po 10ml	neuveden	není	10	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
8	Odměrný válec sklo	odměrný válec vysoký, objem 500 ml, sklo sodnodrasselné, třída B, kulatá základna, výlevka, tavená stupnice po 5ml	neuveden	není	10	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
9	Odměrný válec sklo	odměrný válec vysoký, objem 250ml, sklo sodnodrasselné, třída B, kulatá základna, výlevka, tavená stupnice po 2 ml	neuveden	není	10	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
10	krabička na kryozkumavky	plast PC, na kryozkumavky o objemu 1,2 až 2,0ml, autoklávovatelná, rozsah teplot -196 to +121 °C, víko s vytištěnou mřížkou s číslem pozic, počet pozic 9x9, rozměr krabičky 133×133×52 mm	neuveden	není	8	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
11	Škrabka na buňky	Buněčná škrabka adherentních buněk, šířka čepele 20 mm; délka 250 mm, tenká, flexibilní TPE čepel zabraňuje poškození buněk; jednotlivě zabalené; sterilizováno, bez DNázy, RNázy a nepyrogní, jednotlivě baleno	neuveden	není	300	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
12	Buněčná stěrka	Buněčná stěrka určená pro použití v baňkách a pro sběr buněk v miskách., čepel uzpůsobená pro minimalizaci poškození buněk a zajišťuje rovnoměrný kontakt s růstovým povrchem. Jednotlivě balené. Sterilizováno gama zářením. Npyrogenní, celková délka 180 mm, čepel 19 mm	neuveden	není	100	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
13	stojánek pro mikrozukumavky	stojánek na mikrozukumavky počet otvorů 96 (8×12) pro 0,5 ml mikrozukumavky nebo 1,5/2,0 ml mikrozukumavky.	neuveden	není	30	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není

14	stojánek pro mikrozkušavky	stojánek na mikrozkušavky počet otvorů 80 (5×16) Stojánek pro centrifugační mikrozkušavky. 80×1,5/2,0 ml centrifugačních mikrozkušavek	neuveđen	není	30	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
15	počítadlo buněk	Ruční počítadlo buněk - kovový kryt	neuveđen	není	1	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
16	stojan na centrifugační zkumavky	stojan plastový na centrifugační zkumavky - stojan na centrifugační zkumavky objemu 15 ml a 50 ml. Počet pozic 15/50ml = 30/20, stabilní použití ve vodní lázni. Vhodný ke sterilizaci pomocí 70% alkoholu	neuveđen	není	20	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
17	Láhev sklo	Láhev laboratorní skleněná 100ml, se šroubovacím uzávěrem z PP závit GL45, typ sklad borosilikátové sklo třída Velmi dobrá chemická odolnost. Vysoká teplotní odolnost. Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty. Sklo typu I podle norem USP, EP a JP	neuveđen	není	20	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
18	stojan na zkumavky - 4 strany	Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle - PP Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle. strana 1: počet otvorů 4x30 mm v průměru pro 50 ml zkumavky, strana 2: počet otvorů 12×17 mm v průměru pro 15 ml zkumavky, strana 3: počet otvorů 32x12 mm v průměru pro 1,5/2,0 ml mikro, strana 4: počet otvorů 32x8 mm v průměru pro 0,5 ml mikrozkušavky, chemicky odolné, autoklávovatelné	neuveđen	není	20	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
19	Láhev sklo	Láhev laboratorní skleněná 250ml - Láhev laboratorní, se šroubovacím uzávěrem z PP závit GL45. borosilikátové sklo třída 3.3, čiré, Velmi dobrá chemická odolnost. Vysoká teplotní odolnost. Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty. Sklo typu I podle norem USP, EP a JP	neuveđen	není	30	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
20	Láhev sklo	Láhev laboratorní skleněná 500ml - Láhev laboratorní, se šroubovacím uzávěrem z PP závit GL45. borosilikátové sklo třída 3.3, čiré, Velmi dobrá chemická odolnost. Vysoká teplotní odolnost. Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty. Sklo typu I podle norem USP, EP a JP	neuveđen	není	30	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
21	Láhev sklo	láhev laboratorní skleněná 1000ml - Láhev laboratorní se šroubovacím uzávěrem z PP závit GL45. borosilikátové sklo třída 3.3, čiré, Velmi dobrá chemická odolnost. Vysoká teplotní odolnost. Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty. Sklo typu I podle norem USP, EP a JP	neuveđen	není	30	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není

22	Láhev sklo	láhev laboratorní skleněná 2000ml - Láhev laboratorní se šroubovacím uzávěrem z PP závit GL45. borosilikátové sklo třída 3.3, čiré, Velmi dobrá chemická odolnost. Vysoká teplotní odolnost. Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty. Sklo typu I podle norem USP, EP a JP	neuveden	není	20	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
23	Pinzeta	Pinzeta s rovnými, velmi jemné hroty. Délka 125 mm. Nerezová ocel	neuveden	není	3	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
24	Pinzeta	pinzeta - vykrojené, velmi jemné hroty. Nerezová ocel. délka 110 mm	neuveden	není	6	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
25	GSTrap™kolony	kolony pro vysoce kapacitní jednostupňové čištění proteinů značených glutathion S-transferázou (GST). Vysoká vazebná kapacita, mírné eluční podmínky, GSTrap fast flow jsou určeny k použití s chromatografickým systémem ÄKTA = současné vybavení laboratoře, nutná kompatibilita s tímto systémem. max tlak 5 bar, rozsah pH 3 - 12, kapacita 5x1 ml, průtoková rychlost - <4 ml/min, velikost částic - 90 µm	neuveden	určeny k použití s chromatografickým systémem ÄKTA = současné vybavení laboratoře, nutná kompatibilita s tímto systémem	5	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	*Odůvodnění kompatibility u pol. č. 33 -GSTrap™kolony - Důvodem pro uvedení názvů předmětů plnění a názvů v parametrech, specifikacích je nutnost kompatibility s již stávajícím lab. přístrojem chromatografickým systémem ÄKTA. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Žadatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.
26	Pipeta sérologická	Pipeta sérologická 5 ml; PS; stupnice 1/10 ml; záporná stupnice 2,5 ml, nepyrogenní/bez endotoxinů, necytotoxická, sterilní, baleno jednotlivě	200-500kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
27	Pipeta sérologická	Pipeta sérologická 10 ml; PS; stupnice 1/10 ml; záporná stupnice 3 ml, nepyrogenní/bez endotoxinů, necytotoxická, sterilní, baleno jednotlivě	200-500kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
28	Pipeta sérologická	Pipeta sérologická 25 ml; PS; stupnice 2/10 ml; záporná stupnice 10 ml, nepyrogenní/bez endotoxinů, necytotoxická, sterilní, baleno jednotlivě	100 - 200kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
29	miska pro tkáňové kultury; 150 mm	Petriho miska pro tkáňové kultury; průměr/výška = 150/20 mm, PS, vroubkovaný okraj u spodní části, ventilační výstupky ve víčku, adherentní povrch, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/µl, bakteriální DNA <0,02pg/µl, DNáza <7x10-5 U/µl, RNáza <7x10-9 U/µl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 5 kusů	není	500	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
30	Miska pro tkáňové kultury; 100 mm	Petriho miska pro tkáňové kultury; průměr/výška = 100/20 mm, PS, vroubkovaný okraj u spodní části, ventilační výstupky ve víčku, adherentní povrch, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/µl, bakteriální DNA <0,02pg/µl, DNáza <7x10-5 U/µl, RNáza <7x10-9 U/µl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 10 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není

31	Miska pro tkáňové kultury, 60 mm	Petriho miska pro tkáňové kultury; průměr/výška = 60/15 mm, PS, vroubkovaný okraj u spodní části, ventilační výstupky ve víčku, adherentní povrch, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/μl, bakteriální DNA <0,02pg/μl, DNáza <7x10-5 U/μl, RNáza <7x10-9 U/μl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 10 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
32	Miska pro tkáňové kultury, 35 mm	Petriho miska pro tkáňové kultury; průměr/výška = 35/10 mm, PS, vroubkovaný okraj u spodní části, ventilační výstupky ve víčku, adherentní povrch, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/μl, bakteriální DNA <0,02pg/μl, DNáza <7x10-5 U/μl, RNáza <7x10-9 U/μl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 10 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
33	Destička na tkáňové kultury; 24 jamek	Destička na tkáňové kultury; 24 pozic; s víčkem, ploché dno, pracovní objem 1 ml, adherentní povrch, baleno ve znovu uzavíratelném obalu, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/μl, bakteriální DNA <0,02pg/μl, DNáza <7x10-5 U/μl, RNáza <7x10-9 U/μl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 5 kusů	není	500	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
34	Destička na tkáňové kultury; 6 jamek	Destička na tkáňové kultury; 6 pozic; s víčkem, ploché dno, pracovní objem 4 ml, adherentní povrch, ve znovu uzavíratelném obalu, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/μl, bakteriální DNA <0,02pg/μl, DNáza <7x10-5 U/μl, RNáza <7x10-9 U/μl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 5 kusů	není	500	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
35	Destička na tkáňové kultury; 12 jamek	Destička na tkáňové kultury; 12 pozic; s víčkem, ploché dno, pracovní objem 2 ml, adherentní povrch, ve znovu uzavíratelném obalu, materiál nesmí překračovat detekční limity biologických kontaminací: lidská DNA < 5 pg/μl, bakteriální DNA <0,02pg/μl, DNáza <7x10-5 U/μl, RNáza <7x10-9 U/μl, nulová cytotoxicita v souladu s řadou norem ISO10993, pyrogeny/endotoxiny <0,06 EU/ml, sterilní, parametry čistoty doloženy certifikací u každé šarže	max 5 kusů	není	500	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není

36	zkumavka centrifugační	Zkumavka o objemu 50 ml; PP; se šroubovacím víčkem, kónické dno, graduovaná, s boční popisovací plochou, sterilní, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxická, bez DNA/DNase/Rnase; centrifugace do 15 500 x g	max 25 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
37	zkumavka centrifugační	Zkumavka o objemu 15 ml; PP; se šroubovacím víčkem, kónické dno, graduovaná, s boční popisovací plochou, sterilní, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxická, bez DNA/DNase/Rnase, centrifugace do 15 500 x g	max 50 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
38	Mikrozkumavka 1,5 ml;	Mikrozkumavka 1,5 ml; PP; se zámkem, bezbarvá, graduovaná, popisovací plocha, centrifugace do 30 000 x g	max 250 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
39	Mikrozkumavka 1,5 ml; hnědá	Mikrozkumavka 1,5 ml; PP; hnědá, se zámkem, graduovaná, popisovací plocha, centrifugace do 30 000 x g	max 250 kusů	není	500	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
40	Mikrozkumavka 2 ml; bezbarvá	Mikrozkumavka 2 ml; PP; se zámkem, bezbarvá, graduovaná, popisovací plocha, centrifugace do 25 000 x g	max 250 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
41	Mikrozkumavka 0,5 ml, bezbarvá	Mikrozkumavka 0,5 ml; PP; se zámkem, bezbarvá, graduovaná, popisovací plocha, centrifugace do 30 000 x g	max 500 kusů	není	1000	1 ks	Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Nemocnice 5, Praha 2, Praha	EXCELES LX22NPO5102	není
42	Destička 96-jamková, ploché dno, TC ošetření	Materiál - polystyren, s víčky též z PS, ploché dno, TC ošetření, plocha jamky 0,33 cm ² , průhledná barva destičky i víčka, sterilní, jednotlivě balené, bez DNáz a RNáz, nepyrogeční, víčko se zkoseným rohem, výška sestavené destičky a víčka 16,0 mm, číselné a písmenné označení 1.řádky a sloupce	1-100 destiček	není	200	1 ks	BIOCEV 1. lékařské fakulty, Průmyslová 595, Vestec, Doc. MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.	2022001 NU22-03-00182	není
43	Rukavice nitrilové	Rukavice vyšetřovací nitrilové, pravolevé rukavice se zdrsňnými konečky prstů, bez pudru, bez latexu, délka 240mm, velikost M, chemická odolnost podle EN 374, nepropustnost dle EN 455-1, pevnost dle EN 455-2	100- 200 rukavic/balení	není	2000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Příjem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
44	Rukavice nitrilové	Rukavice vyšetřovací nitrilové, pravolevé rukavice se zdrsňnými konečky prstů, bez pudru, bez latexu, délka 240mm, velikost S, chemická odolnost podle EN 374, nepropustnost dle EN 455-1, pevnost dle EN 455-2	100-200 rukavic/ balení	není	2000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Příjem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
45	Zkumavka centrifugační	Kónické zkumavky o objemu 15 ml, PP, se stupnicí, s popisnou plochou, centrifugace do 12 000g	100-500 kusů	není	500	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Příjem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
46	Mikrozkumavka PCR	tenkostěnná mikrozkumavka o objemu 0,5 ml, s připojeným plochým snadno propíchnutelným dokonale těsnícím víčkem, PP, matný popisovací povrch, stupnice po 0,1 ml, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogeční, barva čirá	100-1000kusů	není	1000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Příjem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
47	Mikrozkumavka PCR	tenkostěnná mikrozkumavka o objemu 0,5 ml, s připojeným plochým snadno propíchnutelným dokonale těsnícím víčkem, PP, matný popisovací povrch, stupnice po 0,1 ml, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogeční, barva modrá	100-1000kusů	není	1000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Příjem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není

48	Mikrozkumavka PCR	tenkostěnná mikrozkumavka o objemu 0,5 ml, s připojeným plochým snadno propíchnutelným dokonale těsnícím víčkem, PP, matný popisovací povrch, stupnice po 0,1 ml, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogenní, barva zelená	100-1000kusů	není	1000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Přijem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
49	Mikrozkumavka PCR	tenkostěnná mikrozkumavka o objemu 0,5 ml, s připojeným plochým snadno propíchnutelným dokonale těsnícím víčkem, PP, matný popisovací povrch, stupnice po 0,1 ml, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogenní, barva červená	100-1000kusů	není	1000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Přijem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
50	Mikrozkumavka PCR	tenkostěnná mikrozkumavka o objemu 0,5 ml, s připojeným plochým snadno propíchnutelným dokonale těsnícím víčkem, PP, matný popisovací povrch, stupnice po 0,1 ml, bez DNA, RNáz a DNáz, nepyrogenní, barva žlutá	100-1000kusů	není	1000	1 ks	Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 (Přijem materiálu Na bojišti 3, 4 patro)	MŠMT	není
51	Rukavice	rukavice latexové, jednorázové, pravolevé, nesterilní, bez pudru, strukturované konečky prstů, velikost S	max 100 ks/bal	není	1700	1 rukavice	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/7	Výuka AP	není
52	Rukavice	rukavice latexové, jednorázové, pravolevé, nesterilní, bez pudru, strukturované konečky prstů, velikost M	max 100 ks/bal	není	1700	1 rukavice	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/8	Výuka AP	není
53	Rukavice	rukavice latexové, jednorázové, pravolevé, nesterilní, bez pudru, strukturované konečky prstů, velikost L	max 100 ks/bal	není	1800	1 rukavice	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/9	Výuka AP	není
54	Rukavice	rukavice latexové, operační, sterilní, bez pudru, tělové, s rolovaný okrajem, velikost 6,5	1 pár = 1 bal	není	50	1 pár	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/10	Výuka AP	není
55	Rukavice	rukavice latexové, operační, sterilní, bez pudru, tělové, s rolovaný okrajem, velikost 7	1 pár = 1 bal	není	100	1 pár	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/11	Výuka AP	není
56	Rukavice	rukavice latexové, operační, sterilní, bez pudru, tělové, s rolovaný okrajem, velikost 7,5	1 pár = 1 bal	není	200	1 pár	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/12	Výuka AP	není
57	Rukavice	rukavice latexové, operační, sterilní, bez pudru, tělové, s rolovaný okrajem, velikost 8	1 pár = 1 bal	není	100	1 pár	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/13	Výuka AP	není
58	Rukavice	rukavice latexové, operační, sterilní, bez pudru, tělové, s rolovaný okrajem, velikost 8,5	1 pár = 1 bal	není	60	1 pár	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/14	Výuka AP	není
59	Injekční jehla, černá	Injekční jehla rozměr 22G 0,70 x 40 mm, černá	max 100 ks/bal	není	800	1 jehla	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/15	Výuka AP	není
60	Injekční jehla, růžová	Injekční jehla rozměr 18G 1,2 x 40 mm, růžová	max 100 ks/bal	není	1500	1 jehla	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/16	Výuka AP	není
61	injekční stříkačka	injekční stříkačka pro insulin 1.0 ml / 100 I.U.	max 100 ks/bal	není	500	1 stříkačka	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/17	Výuka AP	není
62	Injekční stříkačka 2 ml	Injekční stříkačka 2 ml, sterilní, jednotlivě balená v blistru, hladký chod pístu bez dostřiku, kontrastní kalibrace válce	max 100 ks/bal	není	400	1 stříkačka	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/18	Výuka AP	není
63	Injekční stříkačka 5 ml	Injekční stříkačka 5 ml, sterilní, jednotlivě balená v blistru, hladký chod pístu bez dostřiku, kontrastní kalibrace válce	max 100 ks/bal	není	1700	1 stříkačka	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/19	Výuka AP	není
64	Injekční stříkačka 10 ml	Injekční stříkačka 10 ml, sterilní, jednotlivě balená v blistru, hladký chod pístu bez dostřiku, kontrastní kalibrace válce	max 100 ks/bal	není	500	1 stříkačka	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/20	Výuka AP	není

65	Injekční stříkačka 20 ml	Injekční stříkačka 20 ml, sterilní, jednotlivě balená v blistru, hladký chod pístu bez dostřiku, kontrastní kalibrace válce	max 100 ks/bal	není	600	1 stříkačka	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/21	Výuka AP	není
66	Jehla černá	Jehla 22G x 1,5" 0,70 x 38 mm černá, speciální sterilní jehla určená pro vícenásobné odběry v uzavřeném systému, pro použití při jednom odběru krve do více zkumavek, jehla má zdokonalený hrot, menší úkos, potaženy silikonem, lubrikantem snižující tření, což umožňuje velmi jemné a hladké proniknutí do žíly	max 100 ks/bal	není	500	1 jehla	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/22	Výuka AP	není
67	Buničitá vata - přifezy	přifezy rozměry 20 x 15 cm / 1 kg, jemná struktura, bezprašnost, vysoká savost	balení = max 1kg, 15 x 20 cm	není	30	1 kg	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/23	Výuka AP	není
68	Buničitá vata - buničité tampony	buničité tampony 4 x 5 cm, z bělené buničité vaty s jemnou strukturou, se zpevněnými okraji s 8 vrstvami, vysoce savé a nepraší, dodavatel ocení balení v sáčku po 2 role x 500 ks	balení = 2 role po 500 kusech	není	30	1 bal	Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Albertov 2049/7, Praha 2, Praha - dodání Studničkova 2028/24	Výuka AP	není