

Specifikace zboží

Název zboží	Videolaryngoskop
Kód položky	S_007
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC I, alej Svobody 76, 3.NP, Simulační centrum, místnost 3.17
Popis zboží	

Předmětem poptávky je přístroj pro nepřímou videolaryngoskopii a obtížnou intubaci. Přístroj sestávající z kompaktní laryngoskopické lžice se zabudovanou kamerou a zdrojem studeného světla a samostatnou obrazovkou.

Technická specifikace:

- Videolaryngoskopické lžice z odolného a lehkého kovu typu Macintosh velikost 3 a 4 se zabudovanou kamerou s vysokým rozlišením a LED zdrojem světla.
- Součástí dodávky bude:
 - 1x videolaryngoskopickou titanovou lžicí pro obtížné intubace vel. 3.
 - 1x videolaryngoskopickou titanovou lžicí pro obtížné intubace vel. 4.
- Lžice sterilizovatelné, určené pro opakované použití, odolná vůči běžně používaným dezinfekčním prostředkům.
- Samostatná obrazovka s vysokým rozlišením, úhlopříčkou min. 24", funkcí touch screen, výstup HDMI pro možnost záznamu a výstupu pro úložná média a externí monitory.
- Možnost nahrávání průběhu intubace (video i audio), možnost pořizování fotografií.
- Propojení laryngoskopu a obrazovky kabelem.
- Baterie umožňující provoz přístroje po dobu alespoň 90 minut bez síťového připojení + napájecí adaptér.
- Pojízdň 4 ramenný stojan s úložnými prostory na lžice a další příslušenství.
- Uchycení obrazovky ke stojanu na rameno umožňující pohyb ve 3 osách.
- Možnost dokoupit další velikosti lžic.

Provedení zaškolení	Minimální doba zaškolení 2 hodiny.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU
CPV kód zboží	33100000-1 Zdravotnické přístroje