

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. NÁZEV A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	UK 1. LF – Přístroj pro real-time PCR analýzu
Druh a režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Č. veřejné zakázky (DBID):	10578

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součástí:	1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2
IČO, DIČ:	00216208, CZ00216208
Osoba oprávněná zastupovat veřejného zadavatele (dále jen zadavatel):	prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Elektronická adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html

Dne 04.07.2025 zahájil zadavatel Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (dále jen „zadavatel“) veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:

UK 1. LF – Přístroj pro real-time PCR analýzu.

Zadavatel obdržel dne 09.07.2025 prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz.

Dotaz:

„Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s deklarovaným reakčním objemem 1 - 50ul při splnění všech ostatních požadovaných parametrů?“

Odpověď na dotaz:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku na přístroj s deklarovaným reakčním objemem 1 – 50 µl při splnění všech ostatních požadovaných parametrů.

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu analogicky dle § 99 ZZVZ mění a doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Změna:

Zadavatel mění Přílohu č. 1 Smlouvy v části Technická specifikace – Přístroj pro real-time PCR s gradientovým blokem pro použití 96 jamkových destiček s nízkým profilem stripů nebo zkumavek o objemu 200 µl: **objem reakce 1 - 50 µl**, detekce signálu v každé jamce zvlášť.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 10.07.2025, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Příloha č. 1 – Technická specifikace v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 10.07.2025 je odeslána současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek:

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: 04.08.2025 do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace OPRAVA

Iveta Stachová
vedoucí oddělení veřejných zakázek

v z. Ing. Jitka Jankolová