

Název veřejné zakázky: **LF HK - NPO - Simulátor digestivní endoskopie**

Zadavatel veřejné zakázky: **Univerzita Karlova**
IČO: 00216208
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
jednající součástí Lékařská fakulta v Hradci Králové,
se sídlem Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

Druh zadávacího řízení: **otevřené nadlimitní řízení**
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů
pozdějších (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, vyhlásil veřejnou zakázku s názvem: „**LF HK - NPO - Simulátor digestivní endoskopie**“.

Na základě žádosti jednoho ze zájemců veřejné zakázky doručené zástupci zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 10.07.2025 zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 Zákona vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz dodavatele:

Dovolujeme si tímto požádat o upřesnění zadávací dokumentace, kdy zadavatel požaduje „Minimálně 2 vstupy – pro endoskopii horního a dolního gastrointestinálního traktu“.

Bude zadavatel akceptovat i variantu jednoho vstupu na simulátoru, jak pro vyšetřování horního gastrointestinálního traktu, tak i dolního gastrointestinálního traktu?

Domníváme se, že takovéto řešení je uživatelsky velmi přívětivé a podle sdělení výrobce v žádném případě simulaci nijak neomezuje a nedegraduje.

Odpověď zadavatele:

Pokud řešení nabízené dodavatelem splňuje veškeré ostatní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky definované zadávacími podmínkami a pouze namísto 2 vstupů pro endoskopii horního a dolního gastrointestinálního traktu bude 1 společný vstup se zřetelným rozlišením typu probíhající endoskopie (např. elektronickým piktogramem či diodou označující anatomickou oblast či typ vyšetření), avšak na požadované funkce, výkon či jiné vyžadované technické parametry předmětného trenažéru tato skutečnost nebude mít negativní vliv, pak je možné v rámci nabídky takového zařízení nabídnout.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že se v daném případě nejedná ve smyslu Zákona o připuštění variantnosti nabídek a nadále platí omezení, že variantnost nabídek není Zadavatelem umožněna.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 je:

- Aktualizovaná verze Přílohy č. 5 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění – úprava spočívá v doplnění, že postačí i 1 společný vstup pro endoskopii horního a dolního gastrointestinálního traktu ve smyslu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Pro právní jistotu zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku stanovené lhůty, tj. nově do 20. srpna 2025 do 10.00 hod.

Zároveň je toto prodloužení lhůty pro podání nabídek uveřejňováno v Úředním věstníku EU i ve Věstníku VZ.

V Hradci Králové dne 14.07.2025

JUDr. Petr Moník, LL.M., advokát
v plné moci za Zadavatele