



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 35-2025, část 02

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz dodavatele:

Bude prosím zadavatel akceptovat v části 2, u položky 1 - absorpční podložka - nižší savost než je 1600 ml (například 1100 ml)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat savost absorpční podložky 1100 ml.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 7. 2025, 9:00 hod.

Za zadavatele
Hana Kvasničková

