



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 39-2025, část 01

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz dodavatele:

*Dobrý den,
u části 1 požaduje zadavatel pH metr s tímto parametrem: přepínatelná citlivost 0,0001, 0,01 nebo 0,1 pH.
Nemá se jednat o: přepínatelná citlivost 0,001, 0,01 nebo 0,1 pH?
Citlivost 0,0001 je opravdu specifický a přesný parametr.
Děkuji
S pozdravem*

Odpověď zadavatele:

V případě položky č. 1 došlo k administrativní chybě – správně má být uvedeno „**přepínatelná citlivost 0,001, 0,01 nebo 0,1 pH**“

V souladu s výše uvedeným byla provedena úprava Přílohy č. 1 výzvy – Specifikace zboží. Dodavatelé pro podání nabídky do části 01 veřejné zakázky použijí přílohu v této nové podobě.





Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 8. 2025, 9:00 hod.

Za zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal

Přílohy:

Příloha č. 1 výzvy – Specifikace zboží_v2

