



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 41-2025, část 5

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: **alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň**
IČO: **00216208**
DIČ: **CZ00216208**
Zastoupená: **prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty**
Kontaktní osoba: **Hana Kvasničková**
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému.

Dotaz dodavatele:

V části 05, u produktu č. 12 – bude zadavatel akceptovat zkumavky o objemu 1,8ml při zachování všech ostatních parametrů, včetně kompatibility s dodanými krabičkami, které jsou uvedené jako položka č. 1?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat zkumavky o objemu 1,8 ml při zachování všech ostatních parametrů včetně kompatibility.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 11.8.2025, 9:00 hod.

Za zadavatele
Hana Kvasničková

