

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZAVEDENÉM DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU VÝZVA 41/2025 LABORATORNÍ MATERIÁL (DÁLE JEN „VÝZVA“)

Název zavedeného dynamického nákupního systému: UK 1.LF – Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu (dále jen „DNS“).

Zadavatel tímto v souladu s § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zahajuje veřejnou zakázku v zavedeném DNS a vyzývá dodavatele zařazené do DNS k podání nabídky. Výzva obsahuje náležitosti dle přílohy č. 6 k ZZVZ a další informace nutné k řádnému a včasnému podání nabídky.

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Týká se součástí: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2

IČO: 00216208

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Ing. Daniela Slováková, oddělení veřejných zakázek

E-mail: daniela.slovakova@lf1.cuni.cz

DBID veřejné zakázky: 10816

Systémové číslo zakázky: P25V00001180

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_10816.html

Identifikační údaje projektu: EXCELES LX22NPO5102

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky:

Nunc™ Cell culture Plate 6-Well

Nunc™ Multidish 24WP

Nunc™ Multidish 12WP

Nunc™ Multidish 96WP

Nunc™ EasYFlasks™ 25cm²

Nunc™ EasYFlasks™ 75cm²

Corning® BioCoat® Matrigel® Invasion Chambers with 8.0 µm PET Membrane in two 24-well Plates,

Podrobná technická specifikace je uvedena v Příloha č.1 této Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 173 000,00 Kč bez DPH.

Místo plnění:

Místem plnění je Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace k DNS je přístupná na profilu zadavatele, v elektronickém nástroji E-ZAK, na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html, ve složce týkající se DNS.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s § 141 odst. 3 ZZVZ a je uveřejněna na profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK), ve složce týkající se DNS. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že lhůta pro podání nabídek může být v době jejího běhu prodlužována, proto zadavatel doporučuje dodavatelům, aby v době běhu lhůty pro podání nabídek průběžně sledovali údaje uveřejněné na profilu zadavatele ve složce týkající se DNS.

Vysvětlení výzvy:

Dodavatel může zadavatele požádat o vysvětlení výzvy. Zadavatel může dodavatelům poskytnout vysvětlení výzvy z vlastní iniciativy.

Žádost dodavatele o vysvětlení výzvy musí mít písemnou formu a musí být zadavateli doručena následujícím způsobem:

- a) prostřednictvím profilu zadavatele nebo
- b) na kontaktní e-mail zadavatele (daniela.slovakova@lf1.cuni.cz), nebo
- c) datovou schránkou zadavatele: piyj9b4 s uvedením označení „1.LF UK OVZ“ v předmětu datové zprávy.

Při poskytování vysvětlení výzvy, ať již z vlastní iniciativy zadavatele, nebo na základě žádosti dodavatele, postupuje zadavatel přiměřeně podle § 98 ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak.

Zadavatel může výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, zašle všem dodavatelům zařazeným do DNS nejméně 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení výzvy písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení zašle všem dodavatelům zařazeným do DNS včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení výzvy požádal. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet třídní lhůtu pro zaslání vysvětlení všem dodavatelům zařazeným do DNS, stanovenou podle předchozího odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení výzvy doručena včas a zadavatel neodešle vysvětlení výzvy dodavatelům zařazeným do DNS do 2 dnů ode dne doručení žádosti, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení výzvy do odeslání vysvětlení výzvy 2 dny.

V případě, kdy zadavatel na základě žádosti o vysvětlení výzvy provede změnu nebo doplnění výzvy, postupuje přiměřeně podle § 99 ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak.

Podmínky obsažené ve výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění výzvy musí být zaslána všem dodavatelům zařazeným do DNS. Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje dodavatelům v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek sledovat složku týkající se DNS na profilu zadavatele, kde se mohou objevit nové informace týkající se výzvy.

Způsob podání nabídek:

Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html. Dodavatel, který hodlá podat **nabídku**, musí být elektronickém nástroji E-ZAK řádně registrován jako „dodavatel“. Bližší informace je možné získat na webových stránkách elektronického nástroje E-ZAK.

Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK naleznou dodavatelé v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na adrese: <https://ezak.cz/funkce-a-manualy>, <https://zakazky.cuni.cz/manual.html>.

Test nastavení internetového prohlížeče a systému lze nalézt na adrese: https://zakazky.cuni.cz/test_index.html.

Nabídka bude vložena dodavatelem v elektronické formě do elektronického listu nabídky, vytvořeného v atestovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek ze strany zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.

Dodavatel do elektronického nástroje E-ZAK vloží jako přílohy všechny dokumenty, které zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky.

Velikost jednoho vkládaného souboru nesmí přesáhnout 50 MB.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, **aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky** (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Nabídka musí být podána v českém jazyce. Pokud má dodavatel příslušný zadavatelem požadovaný doklad k dispozici pouze v jiném než českém jazyce, musí tento doklad předložit společně s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Pokud zadavatel požaduje i jiné doklady související s veřejnou zakázkou (například certifikát, manuál a podobně), mohou být tyto doklady předloženy i v jiném jazyce. Zadavatel může požadovat překlad těchto dokladů do českého jazyka a může si v případě pochybností vyžádat předložení úředně ověřeného překladu takového dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Postup zadavatele po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Pro výběr dodavatele se použije § 122 odst. 1 a 2 ZZVZ obdobně. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel danou veřejnou zakázku zadá dodavateli zařazenému do DNS, který na základě výzvy podal řádně a včas nabídku, přičemž zadavatel dodavatele, jemuž bude daná veřejná zakázka zadána, vybere na základě hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky. Splněním podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky se rozumí, že dodavatel podanou nabídkou splní veškeré, pro zadání dané veřejné zakázky relevantní podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení, na jehož základě byl zaveden DNS, a dále že dodavatel podanou nabídkou splní veškeré podmínky pro zadání dané veřejné zakázky stanovené zadavatelem ve výzvě.

Analogicky dle § 39 odst. 4 ZZVZ může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky vždy.

Objasnění a doplnění nabídky

Shledá-li zadavatel v podané nabídce nejasnosti nebo pochybení zhojitelné analogicky postupem podle § 46 ZZVZ, může dotčeného dodavatele vyzvat k objasnění nebo doplnění nabídky ve smyslu citovaného ustanovení při dodržení zásad stanovených v § 6 ZZVZ. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu pro objasnění nebo doplnění nabídky prodloužit nebo prominout její zmeškání. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, může však být doplněna na základě žádosti podle předchozích dvou vět o údaje, doklady, vzorky nebo modely, kteřé nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Podle § 114 odst. 2 věty druhé ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle **nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**, dále pak žadatel může vyplnit, je-li to relevantní, údaje pro fakturaci.

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu (cenu za celý předmět plnění dané veřejné zakázky) bez DPH uvedenou dodavatelem v Příloze č. 1 – Technická specifikace. Nabídka dodavatele musí obsahovat tuto přílohu, **a to ve formátu Excel**, přičemž dodavatel je povinen do této přílohy doplnit pouze zadavatelem požadované údaje, tj. všechna editovatelná pole (tj. nabídnuté plnění příp. včetně počtu kusů v balení, pokud je tento údaj součástí technické specifikace, katalogové číslo, cenu za jednotku v Kč bez DPH, výši DPH – excel. sloupce F, G, K, L).

Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH od nabídky obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH po nabídku obsahující nejvyšší celkovou nabídkovou cenu bez DPH. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Výběr dodavatele

Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem dodavatelům zařazeným do DNS, kteří podali nabídku. Zadavatel zadá veřejnou zakázku v rámci DNS vybranému dodavateli. Zadání veřejné zakázky proběhne v souladu s přílohou č. 5 k zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zavedení DNS – Závazné obchodní podmínky.

Mimořádně nízká nabídková cena:

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit, zda nabídka obsahuje či neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ. V případě, že zadavatel posoudí nabídkovou cenu obsaženou v nabídce dodavatele (ať již celkovou nabídkovou cenu nebo nabídkovou cenu vztahující se ke kterékoli z položek požadovaného plnění) jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (nebo jeho kterékoli části), bude postupovat analogicky podle § 113 ZZVZ.

Vyloučení dodavatele ze zadávání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo ze zadávání veřejné zakázky vyloučit dodavatele analogicky podle § 48 odst. 2 a 4 až 10 ZZVZ, § 113 odst. 6 ZZVZ, § 122 odst. 2 ZZVZ a § 124 odst. 2 ZZVZ nebo zjistí-li, že vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ. Vylučovanému dodavateli zadavatel bezodkladně odešle oznámení o jeho vyloučení ze zadávání veřejné zakázky s odůvodněním. Zadavatel si vyhrazuje právo analogicky podle § 47 odst. 3 ZZVZ dodavatele vyloučeného ze zadávání veřejné zakázky, kterému dosud nezanikla účast na zadávání veřejné zakázky s konečnou platností, nezohlednit při hodnocení nabídek. Dojde-li k vyloučení vybraného dodavatele, bude zadavatel postupovat analogicky podle § 125 ZZVZ.

Zrušení zadávání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky analogicky podle § 127 odst. 1 a odst. 2 písm. b) až e) a h) ZZVZ.

Prohlášení dodavatele podávajícího nabídku

Podáním nabídky v rámci tohoto zadávacího postupu dodavatel podávající nabídku současně prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené níže a potvrzuje všechny skutečnosti uvedené v následujících ustanoveních:

Dodavatel podávající nabídku v rámci tohoto zadávacího postupu čestně prohlašuje, že

1. se v plném rozsahu seznámil s podmínkami stanovenými pro zadávání této veřejné zakázky, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro zadávání této veřejné zakázky,

2. informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v jím podané nabídce, jsou úplné a pravdivé,
3. si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti vyplývající ať již ze zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zavedení DNS nebo z výzvy,
4. s podmínkami zadávání této veřejné zakázky souhlasí a respektuje je,
5. v okamžiku podání nabídky nadále platí skutečnosti a údaje, které uvedl v žádosti o účast v zadávacím řízení na zavedení DNS/v žádosti o účast v zavedeném DNS, týkající se jeho kvalifikace, neexistence střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, na jeho straně, neexistence střetu zájmů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jeho straně, neexistence důvodů pro uplatňování mezinárodních sankcí dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, vůči němu nebo jeho poddodavateli, neexistence důvodů pro uplatňování omezujících nebo sankčních opatření EU vůči němu nebo jeho poddodavateli, jakož i neexistence provázanosti jeho samotného nebo jeho poddodavatele se zeměmi nespolutracující jurisdikce,
6. dává souhlas s nakládáním a zpracováním osobních údajů obsažených v nabídce a dalších dokumentech předložených zadavateli v souvislosti se zadáváním této veřejné zakázky podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zpracování osobních údajů, pro případnou kontrolu údajů jím uvedených v čestných prohlášeních, a to po dobu minimálně 10 let od udělení tohoto souhlasu nebo minimálně po dobu, po kterou je zadavatel povinen archivovat dokumenty podle smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky,
7. že splňuje veškeré požadavky zadavatele vztahující se k plnění této veřejné zakázky a že je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (formou objednávky a její akceptace) vázán textem Závazných obchodních podmínek (příloha č. 5 k zadávací dokumentaci stanovené pro zadávací řízení na zavedení DNS a trvání DNS), jakož i veškerými podmínkami zadavatele stanovenými ve výzvě, zejména podmínkami poptávaného plnění stanovenými v příloze č.1. k výzvě – Technická specifikace.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Praze

Iveta Stachová
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Číslo nabídky 242535_4892

Účastník zadávacího postupu uvádí jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč i náklad destiček/misky za destičkou/diskem tak, aby počet destiček/misky na vstřík shodoval s počty destiček/misky uvolněných v účasti/dávce (dodavatelův) účinném programu, a to zejména fakturačním programem, resp. čím uvedený v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu destiček/misky s cenami uvedenými vtabulkách vybraných dodavatelů na fakturě, kterou vyřizuje cenu shodí po účinnosti ve dnech "X". Nabídková částka destiček/misky musí vyjádřit celkovou cenu a analýzu náklad destiček/misky v nabídce.

Technická specifikace

Číslo položky	Položka - Popis položky - předmětu plnění	Technická specifikace - popis plnění	Rozsah balení (specifikační min. a max. balení)	Nabídková částka (částka bez DPH) - specifikace link na produkt	Katalogové číslo nabídkového zboží (DOPLNĚ ÚČASTNÍK)	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Cena za jednotku bez DPH v Kč - řvázná jednotková cena bez DPH (DOPLNĚ ÚČASTNÍK)	Sazba DPH v % (DOPLNĚ ÚČASTNÍK)	Cena DPH za měrnou jednotku v Kč	Cena za jednotku s DPH v Kč	Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení)	Celková cena DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení!		Záloh financování /DP, NPD, provize, granty	Místo dodání
															Jen pro účely fakturace - Nabídková částka - Počet měrných jednotek v nabídkovém balení (např. 100 kusů) - DOPLNĚ ÚČASTNÍK	Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH ač 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků.		
1	Nunc™ Cell culture Plate 6-Well	Desky 6WP, 75, sterilní, s včikem, Afuamerické kódy pro identifikaci jamek jednotlivé balení. Vhodné pro buněčné kultury, včetně kultivace a klonování. Zvýšené okraje jamek pro snížení rizika křížové kontaminace, kondenzátů kvolny na vku a zabránění křížové kontaminace a odpařování. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Jamky s plochým dnem umožňují doplnění optickou kvalitou a stohování desek. Nunc™ a, certifikovaná povrchová úprava pro růst adhektivních buněk. Baleno po 75 kusů. Z důvodu nutnosti zajištění kontinuity v navazujících experimentech je nutné dodat destičky výrobce Thermo Scientific™ značky NUNC i kat. čísel 140675.	1 balení = 75 kusů			5	1 bal	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			EXCELES UK2ZNP05102	Ústav Biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha
4	Nunc™ Multidisk 24WP	Desky 24 WP, PS, sterilní s včikem, jednotlivé balení. Vlastnosti jamky s plochým dnem umožňují optimální optickou kvalitou a stohování desek. Vysvělené okraje jamek pro snížení rizika křížové kontaminace, kondenzátů kvolny na vku a zabránění křížové kontaminace a odpařování. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Afuamerické kódy pro identifikaci jamek. Předpřipravená adheze pro širokou škálu typů buněk. Ergonomický design se šikmým hrdem a širokým otvorem pro snadný přístup k povrchu disku jamek ipevně na balení. Někdy profil pro maximalizaci prostoru inkubátoru. Objemové stupnice vytvářejí a jsou na obou stranách. Mírně skloněná boční stěny pro kompletní pozorování pod mikroskopem. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Certifikace Nunc™ Delta, Včika s filtrační membránou pro pasivní účinné barvení proti mikroorganismům. Hydrofobní filtrační membrána pro nepřetržitá odobírání a konstantní výměnu plynu bez koláží mezi jednotlivými lamami. Baleno po 75 kusů. Z důvodu nutnosti zajištění kontinuity v navazujících experimentech je nutné dodat destičky výrobce Thermo Scientific™ značky NUNC i kat. čísel 142475.	1 balení = 75 kusů			1	1 bal	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			EXCELES UK2ZNP05102	Ústav Biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha
6	Nunc™ Multidisk 12WP	Desky 12 WP, PS, sterilní s včikem, jednotlivé balení. Vlastnosti jamky s plochým dnem umožňují optimální optickou kvalitou a stohování desek. Vysvělené okraje jamek pro snížení rizika křížové kontaminace, kondenzátů kvolny na vku a zabránění křížové kontaminace a odpařování. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Vysoká optická kvalitou Afuamerické kódy pro identifikaci jamek. Maximální adheze pro širokou škálu typů buněk v vzájemných testech. Nunc™ Cell Culture Treated - zajištění povrchovou úpravou Nunc™ Delta. Baleno po 75 kusů. Z důvodu nutnosti zajištění kontinuity v navazujících experimentech je nutné dodat destičky výrobce Thermo Scientific™ značky NUNC i kat. čísel 150828.	1 balení = 75 kusů			1	1 bal	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			EXCELES UK2ZNP05102	Ústav Biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha
8	Nunc™ Multidisk 96WP	Mikrodestičky Nunc, 96 WP, PS, sterilní. 96jámek mikrodestičky Thermo Scientific™ Nunc MicroWell, jednotlivé balení. Typ: plochého dna je ideální pro mikroskopická a optická měření a umožňuje stohování desek. Čtyř polypyrén pro vynikající optické vlastnosti. Šídelní pro optická měření. Vysvělené okraje jamek pro snížení rizika křížové kontaminace, kondenzátů kvolny na vku a zabránění křížové kontaminace a odpařování. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Afuamerické kódy pro identifikaci jamek. Počet účelový technolog Nunc™ Delta je vyhovět povrch, pro uchycení a dat číselky buněk. Baleno po 50 kusů. Z důvodu nutnosti zajištění kontinuity v navazujících experimentech je nutné dodat destičky výrobce Thermo Scientific™ značky NUNC i kat. čísel 150708.	1 balení = 50 kusů			6	1 bal	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			EXCELES UK2ZNP05102	Ústav Biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha
9	Nunc™ EasyFlask™ 75cm2	Lahve 75cm2 s filtrem, PS, HDPE, sterilní, adhezivní, s včikem s membránou. Sterilizované balení maximálně po 10 ks. Lahve opatřeny patentovanou povrchovou úpravou Nunc™ Delta pro maximalizaci adheze pro širokou škálu typů buněk. Ergonomický design se šikmým hrdem a širokým otvorem pro snadný přístup k povrchu disku jamek ipevně na balení. Někdy profil pro maximalizaci prostoru inkubátoru. Objemové stupnice vytvářejí a jsou na obou stranách. Mírně skloněná boční stěny pro kompletní pozorování pod mikroskopem. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Certifikace Nunc™ Delta, Včika s filtrační membránou pro pasivní účinné barvení proti mikroorganismům. Hydrofobní filtrační membrána pro nepřetržitá odobírání a konstantní výměnu plynu bez koláží mezi jednotlivými lamami. Baleno po 200 kusů. Z důvodu nutnosti zajištění kontinuity v navazujících experimentech je nutné dodat lahve výrobce Thermo Scientific™ značky NUNC i kat. čísel 156367.	1 balení = 200 kusů			3	1 bal	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			EXCELES UK2ZNP05102	Ústav Biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha
13	Nunc™ EasyFlask™ 75cm2	Lahve 75cm2 s filtrem, PS, HDPE, sterilní, adhezivní, s včikem s membránou. Sterilizované balení maximálně po pti kusů. Lahve opatřeny patentovanou povrchovou úpravou Nunc™ Delta pro maximalizaci adheze buněk. Ergonomický design se šikmým hrdem a širokým otvorem pro snadný přístup k povrchu disku jamek ipevně na balení. Někdy profil pro maximalizaci prostoru inkubátoru. Objemové stupnice vytvářejí a jsou na obou stranách. Mírně skloněná boční stěny pro kompletní pozorování pod mikroskopem. Sterilizované gama zářením a certifikované jako nepergenní. Certifikace Nunc™ Delta, Včika s filtrační membránou pro pasivní účinné barvení proti mikroorganismům. Hydrofobní filtrační membrána pro nepřetržitá odobírání a konstantní výměnu plynu bez koláží mezi jednotlivými lamami. Baleno po 100 kusů. Z důvodu nutnosti zajištění kontinuity v navazujících experimentech je nutné dodat lahve výrobce Thermo Scientific™ značky NUNC i kat. čísel 156499.	1 balení = 100 kusů			4	1 bal	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			EXCELES UK2ZNP05102	Ústav Biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha

[illegible]