



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součástí: 2. lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„UK2LF – Výukový mikroskop“

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP JAK, ERDF kvalita na UK.

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OTÁZKY ZE DNE 19. 8. 2025

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

V úvodu technické specifikace je zmíněn laboratorní stereomikroskop přestože je popisován mikroskop.

Dotaz č.1: Jedná se o diskuzní mikroskop?

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Ano, jedná se o diskuzní mikroskop.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 2:

Specifikace stolku zmiňuje možnost rotace stolku.

Dotaz č. 2: Je nutný pro studium mikrobiologie stolek otáčecí stolek? Bude zadavatel akceptovat stolek bez rotace?



ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Při diagnostice parazitů rotace stolku (preparátu) umožňuje vidět detaily nezbytné pro diagnostiku. Odpadá manuální manipulace s preparátem, kdy hrozí poškození preparátu. **Ne**, zadavatel neakceptuje stolek bez rotace, ale trvá z výše uvedených důvodů na rotaci stolku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 3:

Zorné číslo tubusu je zmíněno 25. Nicméně okuláry i objektivy jsou požadovány s FN 26,5. Pokud jeden z prvků je dimenzován na FN 25 je zbytečné ostatní prvky korigovat na vyšší FN. Dále u diskuzního zařízení jsou boční tubusy s max. FN 22. Je dokonce nevhodné, aby učitel měl větší zorné pole než studenti, protože může popisovat detail, který studenti vůbec nevidí. Dotaz č.3: Bude zadavatel souhlasit se zorným polem okuláru a objektivů 22 popř. 25 u učitele a 22 u studentů?

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Ano, zadavatel akceptuje tuto možnost.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 4:

Software je klasické a jen angličtina v softwarovém jazyce je velmi často nepřekládaná zejména u kláves.

Dotaz č.4: Bude zadavatel akceptovat anglický software?

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Ano, zadavatel akceptuje anglický SW.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 5:

Kamera má mít poměr stran 6:5. Standardní poměr shodný s nejčastějšími monitory je 16:9.

Dotaz č.5: Bude zadavatel akceptovat kameru s poměrem stran 16:9?

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Ano, zadavatel akceptuje kameru s poměrem stran 16 : 9.



Spolufinancováno
Evropskou unií



OP JAK.cz
MSMT.cz

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek **prodlužuje vzhledem k dodatečným informacím do 27. 8. 2025 nejpozději do 10.00 hod.**

V Praze dne 22. 8. 2025

D. Moravcová

administrátor veřejné zakázky