



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 50-2025, část 1

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému.

Dotaz dodavatele:

V technické specifikaci je uvedena kapacita rotoru pro 44 × 0,2 ml PCR mikrozkušavek. Rádi bychom se zeptali, zda by zadavatel akceptoval centrifugu s rotorem pro 32 × 0,2 ml PCR mikrozkušavek, což je běžná maximální kapacita u mini stolních centrifug této kategorie.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že požaduje centrifugu s kapacitou rotoru 4 × PCR stripy po 8 mikrozkušavkách 0,2 ml, tedy pro 32 x 0,2 ml PCR mikrozkušavek a 12 x 0,5/1,5/2,0 ml mikrozkušavek. Bude se jednat o univerzální rotor pro 0,2 ml zkumavky a zároveň pro 0,5/1,5/2,0 ml zkumavky bez nutnosti výměny rotoru.

Dále zadavatel doplnil technickou specifikaci zboží o požadavek na maximální přetížení.

V souladu s výše uvedeným byla provedena úprava Přílohy č. 1 výzvy – Specifikace zboží. Dodavatelé pro podání nabídky do části 1 veřejné zakázky použijí přílohu v této nové podobě.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 9. 2025, 9:00 hod.





LÉKAŘSKÁ FAKULTA
V PLZNI
Univerzita Karlova

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň
IČO: 00216208

Za zadavatele
Hana Kvasničková

Přílohy:

Příloha č. 1 výzvy – Specifikace zboží_v2



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY