



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

**ZADAVATEL:** Univerzita Karlova  
**Sídlem:** Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1  
**Týká se součásti:** 2. lékařská fakulta  
**Adresa:** V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol  
**Jednající:** prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
IČO: 00216208

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
„UK2LF – Echokardiograf“

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP JAK, ERDF kvalita na UK.

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

### **ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

#### **OTÁZKY ZE DNE 29. 8. 2025**

##### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:**

*Zadavatel v části nazvané „Základní specifikace“ uvádí 2D/3D/4D zobrazení. Požaduje však pouze 2D ultrazvukovou sondu a případně možnost budoucího rozšíření o 3D/4D sondu. Bude zadavatel akceptovat nabídnutí 2D echokardiografu jehož architektura bude plně připravena na možný budoucí upgrade na 3D/4D konfiguraci, pokud se pro 3D/4D akvizici zadavatel v budoucnu rozhodne? Tedy 2D zobrazení s možností upgrade na 3D/4D zobrazení?*

##### **ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:**

**Ano,** budeme akceptovat v současnosti 2D, s možným zvýšením rozlišení na 3D, popř. 4D.

##### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 2:**

*Zadavatel v části nazvané Konstrukce“ uvádí dodání přístroje včetně ohřívače ultrazvukového gelu. Ohřívač gelu zvyšuje komfort pacientů při vyšetřování v oblastech citlivějších na změny teploty (typicky například sono břicha, prenatální diagnostika). Zde bude vyšetření prováděno na uspaných laboratorních potkanech. Ultrazvukový gel by měl bez ohřívače gelu pokojovou teplotu. Bude zadavatel akceptovat přístroj bez ohřívače ultrazvukového gelu?*



### **ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:**

**Ano**, ohřívač gelu nepotřebujeme.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 3:**

*V části nazvané „Zobrazení“ zadavatel definuje mimo jiné požadavky na možnosti polohování monitoru. Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy je monitor možné natočit do libovolného směru (360°) vzhledem k vertikální ose a výškově nastavitelný zdvih je 15 cm? Vyšší zdvih by i zhoršoval ergonomii (záklon hlavy, velká vzdálenost mezi monitorem a obslužným panelem).*

### **ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:**

**Ano**, tyto parametry jsou vyhovující.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 4:**

*V části nazvané „Obslužný panel“ zadavatel definuje mimo jiné požadavky na možnosti polohování obslužného panelu. Bude zadavatel akceptovat obslužný panel polohovatelný ve třech rovinách, jehož výškový zdvih je 15 cm a možnost natočení kolem vertikální osy cca +/- 65°? Tento takzvaný „floating“ panel umožňuje maximální ergonomii a je dostupný v prémiových ultrazvucích.*

### **ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:**

**Ano**, tyto parametry jsou vyhovující.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 5:**

*V části nazvané „Další vlastnosti a požadavky“ zadavatel uvádí: „nastavení TGC křivky musí být umožněno jak hardwarovými tlačítky, tak na dotykové obrazovce“. Bude zadavatel akceptovat nastavení TGC křivky pouze hardwarovými tlačítky umístěnými ergonomicky na ovládacím panelu?*

### **ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:**

**Ano**, zadavatel akceptuje nastavení TGC křivky pouze HW tlačítky.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek: zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.**

V Praze dne 1. 9. 2025

D. Moravcová  
administrátor veřejné zakázky