

Specifikace zboží

Název zboží	Kamera do štěrbinové lampy
Místo plnění	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 923/80, Plzeň 323 00, Oční klinika
Popis zboží	

Předmětem zakázky je dodávka digitálního zobrazovacího systému pro přenos obrazu z vyšetřovacího mikroskopu (štěrbinové lampy).

Technická specifikace:

- Systém umožňující instantní simultánní přenos obrazu ze štěrbinové lampy na monitor
- Videokamera – rozlišení 4K
- Monitor – min. úhlopříčka 43“, rozlišení 4K
- Propojovací vybavení
- Napájecí zdroje, kabeláž
- Montážní prvky
- Kompatibilita se stávající štěrbinovou lampou Zeiss SL 120/130
- Ovládací software – vč. časově neomezených licencí, bez nutnosti jejich dalšího periodického nákupu, je-li součástí dodávky.

Montáž, instalace, konfigurace a předvedení funkčnosti v místě plnění je součástí dodávky.

Minimální záruční doba 24 měsíců.

Provedení zaškolení	Zaškolení v rozsahu běžné obsluhy přístroje a nejčastějších poruch.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU; součástí dodávky bude i návod k obsluze v české nebo anglické verzi v tištěné nebo elektronické formě.