



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Výzva k podání nabídek:	MEPHARED 2 – dodávka Biohazard laminárního boxu třídy II (A2) s napojením na odtah s přerušením tahu vč. podstavce a UV lampy
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan FaF UK

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky v rámci shora uvedené veřejné zakázky, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku ze dne 19. 9. 2025, a to i přesto, že lhůta pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace již uplynula.

I)

Dotazy a odpovědi

„Dobrý den,

Prosím o upřesnění následujících dotazů, a to k návrhu Kupní smlouvy, která bude součástí nabídky k veřejné zakázce:

MEPHARED 2 – dodávka Biohazard laminárního boxu třídy II (A2) s napojením na odtah s přerušením tahu vč. podstavce a UV lampy

1) Odstavec III. Doba a místo plnění:

V návrhu jsou uvedeny konkrétní nejzazší termíny pro dodání do 30.01.2026, instalaci do 30.04.2026 a pro zaškolení nejpozději do 31.12.2026.

Není tu uveden plánovaný termín podpisu Smlouvy. V jakém nejzazším termínu bude Smlouva podepsána ze strany Kupujícího?”

ODPOVĚĎ:

Lhůta pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (ZZVZ) již uplynula, přesto se zadavatel rozhodl tazateli odpovědět.

Jedná se o otevřené nadlimitní řízení dle ZZVZ a v takovém případě zadavatel nedokáže určit konkrétní termín podpisu smlouvy, protože z povahy tohoto řízení nemůže přesně vědět, kdy skončí lhůta pro podání nabídek, jak dlouho bude trvat posuzování nabídek, výběr dodavatele a podpis smlouvy. Zadavatel může pouze zhruba odhadnout termín podpisu smlouvy. V případě administrace této veřejné zakázky, pakliže lhůta pro podání nabídek skončí dne 26. 9. 2025, pakliže zadavatel cca do 14 dnů provede posouzení nabídky vybraného dodavatele a pakliže žádný z účastníků zadávacího řízení nepodá námitky proti rozhodnutí zadavatele, je možné předpokládat, že k podpisu kupní smlouvy dojde na konci měsíce října 2025. Zadavatel však upozorňuje, že se jedná pouze o předpoklad, který nelze zaručit. Nejzazší termín podpisu smlouvy zadavatel nestanovil.

2) Technická specifikace předmětu plnění:

Co znamená zkratka „MAR“ v popisu poptávaného zboží? Konkrétně v požadavku: Připojení na MAR pro komunikaci se vzduchotechnikou (spouštění odtahu).“

ODPOVĚĎ:

Zkratka MaR znamená „Měření a regulace“. Je to systém, který přijímá signály od zařízení a následně předává přes velín informace dalším systémům, např. vzduchotechnice, aby se spustil odtah, případně se upravila celková bilance vzduchu v místnosti, aby se udržel plánovaný (normo)tlak v místnosti.

II)

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje

Dle povahy vysvětlení resp. úpravy zadávacích podmínek se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

V Hradci Králové dne 22. 09. 2025

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové