

Specifikace zboží

Název zboží	Instrumentační vozík
Kód položky	S_008
Název zadávajícího pracoviště	SIM/PL
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC I, alej Svobody 76, 6.NP, Simulační centrum, místnost 6.6
Popis zboží	

Předmětem poptávky je nerezový instrumentační vozík pro použití v péči o pacienty.

Technická specifikace:

- Základní rozměry vozíku minimálně: š 600 mm x h 500 mm x v 900 mm, (výška v rozmezí 900–1100 mm).
- Ocelová konstrukce.
- Antimikrobiální povrch.
- Antivibrační výztuha.
- Horní plato s prolisem; nosnost min. 20 kg.
- 3x zásuvka z toho 1x výška cca 120 mm $\pm$ 10 %, 1x výška cca 200 mm $\pm$ 10 % a 1x cca 350 mm $\pm$ 10 %.
- Teleskopické plnovýsuvy s dotahem a dotlumením.
- Centrální zamykání.
- Plastová madla zásuvek a možnost barevného rozlišení zásuvek.
- Všechny zásuvky v provedení s vyjímatelným košem.
- Pracovní deska nerez AISI 304.
- 4x plastové bezstopé otočné kolo d= min. 12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda.
- 4x plastový rohový nárazník.
- Min. 1x tlačné madlo.
- Celková nosnost: min. 100 kg.
- Zásuvky v barvě: 1x vozík RAL 5015, 1x vozík RAL 6018, 1x vozík RAL 7042

Provedení zaškolení	Není požadováno zaškolení.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU
Další požadovaná plnění	Záruční doba minimálně 24 měsíců.

Další informace	
------------------------	--