

Specifikace zboží

Název zboží	Resuscitační vozík
Kód položky	S_009
Název zadávajícího pracoviště	SIM/PL
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC I, alej Svobody 76, 6.NP, Simulační centrum, místnost 6.6
Popis zboží	

Předmětem dodávky je resuscitační vozík pro použití v péči o pacienty.

Technická specifikace:

- Základní rozměry: min. (š x h x v) 700 mm x 500 mm x 1000 mm (bez příslušenství), max. 800 mm x 600 mm x 1 100 mm
- Konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha.
- Prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1 cm – 1,5 cm s ochrannými rohy; nosnost: min. 20 kg.
- Prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), koše lze rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg; 5 ks, výška cca 120 mm ± 10 %
- Teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením.
- Centrální zamykání.
- Plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení.
- Tlačné madlo
- 4x plastové kolo min. d=125 mm; 2x brzda; plastové nárazníky.
- Celková nosnost: min. 150 kg.
- Zásuvky v barvě: 1x vozík RAL 5015, 1x vozík RAL 6018, 1x vozík RAL 7042

Vozík bude vybaven následujícími komponenty:

- infuzní stojan;
- 9x plastový výklopný box;
- nerezový držák pro alespoň 100 kusů rukavic;
- nerezový otočný stolek se zajišťovacími pásy;
- držák kontejneru na použité jehly;
- nerezová kapsa na dokumenty;
- nerezový sklopný stolek s prolisem;
- otevírač ampulí;
- nerezový držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg);
- elektrická zásuvková lišta;
- resuscitační podložka.

Provedení zaškolení	Není požadováno zaškolení.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU
Další požadovaná plnění	Záruční doba minimálně 24 měsíců.
Další informace	