



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK – dodávka CO2 inkubátorů
Druh a rozsah zakázky:	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon).
Název a sídlo zadavatele:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona, a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku.

A)

Dotaz č. 1

ve specifikaci je mj. požadováno:

„Čidlo pro sledování hladiny vody v rezervoáru. Při nízké hladině vody dojde ke spuštění zvukové a vizuální signalizace nutnosti doplnění vody.“ V inkubátorech je standardně vysoká relativní vlhkost kolem 95 %, tj. odpar vody je velmi nízký. Navíc je výrobcem zpravidla doporučeno měnit vodu v rezervoáru/misce 1x týdně z důvodu prevence kontaminace, tj. při řádném užívání inkubátoru v souladu s pokyny výrobce nedochází k úplnému odpaření vody v rezervoáru/misce. Z uvedených důvodů je čidlo výšky hladiny postradatelné a některé moderní inkubátory čidlo výšky hladiny ve výbavě již nemají. Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout při splnění všech ostatních parametrů CO2 inkubátory bez čidla sledování hladiny v rezervoáru?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, je přípustné nabídnout CO₂ inkubátory bez čidla pro sledování hladiny vody v rezervoáru, za předpokladu splnění všech ostatních požadovaných technických a funkčních parametrů.

B)

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 8. 12. 2025 v 10:00 hodin.**

C)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 3. 11. 2025

Ing. Markéta Vítková

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové