

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – CORE FACILITIES – Spektrofotometry

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-022082**

spisová značka zadavatele: **LFHKCF0019**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V části 2 VZ požadujete k UVVIS spektrofotometru 50 kvet pro UV a VIS oblast a dále min rozsah přístroje 190 až 1 000 nm. Pokud by byl požadován tento rozsah i pro kvety, pak by měli být křemenné a pak cena 69 440,50 Kč je asi nereálná. Můžete toto upřesnit? Děkuji

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel v části 2 veřejné zakázky nepožaduje jako další součást spektrofotometru kyvety se spektrálním rozsahem vlnových délek: spodní hranice max. 190 nm, horní hranice min. 1000 nm, jako požaduje u spektrofotometru.

*Zadavatel v části 2 veřejné zakázky požaduje jako další součást spektrofotometru startovací sadu **plastových** spektrofotometrických kyvet **pro UV z polymethylmetakrylátu (PMMA), 4,5 ml** pro měření ve VIS a UV v počtu minimálně 50 kusů.*

Zadavatel v tomto smyslu upravil požadavky na technickou specifikaci spektrofotometru v příloze č. 4b dokumentace zadávacího řízení - Specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 10.07.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 10.07.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 10.07.2018, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 10.07.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel