



Vyřizuje: Ing. Markéta Vítková

Rozhodnutí o vyloučení účastníka

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, se sídlem Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, IČO 00216208 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

rozhodla o vyloučení

účastníka **BioLeaders s.r.o.**, se sídlem **4th floor, Kopčianska20, 851 01 Bratislava, SR, IČ: 46824308** (dále také jako účastník) z další účasti v zadávacím řízení veřejné **Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka plynového chromatografu**, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-011726**.

Účastník je z účasti v zadávacím řízení vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem.

Odůvodnění

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 13. 4. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

Dne 21. 5. 2018 podal účastník zadavateli nabídku v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. Hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona bylo v souladu s § 42 odst. 1 zákona provedeno zadavatelem pověřenou komisí.

Zadavatel v bodě 12 Podmínky sestavení a podání nabídek, článek 12.1.4 Seznam poddodavatelů požadoval předložení **seznamu poddodavatelů**, které hodná využít při plnění veřejné zakázky a kteří jsou dodavateli známi. V nabídce dokument nebyl doložen.

Zadavatel v bodě 12 Podmínky sestavení a podání nabídek, článek 12.1.5 Kupní smlouva požadoval **předložení kupní smlouvy**, která bude doplněna pouze v místech k tomu označených. Návrh kupní smlouvy, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V nabídce dokument nebyl doložen.

Popis nabízeného plnění: z podané nabídky účastníka není zřejmé, jaký konkrétní typ stroje účastník nabízí. Dodavatel nevedl v žádném dokumentu finální konfiguraci plynového chromatografu, položky cenové nabídky a také se nevyjádřil k minimálním technickým požadavkům zadavatele.

Z přiloženého dokumentu (brožury) je možné vyčíst vybrané specifikace nabízeného plynového chromatografu, nicméně přiložený dokument nepopisuje, jakým způsobem se vyměňuje liner v inletu plynového chromatografu anebo jakým způsobem, jestli tedy vůbec, umožňuje software plynového chromatografu automaticky zachovat stále stejné retenční časy např. po zkrácení kolony. Tyto informace nejsou dostupné ani na webových stránkách výrobce. Technická specifikace, respektive



katalog je uveden pouze v anglickém jazyce, kdy zadavatel v bodě 12 Podmínky sestavení a podání nabídek, bod 12.1 Zpracování nabídky požadoval zpracování v českém jazyce.

Zadavatel v bodě 12 Podmínky sestavení a podání nabídek, článek 12.1.6 Technická specifikace s výkazem výměr požadoval **předložení technické specifikace**. V nabídce dokument nebyl doložen. Jsou předloženy pouze katalogové listy v anglickém jazyce.

Z výše uvedeného je patrné, že účastníkem nabízené plnění neodpovídá požadavkům stanoveným zadávacími podmínkami a nabídka účastníka není porovnatelná s nabídkami ostatních účastníků zadávacího řízení.

Vzhledem k tomu, že účastník neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jsou naplněny zákonné důvody pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 1 ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Poučení

Účastníkovi, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat takovému účastníku, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

V Hradci Králové dne 13. 6. 2018

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové