

VYSVĚTLENÍ Č. 1 A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 002 16 208, se sídlem Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	„LF HK - Pořízení sklíčkového skeneru pro tvorbu digitálních mikroskopických preparátů včetně příslušného SW“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení:	veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Vážení dodavatelé,

dne 20. 7. 2018 nám byla v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 ZZVZ tímto Zadavatel poskytuje k uvedené žádosti následující vysvětlení:

Text žádosti dodavatele:

„Dobrý den,

chtěli bychom tímto požádat o vysvětlení následujícího bodu zadávací dokumentace uvedeného v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace vč. cenové tabulky znějícího "Automatickou identifikaci čísla vzorku dle 3D barcode, jež je generován laboratorním informačním systémem a je uveden na štítku preparátu, možnost automatického uložení skenu pod tímto číslem".

Podle zkušeností dodavatele a jeho znalostí trhu se v laboratořích používají v laboratorním informačním systému 1D a 2D kódy, přičemž dodavateli není známo, že by se 3D kódy v pravém slova smyslu vůbec používaly.

Prosíme zadavatele o vysvětlení, co měl přesně 3D kódem na mysli.

Předem děkujeme za odpověď.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel na základě obdržené žádosti o vysvětlení svůj požadavek uvedený v bodě 4.1. zadávací dokumentace Veřejné zakázky a také v příloze č. 1 – Technická specifikace vč. cenové tabulky na:

„automatickou identifikaci čísla vzorku dle 3D barcode, jež je generován laboratorním informačním systémem a je uveden na štítku preparátu, možnost automatického uložení skenu pod tímto číslem“, upřesňuje následovně, a to tak, že požaduje, aby skener, resp. jeho software byl schopný automatické identifikace vzorku jak z "klasického čárového kódu" (ve formátech typu 2/5, codabar apod.) tak z matricového kódu (typu QR code nebo Data Matrix). Zadavatel však nepožaduje, aby skener umožňoval automatickou identifikaci čísla vzorku dle 3D barcode, naopak upřesňuje, že se má jednat o 1D a 2D barcode.

V souvislosti s výše uvedenou změnou požadavku Zadavatele tímto Zadavatel přiměřeně přistoupí ke změně zadávacích podmínek, konkrétně bude upraven text týkající se výše uvedeného požadavku uvedený v:

- *čl. 4.1. zadávací dokumentace Veřejné zakázky, šestá odrážka v části Minimální požadované technické parametry Skeneru (Přístroj musí splňovat minimálně následující požadavky:); a*
- *příloze č. 1 - Technická specifikace vč. cenové tabulky, konkrétně text uvedený v buňce B12 (Požadované parametry:).*

a to na požadavek tohoto znění:

„automatickou identifikaci vzorku z „klasického“ čárového kódu (ve formátech typu 2/5, codabar apod. – 1D) a rovněž z matricového kódu (typu QR code nebo Data Matrix – 2D), jež je generován laboratorním informačním systémem a je uveden na štítku preparátu, možnost automatického uložení skenu pod tímto číslem“

Zadavatel tedy tímto rozhoduje o změně zadávací dokumentace Veřejné zakázky, jak následuje:

- I. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky se nahrazuje zadávací dokumentací Veřejné zakázky, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.**
- II. Technická specifikace vč. cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje technickou specifikací vč. cenové tabulky, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.**
- III. Vzhledem k výše uvedeným změnám rozhoduje Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ taktéž o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:**

Konec lhůty pro podání nabídek: 29. 8. 2018, 12:00 hodin

Pro úplnost Zadavatel uvádí, že opravené znění technické specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky se použije i pro přílohu č. 1 závazného návrhu Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

V Hradci Králové dne 24. 7. 2018

za **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. – děkan