



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Týká se součásti: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. - děkan

Název veřejné zakázky: **Laboratorní materiál**

Názvy projektů: Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově, reg.č.CZ.1.07/2.3.00/30.0022
Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0235
Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 229614.

Dotaz k výběrovému řízení "Laboratorní materiál", část 2, skupina A, číslo položky 20 a 21, Bioreaktor O2sensor a Bioreaktor pH sensor:

Je možná podrobnější specifikace předmětů poptávky ze strany zadavatele? Např. objem, viskozita, hustota, tlak, požadavky na minimální vybavení.

Odpověď:

Bioreaktor O2 senzor: Metter Toledo, InPro 6100/220/T/N (písmeno N-značí standard a T - teflon), o průměru 12 mm, 4-pin konektor do kříže, délka 220 mm, k bioreaktoru BIOSTAT-B-DCU, 2 litry, popř. analogický sensor plně kompatibilní.

Bioreaktor pH senzor: Metter Toledo, 405-DPAS-SC-K8S/200, do 130 °C, pH 0-12, průměr 12 mm, konektor K8S, Pg 13,5, materiál PTFE (u korektoru), pH sensitive glass (elektroda), popř. analogický sensor plně kompatibilní.

Uchazeči jsou oprávněni nabídnout i analogické sensory, které budou plně kompatibilní.

V Praze dne 28. 2. 2013