



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Týká se součásti: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. - děkan

Název veřejné zakázky: **Laboratorní materiál**

Názvy projektů: Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově, reg.č.CZ.1.07/2.3.00/30.0022
Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0235
Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 229614.

Dotaz:

V části III. prosím o upřesnění položky s názvem průtoková spektrofotometrická cela Hellma, optická délka 10 mm, jaký materiál a výška centra v mm?

Odpověď:

Křemenná kyveta, výška centra umožňující měření ve spektrofotometrech HP 8453 nebo podobné, výrobce uvádí výšku centra 15 mm, detaily na: <http://www.hellma-analytics.com/text/1071/en/connection-options-for-flow-through-cells.html>

Dotaz:

Prosím o upřesňující informaci k části III. Konkrétně k objektivu binokulárního mikroskopu, je požádáno 3 ks, a to zvětšení 4,10 a 20? Prosím o typ mikroskopu Olympus, kvůli možnosti aplikace správného objektivu, případně, pokud již nějaký objektiv u mikroskopu je, tak jeho typ. Starší přístroje nemohou dostat novější objektivy, jelikož by nebylo dokonalé zaostřování.

Odpověď:

Olympus AX 70



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dotaz:

Prosím o upřesňující informaci, konkrétně k části III. Optické kabely: specifikaci požadovaných optických vláken. Jestliže se jedná o optická vlákna se zakončením tkz. patchcordy potřebuji vědět, jestli se jedná o vlákno jednovidové (jedna vlnová délka) nebo mnohavidové (několik vlnových délek), simplexní (jedno vlákno v pouzdře) nebo duplexní (dvě vlákna) a případně uvést i požadovaný typ zakončení. Pokud objednáváte optický kabel bez zakončení, prosím uveďte počet vláken v kabelu a uveďte specifikaci jednovidový nebo mnohavidový. Dále prosím o určení délky kabelu a počtu požadovaných kabelů. Průměr kabelu uvádíte i s ochranným obalem nebo bez? Případně při připojení k přístroji, tak k jakému typu a požadované množství jedné jednotky.

Odpověď:

Optický kabel umožňující přenos světla v UV a VIS oblasti, obsahuje jedno vlákno v pouzdře, délka vlákna 30-50 cm, rozměr specifikuje průměr optického vlákna uvedený bez obalu (400 a 600 mikrom), zakončení SMA konektorem, určené k připojení k UV-VIS detektorům Ocean Optics, Avantes apod, 1 ks představuje jeden optický kabel.

Dotaz:

Ve Vaší příloze u dotazu v III. části odpovídáte, že zákazník požaduje rukavice latex velikosti M a L. V poptávce je uvedeno 1000 ks, tím je myšleno od každé velikosti? Nebo půl na půl?

Odpověď:

Myšleno je 1000 ks celkem, čili pro účely zadávacího řízení půl na půl.

V Praze dne 13. 3. 2013