

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I**

### **Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli**

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř průtokové cytometrie**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-024682**

spisová značka zadavatele: **LFHKCF0016**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

#### **ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:**

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*„Zadavatel v popisu technických parametrů xCELLigence, dokument „Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení“ – Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky popisuje „E-Plate 96 (speciální 96 jamková destička)“.*

*Dotaz:*

*Má zadavatel na mysli kompatibilitu s měřením pomocí E-Plate 96, speciální 96 jamkové destičky?“*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci xCELLigence v příloze č. 4b dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky takto:*

*„Technický parametr: Kompatibilita s měřením pomocí E-Plate 96 (speciální 96 jamková destička)*

*Požadavky zadavatele: ano“*

### **Dotaz č. 2**

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*„Zadavatel v popisu technických parametrů xCELLigence, dokument „Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení“ - Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky popisuje „Programové vybavení v českém a anglickém jazyce umožňující plánování a monitorování průběhu experimentu, normalizaci a analýzu naměřených dat, export do MS Excel a Word“.*

*Dotaz:*

*Programové vybavení v českém jazyce k zařízením určeným pro vědeckovýzkumné účely není obvyklé a zahraniční výrobci těchto zařízení jej nenabízí. Bude zadavatel akceptovat programové vybavení pouze v anglickém jazyce, za předpokladu splnění všech dalších parametrů popisujících možnosti měření a analýz?“*

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci xCELLigence v příloze č. 4b dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky takto:*

*„Technický parametr: Programové vybavení v českém, nebo anglickém jazyce umožňující plánování a monitorování průběhu experimentu, normalizaci a analýzu naměřených dat, export do MS Excel a Word*

*Požadavky zadavatele: ano“*

**Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 15.08.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.**

**Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 15.08.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.**

**Specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 15.08.2018, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.**

### **ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

**Lhůta pro podání nabídek: do 19.09.2018, do 10:30 hod.**

**Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

**Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.**

V Brně dne 15.08.2018

---

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta  
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát  
společník a jednatel