

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-027006**
spisová značka zadavatele: **LFHKCF0006**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Můžeme nabídnout přístroj, který splňuje všechny body v požadované technické specifikaci nebo je i překračuje lepšími hodnotami.

Pouze u rozměrů přístroje, vzhledem k materiálovému zpracování -kovové konstrukci temné komory - je vyšší váha a to 60kg. (Celokovová konstrukce zajišťuje větší odolnost a životnost přístroje).

Bude akceptována větší váha přístroje?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4c dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky pro přístroj Chemidokumentační systém takto:

„Technický parametr: Rozměry a váha přístroje (bez PC):

Požadavky zadavatele: Šířka: do 0,7 m / Délka: do 0,65 m / Výška: do 1 m / Váha: do 60 kg“

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V technické specifikaci 1 – „Dry blot“ je mj. požadováno „transfer 2 mini gelů (7 x 8,5 cm) najednou“.

Je přípustná nějaká drobná tolerance u tohoto rozměru? Malé elektroforézy mají velikost skel typicky 10 x 10 cm, velikost samotného gelu bývá cca 8 x 8 cm +/- 1 cm. Záleží na konkrétním výrobcí.

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout zařízení pro transfer 2 gelů o rozměrech cca 8 x 8 cm s tolerancí +/- 1 cm?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4c dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky pro přístroj Dry blot takto:

„Technický parametr: transfer 2 mini gelů (maximální velikost gelu 10 x 10 cm) najednou

Požadavky zadavatele: ano“

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V technické specifikaci 2 – „Chemidokumentační systém“ je mj. požadováno „váha: do 40 kg“.

Chápeme tento požadavek jako pomocný pro určení přibližné velikosti a robustnosti systému. Kvalitní dokumentační systémy mají temnou komoru z dostatečně silného ocelového plechu, jejich hmotnost může být i o pár kilogramů vyšší. Laboratorní stoly bývají dostatečně dimenzované i na podstatně větší zatížení, neměl by to být problém.

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout zařízení s hmotností do 50 kg?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 4

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V technické specifikaci 3 – „Soubor vybavení pro nácvik Western blotu“ je mj. požadováno „technické parametry semi dry transfer: minimálně 4 mini gely (10 x 10 cm).

Semi dry blot má rozměr elektrod (aktivní plochy) 20 x 20 cm, je na ni možné položit 4 mini gely teoreticky až do rozměru 10 x 10 cm. Ale gely by se navzájem dotýkaly, mohlo by dojít k nežádoucí krosskontaminaci vzorků. Jak ale bylo uvedeno výše, malé elektroforézy se skly 10 x 10 cm mají skutečný rozměr gelu cca 8 x 8 cm, takové 4 gely lze na semi dry blotu s elektrodami 20 x 20 cm bez problémů zpracovávat.

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout zařízení s velikostí elektrod 20 x 20 cm, určené pro 4 mini gely cca 8 x 8 cm?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Požadavkem na kapacitu transferu: „minimálně 4 mini gely (10x10 cm)“ se rozumí kapacita transferu minimálně 4 mini gelů s maximální velikostí 10x10 cm.

Plnění umožňující transfer 4 mini gelů o rozměrech 8 x 8 cm je s ohledem na shora uvedené přípustné.

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4c dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky pro Soubor vybavení pro nácvik Western blotu takto:

„Technické parametry semi dry transfer

Technický parametr: Kapacita transferu:

Požadavky zadavatele: minimálně 4 mini gely (max. velikost gelu 10x10 cm)“

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 03.09.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 03.09.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace plnění pro část 3 veřejné zakázky v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 03.09.2018, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 08.10.2018, do 10:30 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 03.09.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel