

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-024960**
spisová značka zadavatele: **LFHKCF0009**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1 k části 4 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V technických parametrech je u části 4.) Termoblok, požadavek na hmotnost přístroje max. 5 kg

Náš dotaz zní:

Jelikož absolutní většina výrobců těchto termobloků, se z důvodu stability přístroje, pohybuje s hmotností přístroje v rozmezí mezi 7-8 kg a v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům, s ohledem na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných

zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesměli být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, se dotazujeme, jestli by bylo možné nabídnout termoblok, který absolutně splňuje, nebo také překračuje veškeré technické požadavky, včetně všech rozměrů, ale má hmotnost přístroje 7,5 kg ???

Odpověď na dotaz č. 1 k části 4 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4d dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky pro přístroj Termoblok takto:

„Technický parametr: Hmotnost:

Požadavky zadavatele: max. 10 kg“

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 07.09.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 07.09.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace plnění pro část 4 v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 07.09.2018, jsou uveřejněny současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 12.10.2018, do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 07.09.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel