

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II**

### **Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli**

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**LF HK – NANOBIO – Pořízení přístrojového vybavení**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-028494**

spisová značka zástupce zadavatele: **LFHKNBKA02**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „*zadavatel*“)

#### **ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:**

### **Dotaz č. 1 k části 5 veřejné zakázky**

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*reagujeme na veřejnou zakázku nazvanou "LF HK – NANOBIO – Pořízení přístrojového vybavení" (evidenční číslo Z2018-028494) zde dne 20. 8. 2018. Ve "Specifikacích předmětu plnění pro část 5" (týkajících se systému pro qPCR) uvádíte požadavek, aby se jednalo o 96-jamkový termocyklér vyměnitelný za 384-jamkový bez nutnosti výměny optického systému. Přístroj, který bychom rádi nabídli, sestává ze dvou modulů - báze a optického modulu s blokem pro 96 jamek. Tento optický modul je možné vyměnit za optický modul s blokem pro 384 jamek. Moduly jsou vyměňovány vcelku,*

*tedy včetně detekčního systému. To s sebou nese výhodu, protože v případě poruchy detekčního systému v jednom modulu je možné okamžitě použít druhý modul. Budete akceptovat takovéto řešení?*

#### **Odpověď na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4e dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky.*

**Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 24.09.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.**

**Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 24.09.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.**

**Specifikace plnění pro část 5 veřejné zakázky v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 24.09.2018, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II.**

#### **ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

**Lhůta pro podání nabídek: do 29.10.2018, do 10:30 hod.**

**Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

**Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění.**

V Brně dne 24.09.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta  
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát  
společník a jednatel