

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – NANOBIO – Pořízení přístrojového vybavení

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-028494**

spisová značka zástupce zadavatele: **LFHKNBKA02**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Uvádíte, že požadujete kameru s rozlišením 9.0 MPx a aperturou minimálně 0.95. Budete akceptovat kameru se stejnou aperturou, která má rozlišení 6 MPx? I s tímto rozlišením lze dosáhnout vysoké kvality zobrazení, která umožní tvorbu obrázku vhodných do publikací.

Odpověď na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na svém požadavku na kameru s rozlišením 9.0 MPx. Přístroj bude používán k velmi citlivé analýze western blot, která vyžaduje v některých případech minimálně 9.0 MPx rozlišení pro vymezení jednotlivých oblastí dat.

Dotaz č. 2 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Požadujete UV-transiluminátor s možností detekce při vlnových délkách 302 a 365 nm. Budete akceptovat detekci pouze při vlnové délce 302 nm? Tato vlnová délka je postačující pro vizualizaci ethidium bromidu a podobných barviv.

Odpověď na dotaz č. 2 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na svém požadavku na obě dvě vlnové délky, tj. 302 a 365 nm, a to z důvodu eliminace vzniku bodových mutací ve zpracovávané DNA během analýzy.

Dotaz č. 3 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Požadujete aspoň 3 sady LED excitačních zdrojů s vlnovými délkami 457 ± 10 nm, 530 ± 10 nm a 528 ± 10 nm (modrá, zelená, červená) pro detekci barviv Cy2, Cy3 a Cy5. Budete akceptovat zařízení s 5 sadami LED zdrojů o vlnových délkách, 460 – 490 nm, 520 – 545 nm, 625 – 650, 650 – 675 nm a 755 – 777 nm? Kromě modrého, zeleného a červeného kanálu umožňují také excitaci dlouhovlnným červeným a krátkovlnným infračerveným zářením, čímž odpadá požadovaná nutnost upgradu na tyto dva kanály (IR 700, IR 800). I v tomto rozsahu modré, zelené a červené lze snadno detekovat barviva Cy2, Cy3 a Cy5. Navíc je možné využívat barviva excitovaná v dlouhovlnném červeném a krátkovlnném infračerveném oboru spektra, v nichž je nižší intenzita pozadí, což umožňuje delší doby expozice.

Odpověď na dotaz č. 3 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel jako základ požaduje alespoň 3 základní sady LED excitačních světél pro detekci Cy2, Cy3 a Cy5, které byly specifikovány v zadávací dokumentaci a na kterých zadavatel trvá. Každý další zdroj na detekci jiných barviv navíc bude zadavatel samozřejmě akceptovat.

Dotaz č. 4 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Požadujete vestavěný počítač s instalovaným operačním systémem Windows 10. Budete akceptovat zařízení, jehož ovládací software běží na platformě Linux? Tento operační systém je stabilnější a odolnější vůči potencionálním virovým hrozbám.

Odpověď na dotaz č. 4 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Pokud daný systém Linux splňuje zadavatelem požadovanou specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky, bude jej zadavatel samozřejmě akceptovat. Systém Windows 10 byl uveden pouze jako příklad.

Dotaz č. 5 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Požadujete systém s rozměry 50 x 60 x 60 cm. Budete akceptovat zařízení s podobnými rozměry 61 x 51 x 53 cm?

Odpověď na dotaz č. 5 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na svém požadavku na maximální rozměry. Dané maximální rozměry byly zadavatelem stanoveny s ohledem na umístění přístroje v laboratoři. Tyto prostory jsou omezené a nelze je jednoduchým způsobem upravit.

V Brně dne 09.10.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel