

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. V

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – NANO BIO – Pořízení přístrojového vybavení

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-028494**

spisová značka zástupce zadavatele: **LFHKNBKA02**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci bez předchozí žádosti dodavatele takto:

1)

Vysvětlení

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 09.10.2018 v odpovědi na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky zadavatel uvedl, že „*trvá na svém požadavku na kameru s rozlišením 9.0 MPx. Přístroj bude používán k velmi citlivé analýze western blot, která vyžaduje v některých případech minimálně 9.0 MPx rozlišení pro vymezení jednotlivých oblastí dat.*“.

Zadavatel se ve Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace dopustil písařské chyby, když namísto požadavku na 8 MPx uvedl požadavek na 9 MPx.

Zadavatel tímto na pravou míru uvádí informace uvedené ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 09.10.2018. Zadavatel skutečně trvá na svém původním požadavku na rozlišení kamery, tento požadavek dle Přílohy č. 4b dokumentace zadávacího řízení - Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky však původně zněl na rozlišení minimálně 8 MPx.

Pro vyloučení všech pochybností: **Zadavatel v rámci technické specifikace pro část 2 veřejné zakázky trvá na svém původním technickém požadavku, aby předmětné zařízení mělo rozlišení minimálně 8 MPx.**

V Brně dne 12.10.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel