



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	EFSA-CDN – Peptidový syntetizátor
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-034617
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Požadovaný peptidový syntetizátor je pokročilé robotizované laboratorní zařízení, kde jsou použity vysoce přesné komponenty, řízené specifickým softwarem. Toto robotické a vysoce přesné zařízení např. dávkuje chemikálie s přesností v mikrolitrech. Aby byla zajištěna stabilita a spolehlivost přístroje, byl výrobcem pečlivě vybrán vhodný PC, který je dlouhodobě stabilní ve spojení s přístrojem. Toto PC slouží výhradně pro řízení syntetizátoru. Na tomto PC nesmí být instalováno cokoli jiného, nesmí být připojeno jakékoliv další příslušenství a nesmí být připojen do sítě. Jakýkoliv takový zásah může vést k narušení funkcí přístroje a tedy jeho nesprávnou funkci. Jakékoliv instalační aktivity na tomto PC může provádět pouze autorizovaný servis. Nesmí být použity ani například jiné kabely, konektory a podobně, neboť i tyto zdánlivě banální součásti mohou znemožnit správnou funkci. Veškeré komponenty musí být výhradně použity originálně dodávané výrobcem zařízení. V opačném případě zcela zaniká záruka.

Vámi specifikované požadavky na PC nejsou kompatibilní s výrobcem standardně dodávaným PC k tomuto syntetizátoru. U takto specifického zařízení, jakým je robotizovaný syntetizátor peptidů nelze libovolně volit PC a jeho parametry, PC dodávané jako součást zařízení je dlouhodobě testováno včetně všech komponent, než je uvolněno pro tento účel. Toto PC není možné chápat jako běžné PC, ale jako integrální součást vysoce specializovaného zařízení. Praktické zkušenosti jasně ukazují, že i pouhá změna kabelu může vést k nesprávné funkci.

Z tohoto důvodu navrhujeme Váš požadavek na PC zcela odstranit, protože u takto specifických zařízení je dodávané PC plně na straně výrobců. Naši specifikaci PC Vám můžeme poskytnout, ale domníváme se, že bychom tímto nepřipustně ovlivnili volnou soutěž, když každý dodavatel má své vlastní řešení. Pro Vámi poptávané zařízení jsou důležité a rozhodující technické parametry zařízení samotného, PC zde slouží čistě jako řídicí jednotka. Nejedná se tedy a nelze toto PC chápat jako běžné PC. Rádi by jsme podali nabídku, nicméně kvůli specifikaci PC z Vaší strany to není možné. Trváte na Vaší specifikaci nebo je možné tento požadavek vypustit?



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď na dotaz č. 1

Z důvodu kompatibility přístroje peptidového syntetizátoru s počítačem se technická specifikace počítače, příloha č. 2c technická specifikace PC zcela vypouští. Zadavatel požaduje, aby přístroj byl plně kompatibilní s dodaným PC.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 23. 11. 2018 v 10:00 hodin.**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové dne 23. 10. 2018

Ing. Markéta Vítková
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

