

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – NANOBIO – Pořízení přístrojového vybavení

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-028494**

spisová značka zástupce zadavatele: **LFHKNBKA02**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 5 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Prosíme o upřesnění specifikace pro část 5, veřejné zakázky "LF HK – NANOBIO – Pořízení přístrojového vybavení" - Část qPCR.

Ve požadovaných technických parametrech uvádíte, aby se jednalo o 96-jamkový termocyklér vyměnitelný za 384-jamkový bez nutnosti výměny optického systému.

Znamená to, že je požadován systém pro RealTime PCR, který je výrobcem standardně deklarován, jako přístroj s výměnnými bloky pro 96 & 384 vzorků?

Součástí nabídky musí být dodávka obou typů bloků a jejich instalace?

Výměnu bloků může provést pouze uživatel, bez nutnosti servisního zásahu a bez nutnosti pořízení speciálních nástrojů nebo pomůcek pro jejich výměnu?

Bude zadavatel akceptovat nabídku, která bude místo systému s možností výměny termocykleru z 96-jamkového na 384-jamkový obsahovat dva přístroje - jeden s blokem na 96 jamek a druhý s blokem na 384 jamek, které budou splňovat ostatní technické parametry?

Děkuji za odpověď

Odpověď na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ano, zadavatel požaduje systém pro RealTime PCR, který je výrobcem deklarován jako přístroj s výměnnými bloky pro 96 a 384 vzorků.

Ano, zadavatel požaduje dodávku systému pro RealTime PCR vč. obou typů bloků a jejich instalace.

Ano, zadavatel požaduje systém pro RealTime PCR, u kterého je možná výměna bloků uživatelem, tj. bez nutnosti servisního zásahu a bez nutnosti pořízení speciálních nástrojů nebo pomůcek pro jejich výměnu.

Ne, zadavatel požaduje systém pro RealTime PCR s výměnou thermobloku, a to v parametrech 96-jamkového a 384-jamkového thermobloku, které lze vyměnit bez nutnosti zásadních změn v přístroji.

V Brně dne 23.10.2018

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel