



UNIVERZITA KARLOVA  
Lékařská fakulta  
v Hradci Králové

## Dokumentace zadávacího řízení

pro veřejnou zakázku na dodávky  
zadávanou v otevřeném řízení  
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**zákon**“)

Název veřejné zakázky:

### **LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

**Z2018-036604**

Zadavatel:

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**  
IČO: 00216208  
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

Veřejná zakázka je zadávána v nadlimitním režimu. Práva a povinnosti v dokumentaci zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem.

## Obsah:

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Identifikační údaje zadavatele .....                      | 3  |
| 2.  | Vymezení některých pojmů .....                            | 3  |
| 3.  | Předmět veřejné zakázky .....                             | 4  |
| 4.  | Doba a místo plnění veřejné zakázky .....                 | 10 |
| 5.  | Požadavky na prokázání kvalifikace .....                  | 10 |
| 6.  | Obchodní a platební podmínky .....                        | 10 |
| 7.  | Požadavky na způsob zpracování ceny plnění .....          | 11 |
| 8.  | Hodnocení nabídek pro část 1 veřejné zakázky .....        | 12 |
| 9.  | Hodnocení nabídek pro část 2 veřejné zakázky .....        | 16 |
| 10. | Hodnocení nabídek pro část 3 veřejné zakázky .....        | 19 |
| 11. | Hodnocení nabídek pro část 4 veřejné zakázky .....        | 22 |
| 12. | Hodnocení nabídek pro část 5 veřejné zakázky .....        | 25 |
| 13. | Hodnocení nabídek pro část 6 veřejné zakázky .....        | 27 |
| 14. | Hodnocení nabídek pro část 7 veřejné zakázky .....        | 30 |
| 15. | Závaznost požadavků zadavatele .....                      | 32 |
| 16. | Prohlídka místa plnění .....                              | 32 |
| 17. | Vysvětlení zadávací dokumentace .....                     | 33 |
| 18. | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace .....            | 34 |
| 19. | Lhůta pro podání nabídek .....                            | 34 |
| 20. | Otevírání nabídek .....                                   | 35 |
| 21. | Zadávací lhůta .....                                      | 35 |
| 22. | Jistota .....                                             | 35 |
| 23. | Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení .....       | 35 |
| 24. | Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky ..... | 35 |
| 25. | Další podmínky a práva zadavatele .....                   | 37 |
| 26. | Seznam příloh .....                                       | 37 |

## 1. Identifikační údaje zadavatele

|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:                      | <b>Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové</b>                                                  |
| IČO:                                   | 00216208                                                                                                      |
| Sídlo:                                 | Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03                                                                       |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: | prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan                                                                       |
| Kontaktní osoba:                       | Mgr. Petra Kubizňáková, manažer pr. CORE FACILITIES                                                           |
| Adresa profilu zadavatele:             | <a href="https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html">https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html</a> |

### Smluvní zastoupení zadavatele

**1.1** Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: [zakazky@akfiala.cz](mailto:zakazky@akfiala.cz), tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „**zástupce zadavatele**“).

**1.2** Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 zákona pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení, a to včetně přijímání případných námitek.

### Komunikace

**1.3** Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat zejména elektronicky (s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 zákona), a to zejména prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje.

**1.4** Pro komunikaci se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje: [https://zakazky.cuni.cz/profile\\_display\\_11.html](https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html) (dále jen „**elektronický nástroj**“).

## 2. Vymezení některých pojmů

**2.1** **Zadávacími podmínkami** se v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené:

- a) podmínky průběhu zadávacího řízení,
- b) podmínky účasti v zadávacím řízení,
- c) pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,
- d) pravidla pro hodnocení nabídek,
- e) další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

**2.2** **Zadávací dokumentací** se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího

řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

**2.3** Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

**2.4** Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný „**Dokumentace zadávacího řízení**“.

**2.5** Kvalifikační dokumentací se rozumí samostatný dokument nazvaný „**Kvalifikační dokumentace**“ (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

### **3. Předmět veřejné zakázky**

#### **Rozdělení veřejné zakázky na části**

**3.1** Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

**Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

**Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

**Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

**Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

**Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**

**Část 6 – Stojany na chovné nádoby**

**Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

**3.2** Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

**3.3** Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.

**3.4** Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.



## **Předmět plnění veřejné zakázky**

### **Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

**3.5** Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka:

- a) 2 ks stojanů včetně nejméně 96 ks individuálně ventilovaných klecí (dále také jen „**IVC**“) pro myši (tj. dvakrát 1 ks stojanu s nejméně 48 ks IVC pro myši) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**IVC se stojany pro myši**“);

jedná se o sestavu individuálně ventilovaných klecí pro myši ve dvou stojanech, celkem pro nejméně 96 klecí;

dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení IVC (víka s HEPA filtry, napájecí láhve s pítky, nerezová krmítka, označovací štítky apod.);

- b) 2 ks stojanů včetně nejméně 56 ks IVC pro potkany (tj. dvakrát 1 ks stojanu s nejméně 28 ks IVC pro potkany) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**IVC se stojany pro potkany**“);

jedná se o sestavu individuálně ventilovaných klecí pro potkany ve dvou stojanech, celkem pro nejméně 56 klecí;

dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení IVC (víka s HEPA filtry, napájecí láhve s pítky, nerezová krmítka, označovací štítky apod.);

- c) 2 ks ventilačních jednotek ke stojanům s IVC pro hlodavce pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**ventilační jednotka**“);

jedná se o kompaktní přístroj, který zajišťuje výměnu vzduchu v individuálně ventilovaných klecích, které jsou určené pro myši, resp. pro potkany – proudění vzduchu musí být vždy přes HEPA filtry, aby se vnitřní prostředí klecí nekontaminovalo z vnějšího prostředí;

součástí dodávky musí být všechny spojovací komponenty nezbytné k připojení nejméně dvou stojanů s IVC;

dodávka musí zahrnovat pružné spojovací hadice k odvodu použitého vzduchu do vyústění klimatizace.

### **Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

**3.6** Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompletně vybaveného přestýlacího a ochranného boxu pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**přestýlací box**“).

**3.7** Jedná se o zařízení, které je konstruováno pro manipulaci se zvířaty a pro přestýlání, vybavené laminárním prouděním vzduchu v přestýlacím boxu, které brání přenosu infekce z okolního prostředí na zvířata, jakož i přenosu infekce od zvířat na obsluhu.

**3.8** Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je dezinfekční stanice pro dekontaminaci rukou, držák vík klecí a box na dietu v peletách.

### **Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

**3.9** Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka 1 ks ochranného boxu pro vysypávání použité podestýlky pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**ochranný box**“).

**3.10** Jedná se o zařízení určené pro vysypávání použité podestýlky z chovných klecí s účinnou vzduchovou bariérou chránící obsluhu při celém procesu výměny a zabráňující úniku nečistot, alergenů a experimentálních látek z chovných nádob při jejich vysypávání.

### **Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

**3.11** Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka:

- a) 1 ks myčky klecí a pítek pro malá laboratorní zvířata pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**myčka**“);

jedná se o zařízení na mytí klecí a pítek pro malá laboratorní zvířata;

dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení příslušenstvím a dva obslužné stoly;

dodávka musí být provedena v souladu s příslušnými technickými normami;

- b) nejméně 2 ks nerezových košů na láhve s pitnou vodou pro malá laboratorní zvířata (láhve nejsou součástí předmětu plnění) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**koše na láhve**“);
- c) 1 ks transportního stojanu na láhve pro hlodavce pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**stojan na láhve**“);

jedná se o nerezový stojan, do kterého se vkládají jednotlivé koše s láhvemi na pitnou vodu tak, aby se mohly pohodlně vložit do myčky nebo usnadnily výměnu použitých lahví za nové v chovných klecích;

pro zajištění čistoty umytých lahví musí být stojan vybaven nylonovým krytem.

## **Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**

**3.12** Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je dodávka 1 ks nerezového instrumentačního vozíku pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „*instrumentační vozík*“).

**3.13** Jedná se o zařízení, které bude sloužit k převážení spotřebního materiálu a chovných klecí se zvířaty do operační místnosti.

## **Část 6 – Stojany na chovné nádoby**

**3.14** Předmětem plnění části 6 veřejné zakázky je dodávka 3 ks stojanů na chovné nádoby pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „*stojany na nádoby*“).

**3.15** Jedná se o zařízení, které umožní ustájit chovné klece a splnit všechny hygienické požadavky.

## **Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

**3.16** Předmětem plnění části 7 veřejné zakázky je dodávka 3 ks inhalačních anesteziologických přístrojů pro malá laboratorní zvířata pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „*anesteziologické přístroje*“).

**3.17** Jedná se o přístroj užívaný k navození celkové anestézie tak, aby bylo možné při operaci ventilovat laboratorní zvířata s různou tělesnou hmotností (myš 20-50 gramů; potkan 50–500 gramů; králík 1–5 kg). V odpařovači se tekutý anesteziologický prostředek mění na plyn s anestetickými účinky a následně je vháněn ventilátorem přímo do plic zvířete nebo do indukční skříně (do indukční skříně, kde je vložen hlodavec, je vháněna anestetická směs plynů z odpařovače; odsávací jednotka zajistí odsátí směsi ze skříně při dosažení celkové anestézie, případně od obličejové masky). Každá sestava musí obsahovat absorber, schopný pojmout vydýchaný oxid uhličitý.

**3.18** Dodávka musí zahrnovat všechna podpůrná zařízení jako je příslušenství nezbytné k navození celkové anestézie u zvířat různých velikostí (ventilátor, odpařovač, masky, indukční skříně, odsávací jednotky, absorber).

**3.19** Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_017/0002515.

**3.20** Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

## **Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

**3.21** Zadavatel vymezil předmět příslušné části veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

### **Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

Kód CPV:

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 39151100-6 | Regály                                     |
| 44611600-2 | Nádrže                                     |
| 42512300-1 | Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci |
| 38424000-3 | Měřicí a řídicí zařízení                   |
| 38122000-6 | Barometry                                  |
| 38421110-6 | Průtokoměry                                |

### **Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

Kód CPV:

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 31219000-4 | Ochranné skříně                             |
| 33152000-0 | Inkubátory                                  |
| 33192340-7 | Nábytek do operačních sálů s výjimkou stolů |

### **Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

Kód CPV:

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 31219000-4 | Ochranné skříně                             |
| 33152000-0 | Inkubátory                                  |
| 33192340-7 | Nábytek do operačních sálů s výjimkou stolů |

### **Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

Kód CPV:

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 42921100-9 | Přístroje k čištění a sušení lahví nebo jiných nádob                  |
| 42971000-3 | Části myček na nádobí                                                 |
| 39181000-4 | Laboratorní stoly                                                     |
| 39226100-3 | Přepravky na láhve                                                    |
| 42973000-7 | Části plnicích strojů                                                 |
| 42921000-8 | Přístroje k čištění, plnění, rovnání nebo balení lahví a jiných nádob |
| 34912000-3 | Vozíky na zavazadla                                                   |

### **Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**

Kód CPV:

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 34912000-3 | Vozíky na zavazadla                         |
| 33192340-7 | Nábytek do operačních sálů s výjimkou stolů |
| 34911100-7 | Vozíky                                      |

## **Část 6 – Stojany na chovné nádoby**

Kód CPV:

39151100-6 Regály  
33192340-7 Nábytek do operačních sálů s výjimkou stolů

## **Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

Kód CPV:

33172100-7 Anesteziologické přístroje  
33123000-8 Kardiovaskulární přístroje

### **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

**3.22** Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí **3.574.744,00 Kč bez DPH.**

## **Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

**3.23** Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky činí **1.469.700,00 Kč bez DPH.**

## **Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

**3.24** Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky činí **266.800,00 Kč bez DPH.**

## **Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

**3.25** Předpokládaná hodnota části 3 veřejné zakázky činí **236.320,00 Kč bez DPH.**

## **Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

**3.26** Předpokládaná hodnota části 4 veřejné zakázky činí **843.440,00 Kč bez DPH.**

## **Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**

**3.27** Předpokládaná hodnota části 5 veřejné zakázky činí **13.500,00 Kč bez DPH.**

## **Část 6 – Stojany na chovné nádoby**

**3.28** Předpokládaná hodnota části 6 veřejné zakázky činí **85.500,00 Kč bez DPH.**

## **Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

**3.29** Předpokládaná hodnota části 7 veřejné zakázky činí **659.484,00 Kč bez DPH.**

**3.30** Předpokládaná hodnota příslušné části veřejné zakázky zároveň představuje nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny pro příslušnou část veřejné zakázky bez DPH (s ohledem na způsob spolufinancování veřejné zakázky a dostupné finanční prostředky zadavatele). Překročení

nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění zadávacích podmínek příslušné části veřejné zakázky.

#### **Financování veřejné zakázky**

**3.31** Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a ze státního rozpočtu České republiky.

#### **Ostatní podmínky**

**3.32** Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmkoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávacích podmínkách.

### **4. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

**4.1** Doba a místo plnění jsou stanoveny v obchodních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

### **5. Požadavky na prokázání kvalifikace**

**5.1** Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v kvalifikační dokumentaci (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

### **6. Obchodní a platební podmínky**

**6.1** Zadavatel stanoví pro každou část veřejné zakázky obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (dále jen „*návrhy smluv*“ nebo jednotlivě „*návrh smlouvy*“), (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

**6.2** Zadavatel stanoví, že na každou část veřejné zakázky uzavře samostatnou smlouvu, a to s tím účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla v příslušné části veřejné zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

**6.3** Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.

**6.4** Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh. Pokud je v návrhu smlouvy ve vztahu k některým údajům uvedena informace „**[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]**“, účastník zadávacího řízení takové údaje nedoplňuje, ani nijak neupravuje. Příslušný údaj bude do návrhu smlouvy doplněn před uzavřením smlouvy s dodavatelem.

**6.5** Účastní-li se zadávacího řízení více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit k předmětné smlouvě smlouvu, z níž bude závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z

veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

**6.6** Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými a účinnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

**6.7** Návrh smlouvy musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.

**6.8** Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

## **7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění**

**7.1** Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**7.2** Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za dodání příslušného plnění (v příslušné části veřejné zakázky, tj. za dodání IVC se stojany pro myši, IVC se stojany pro potkany a ventilačních jednotek / přestýlacího boxu / ochranného boxu / myčky, košů na láhve a stojanu na láhve / instrumentačního vozíku / stojanů na nádoby / anesteziologických přístrojů), **a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace, v Kč bez DPH** (dále jen „**nabídková cena**“). Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky.

**7.3** Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího řízení je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy.

**7.4** Nabídka musí obsahovat řádně zpracovanou cenu plnění.

**7.5** Jednotlivé číselné údaje je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.

**7.6** DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.

## **8. Hodnocení nabídek pro část 1 veřejné zakázky**

### **Ekonomická výhodnost nabídek**

**8.1** Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

**8.2** Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

### **Kritéria kvality**

**8.3** Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) Technická úroveň: *Náhradní IVC pro myši,*
- b) Technická úroveň: *Náhradní IVC pro potkany,*
- c) Technická úroveň: *Ochrana víka IVC pro potkany před okusem,*
- d) Technická úroveň: *Hlučnost ventilační jednotky,*
- e) Technická úroveň: *Spotřeba elektrické energie ventilační jednotky.*

### **Pravidla pro hodnocení nabídek**

**8.4** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) Nabídková cena,
- b) Technická úroveň: *Náhradní IVC pro myši,*
- c) Technická úroveň: *Náhradní IVC pro potkany,*
- d) Technická úroveň: *Ochrana víka IVC pro potkany před okusem,*
- e) Technická úroveň: *Hlučnost ventilační jednotky,*
- f) Technická úroveň: *Spotřeba elektrické energie ventilační jednotky.*

#### **Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

#### **Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – f) tohoto odstavce:**

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.



#### Technická úroveň: **Náhradní IVC pro myši**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen počet kusů náhradních IVC pro myši. Náhradními IVC pro myši se rozumí IVC pro myši odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným ve specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky dodané nad rámec počtu kusů IVC pro myši nutného pro úplné naplnění dodávaných stojanů.

*Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí následující příklad (veškeré údaje jsou pouze ilustrativní):*

*Pokud dodavatel v nabídce nabídne pro plnění veřejné zakázky stojan o kapacitě 50 IVC pro myši, je povinen spolu s každým stojanem dodat též nejméně 50 kusů IVC pro myši (tj. celkem 2 kusy stojanů a 100 kusů IVC pro myši). Pokud dodavatel v nabídce nabídne pro plnění veřejné zakázky k dodávanému stojanu vyšší počet kusů IVC pro myši, než který je nutný pro úplné naplnění dodávaného stojanu, např. 60 kusů IVC pro myši (tj. celkem 2 kusy stojanů a 120 kusů IVC pro myši), bude jako počet náhradních IVC pro myši hodnocen údaj 20 kusů (= 120 kusů – 100 kusů).*

**Maximální počet náhradních IVC pro myši rozhodný pro hodnocení nabídek činí 48 kusů náhradních IVC pro myši.** Pokud účastník zadávacího řízení nabídne počet náhradních IVC pro myši vyšší, tj. 49 a více kusů náhradních IVC pro myši, bude tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platí, že účastník zadávacího řízení nabídl 48 kusů náhradních IVC pro myši.

Počet kusů náhradních IVC pro myši bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejvyšším počtem kusů náhradních IVC pro myši.

#### Technická úroveň: **Náhradní IVC pro potkany**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen počet kusů náhradních IVC pro potkany. Náhradními IVC pro potkany se rozumí IVC pro potkany odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným ve specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky dodané nad rámec počtu kusů IVC pro potkany nutného pro úplné naplnění dodávaných stojanů.

*Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí následující příklad (veškeré údaje jsou pouze ilustrativní):*

*Pokud dodavatel v nabídce nabídne pro plnění veřejné zakázky stojan o kapacitě 30 IVC pro potkany, je povinen spolu s každým stojanem dodat též nejméně 30 kusů IVC pro potkany (tj. celkem 2 kusy stojanů a 60 kusů IVC pro potkany). Pokud dodavatel v nabídce nabídne pro plnění veřejné zakázky k dodávanému stojanu vyšší počet kusů IVC pro potkany, než který je nutný pro úplné naplnění dodávaného stojanu, např. 35 kusů IVC pro potkany (tj. celkem 2 kusy stojanů a 70 kusů IVC pro potkany), bude jako počet náhradních IVC pro potkany hodnocen údaj 10 kusů (= 70 kusů – 60 kusů).*

**Maximální počet náhradních IVC pro potkany rozhodný pro hodnocení nabídek činí 28 kusů náhradních IVC pro potkany.** Pokud účastník zadávacího řízení nabídne počet náhradních IVC pro potkany vyšší, tj. 29 a více kusů náhradních IVC pro potkany, bude tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platí, že účastník zadávacího řízení nabídl 28 kusů náhradních IVC pro potkany.

Počet kusů náhradních IVC pro potkany bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejvyšším počtem kusů náhradních IVC pro potkany.

#### **Technická úroveň: *Ochrana víka IVC pro potkany proti okusu***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena ochrana plastového víka dodávaných IVC pro potkany pomocí nerezového drátěného víka (dále jen „***ochrana plastového víka IVC pro potkany***“).

Ochrana plastového víka IVC pro potkany bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s ochranou plastového víka dodávaných IVC pro potkany.

#### **Technická úroveň: *Hlučnost ventilační jednotky***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena hlučnost dodávané ventilační jednotky v dB při plné obsazenosti stojanu při bazálním provozu (bazální provoz = 10 výměn vzduchu za hodinu).

Hlučnost ventilační jednotky bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejnižší hlučností dodávané ventilační jednotky.

#### **Technická úroveň: *Spotřeba elektrické energie ventilační jednotky***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena spotřeba elektrické energie dodávané ventilační jednotky v kWh při bazálním provozu (bazální provoz = 10 výměn vzduchu za hodinu).

Spotřeba elektrické energie ventilační jednotky bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejnižší spotřebou elektrické energie dodávané ventilační jednotky.

Účastník zadávacího řízení uvede údaje o technické úrovni nabízeného plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**8.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

##### **a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{65 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**b) Technická úroveň: *Náhradní IVC pro myši***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 10 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**c) Technická úroveň: *Náhradní IVC pro potkany***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 10 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**d) Technická úroveň: *Ochrana víka IVC pro potkany***

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne IVC pro potkany, u kterého je plastové víko chráněno před okusem nerezovou mřížkou, obdrží **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne IVC pro potkany, u kterého není plastové víko chráněno před okusem nerezovou mřížkou, obdrží **0 bodů**.

**e) Technická úroveň: *Hlučnost ventilační jednotky***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 5 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**f) Technická úroveň: *Spotřeba elektrické energie ventilační jednotky při bazálním provozu***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 5 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 8.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**8.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**8.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**8.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

**8.9** Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

## **9. Hodnocení nabídek pro část 2 veřejné zakázky**

### **Ekonomická výhodnost nabídek**

**9.1** Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

**9.2** Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

### **Kritéria kvality**

**9.3** Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) **Technická úroveň: *Hlučnost přestýlacího boxu,***
- b) **Technická úroveň: *Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu.***

### **Pravidla pro hodnocení nabídek**

**9.4** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) **Nabídková cena,**
- b) **Technická úroveň: *Hlučnost přestýlacího boxu,***
- c) **Technická úroveň: *Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu.***

*Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:*

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – c) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.

**Technická úroveň: Hlučnost přestýlacího boxu**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena hlučnost dodávaného přestýlacího boxu v dB.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout hlučnost přestýlacího boxu **stejnou, nebo menší než je jako nejvýše přípustná stanovena ve specifikaci předmětu plnění (v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky).**

**Nejvýše přípustná hlučnost přestýlacího boxu stanovená zadavatelem činí 65 dB.**

Hlučnost přestýlacího boxu bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejmenší hlučností dodávaného přestýlacího boxu.

**Technická úroveň: Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnoceno osvětlení vnitřního prostoru dodávaného přestýlacího boxu v celých Lux (dále jen „**úroveň osvětlení**“) nad rámec minimální úrovně osvětlení požadované zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou úrovní osvětlení a zadavatelem požadovanou minimální úrovní osvětlení.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout úroveň osvětlení **nejméně v požadované minimální úrovni osvětlení**, tj. rozdíl nabízené úrovně osvětlení a požadované minimální úrovně osvětlení nesmí být nižší než nula **(v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky).**

**Minimální úroveň osvětlení požadovaná zadavatelem činí 600 Lux.**

**Maximální úroveň osvětlení rozhodná pro hodnocení nabídek činí 1000 Lux.** Pokud účastník zadávacího řízení nabídne úroveň osvětlení vyšší, tj. 1001 a více Lux, bude tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platí, že účastník zadávacího řízení nabídl úroveň osvětlení 1000 Lux.

Účastník zadávacího řízení zpracuje úroveň osvětlení nad rámec minimální úrovně osvětlení požadované zadavatelem uvedením nabízené úrovně osvětlení do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení), a to **v celých Lux (v opačném případě bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutá úroveň osvětlení pro účely hodnocení nabídek zaokrouhlena na celé Lux dolů).** Tabulka pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení prostřednictvím předdefinovaných vzorců (v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci) vypočítá zbylé údaje za účastníka zadávacího řízení.

Do smlouvy na plnění veřejné zakázky bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutá úroveň osvětlení doplněna před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky v souladu s nabídkou účastníka zadávacího řízení.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou úrovní osvětlení a zadavatelem požadovanou minimální úrovní osvětlení bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou úrovní osvětlení a zadavatelem požadovanou minimální úrovní osvětlení.

Účastník zadávacího řízení uvede údaje o technické úrovni nabízeného plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**9.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

**a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{60 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**b) Technická úroveň: *Hlučnost přestýlacího boxu***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{20 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**c) Technická úroveň: *Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times \mathbf{20 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 9.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**9.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**9.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**9.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

**9.9** Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

## **10. Hodnocení nabídek pro část 3 veřejné zakázky**

### **Ekonomická výhodnost nabídek**

**10.1** Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

**10.2** Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

### **Kritéria kvality**

**10.3** Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) Technická úroveň: *Hlučnost ochranného boxu,*
- b) Technická úroveň: *Objem odpadního vozíku na špinavou podestýlku.*

### **Pravidla pro hodnocení nabídek**

**10.4** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) Nabídková cena,
- b) Technická úroveň: *Hlučnost ochranného boxu,*
- c) Technická úroveň: *Objem odpadního vozíku na špinavou podestýlku.*

Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – c) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.

#### Technická úroveň: *Hlučnost ochranného boxu*

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena hlučnost dodávaného ochranného boxu v dB.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout hlučnost ochranného boxu **stejnou, nebo menší než je jako nejvýše přípustná stanovena ve specifikaci předmětu plnění (v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky).**

**Nejvýše přípustná hlučnost ochranného boxu stanovená zadavatelem činí 65 dB.**

Hlučnost ochranného boxu bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejmenší hlučností dodávaného ochranného boxu.

#### Technická úroveň: *Objem odpadního vozíku na špinavou podestýlku*

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen objem odpadního vozíku na špinavou podestýlku dodávaného ochranného boxu v celých litrech (dále jen „**objem odpadního vozíku**“) nad rámec minimálního objemu odpadního vozíku požadovaného zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým objemem odpadního vozíku a zadavatelem požadovaným minimálním objemem odpadního vozíku.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout objem odpadního vozíku **nejméně v požadovaném minimálním objemu**, tj. rozdíl nabízeného objemu odpadního vozíku a požadovaného minimálního objemu odpadního vozíku nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

**Minimální objem odpadního vozíku požadovaný zadavatelem činí 60 litrů.**

**Maximální objem odpadního vozíku rozhodný pro hodnocení nabídek činí 100 litrů.** Pokud účastník zadávacího řízení nabídne objem odpadního vozíku vyšší, tj. 101 a více litrů, bude tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platí, že účastník zadávacího řízení nabídl objem odpadního vozíku 100 litrů.

Účastník zadávacího řízení zpracuje objem odpadního vozíku nad rámec minimálního objemu odpadního vozíku požadovaného zadavatelem uvedením nabízeného objemu odpadního vozíku do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení), a to **v celých litrech (v opačném případě bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutý objem odpadního vozíku pro účely hodnocení nabídek zaokrouhlen na celé litry dolů)**. Tabulka pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení prostřednictvím předdefinovaných vzorců (v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci) vypočítá zbylé údaje za účastníka zadávacího řízení.

Do smlouvy na plnění veřejné zakázky bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutý objem odpadního vozíku doplněn před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky v souladu s nabídkou účastníka zadávacího řízení.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým objemem odpadního vozíku a zadavatelem požadovaným objemem odpadního vozíku bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející



plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým objemem odpadního vozíku a zadavatelem požadovaným minimálním objemem odpadního vozíku.

Účastník zadávacího řízení uvede údaje o technické úrovni nabízeného plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**10.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

**a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{80 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**b) Technická úroveň: *Hlučnost ochranného boxu***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{10 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**c) Technická úroveň: *Objem odpadního vozíku na špinavou podestýlku***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times \mathbf{10 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 10.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**10.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**10.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**10.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

10.9 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

## 11. Hodnocení nabídek pro část 4 veřejné zakázky

### Ekonomická výhodnost nabídek

11.1 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

11.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

### Kritéria kvality

11.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky,*
- b) Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu,*
- c) Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu,*
- d) Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.*

### Pravidla pro hodnocení nabídek

11.4 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) Nabídková cena,
- b) Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky,*
- c) Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu,*
- d) Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu,*
- e) Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.*

#### Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

#### Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – e) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.

**Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena spotřeba vody u dodávané myčky v litrech při nejkratším programu.

Spotřeba vody u myčky bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejmenší spotřebou vody u dodávané myčky.

**Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen výkon dodávané myčky v počtu omytí chovných klecí za hodinu při nejkratším programu.

Výkon myčky bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším výkonem dávané myčky.

**Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena možnost vkládání materiálu do dodávané myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu.

Možnost vkládání materiálu do myčky bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění možností vkládání materiálu do dodávané myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu.

**Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena možnost vykládání materiálu z dodávané myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.

Možnost vykládání materiálu z myčky bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění možností vykládání materiálu z dodávané myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.

**11.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

**a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 65 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**b) Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 15 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**c) Technická úroveň: Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 10 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**d) Technická úroveň: Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu**

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu, obdrží **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu, obdrží **0 bodů**.

**e) Technická úroveň: Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl**

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl, obdrží **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl, obdrží **0 bodů**.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 11.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**11.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**11.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**11.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

**11.9** Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

## 12. Hodnocení nabídek pro část 5 veřejné zakázky

### Ekonomická výhodnost nabídek

**12.1** Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

**12.2** Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

### Kritéria kvality

**12.3** Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) **Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic,***
- b) **Technická úroveň: *Všechna kolečka otočná o 360°.***

### Pravidla pro hodnocení nabídek

**12.4** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) **Nabídková cena,**
- b) **Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic,***
- c) **Technická úroveň: *Všechna kolečka otočná o 360°.***

Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – c) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.

#### **Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nosnost jednotlivých polic dodávaného instrumentačního vozíku v celých kg (dále jen „***nosnost polic***“) nad rámec minimální nosnosti polic požadované zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou nosností polic a zadavatelem požadovanou minimální nosností polic.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout nosnost polic **nejméně v požadované minimální nosnosti polic**, tj. rozdíl nabízené nosnosti polic a požadované minimální nosnosti polic nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

**Minimální nosnost polic požadovaná zadavatelem činí 30 kg.**

**Maximální nosnost polic rozhodná pro hodnocení nabídek činí 60 kg.** Pokud účastník zadávacího řízení nabídne nosnost polic vyšší, tj. 61 a více kg, bude tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platí, že účastník zadávacího řízení nabídl nosnost polic 60 kg.

Účastník zadávacího řízení zpracuje nosnost polic nad rámec minimální nosnosti polic požadované zadavatelem uvedením nabízené nosnosti polic do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení), a to **v celých kg (v opačném případě bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutá nosnost polic pro účely hodnocení nabídek zaokrouhlena na celé kg dolů)**. Tabulka pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení prostřednictvím předdefinovaných vzorců (v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci) vypočítá zbylé údaje za účastníka zadávacího řízení.

Do smlouvy na plnění veřejné zakázky bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutá nosnost polic doplněna před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky v souladu s nabídkou účastníka zadávacího řízení.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou nosností polic a zadavatelem požadovanou minimální nosností polic bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou nosností polic a zadavatelem požadovanou minimální nosností polic.

#### **Technická úroveň: Všechna kolečka otočná o 360°**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnoceno, zda je dodávaný instrumentační vozík vybaven všemi kolečky otočnými o 360°.

Vybavení dodávaného instrumentačního vozíku všemi kolečky otočnými o 360° bude hodnoceno níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s dodávaným instrumentačním vozíkem vybaveným všemi kolečky otočnými o 360°.

Účastník zadávacího řízení uvede údaje o technické úrovni nabízeného plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**12.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

##### **a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{80 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**b) Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic***

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 10 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**c) Technická úroveň: *Všechna kolečka otočná o 360°***

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, tj. instrumentační vozík, který je vybaven všemi kolečky otočnými o 360°, obdrží **10 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, tj. instrumentační vozík, který není vybaven všemi kolečky otočnými o 360°, obdrží **0 bodů**.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 12.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**12.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**12.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**12.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

**12.9** Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

## **13. Hodnocení nabídek pro část 6 veřejné zakázky**

### **Ekonomická výhodnost nabídek**

**13.1** Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

**13.2** Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

### **Kritéria kvality**

**13.3** Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) **Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic,***
- b) **Technická úroveň: *Počet polic.***

#### **Pravidla pro hodnocení nabídek**

**13.4** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) **Nabídková cena,**
- b) **Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic,***
- c) **Technická úroveň: *Počet polic.***

#### **Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

#### **Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – c) tohoto odstavce:**

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.

#### **Technická úroveň: *Nosnost jednotlivých polic***

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nosnost jednotlivých polic dodávaného stojanu na chovné nádoby v celých kg (dále jen „***nosnost polic***“) nad rámec minimální nosnosti polic požadované zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou nosností polic a zadavatelem požadovanou minimální nosností polic.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout nosnost polic **nejméně v požadované minimální nosnosti polic**, tj. rozdíl nabízené nosnosti polic a požadované minimální nosnosti polic nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

**Minimální nosnost polic požadovaná zadavatelem činí 50 kg.**

**Maximální nosnost polic rozhodná pro hodnocení nabídek činí 100 kg.** Pokud účastník zadávacího řízení nabídne nosnost polic vyšší, tj. 101 a více kg, bude tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platí, že účastník zadávacího řízení nabídl nosnost polic 100 kg.

Účastník zadávacího řízení zpracuje nosnost polic nad rámec minimální nosnosti polic požadované zadavatelem uvedením nabízené nosnosti polic do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení), a to **v celých kg (v opačném případě bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutá nosnost polic pro účely hodnocení nabídek zaokrouhlena na celé kg dolů)**. Tabulka pro



zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení prostřednictvím předdefinovaných vzorců (v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci) vypočítá zbylé údaje za účastníka zadávacího řízení.

Do smlouvy na plnění veřejné zakázky bude účastníkem zadávacího řízení nabídnutá nosnost polic doplněna před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky v souladu s nabídkou účastníka zadávacího řízení.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou nosností polic a zadavatelem požadovanou minimální nosností polic bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou nosností polic a zadavatelem požadovanou minimální nosností polic.

#### **Technická úroveň: Počet polic**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen počet polic dodávaného stojanu na chovné nádoby.

**Minimální počet polic požadovaný zadavatelem činí 4 police.**

**Nejvýše přípustný počet polic stanovený zadavatelem činí 5 polic.**

Počet polic dodávaného stojanu na chovné nádoby bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s dodávaným stojanem na chovné nádoby s 5 policemi.

Účastník zadávacího řízení uvede údaje o technické úrovni nabízeného plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**13.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

##### **a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{80 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

##### **b) Technická úroveň: Nosnost jednotlivých polic**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times \mathbf{10 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhлено, na 2 desetinná místa.

**c) Technická úroveň: Počet polic**

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, tj. stojan na chovné nádoby, který je vybaven 5 policemi, obdrží **10 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, tj. stojan na chovné nádoby, který je vybaven 4 policemi, obdrží **0 bodů**.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 13.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**13.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**13.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**13.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

**13.9** Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>14. Hodnocení nabídek pro část 7 veřejné zakázky</b> |
|---------------------------------------------------------|

**Ekonomická výhodnost nabídek**

**14.1** Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

**14.2** Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

**Kritéria kvality**

**14.3** Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

**a) Technická úroveň: Flexibilita použití anestetik.**

**Pravidla pro hodnocení nabídek**

**14.4** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

**a) Nabídková cena,**

**b) Technická úroveň: Flexibilita použití anestetik.**

Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů.

**Technická úroveň: Flexibilita použití anestetik**

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena možnost použití jiných anestetik než pouze isofluranu.

Flexibilita použití anestetik bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s možností použití jiných anestetik než pouze isofluranu.

Účastník zadávacího řízení uvede údaje o technické úrovni nabízeného plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**14.5** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

**a) Nabídková cena**

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \mathbf{80 \text{ bodů.}}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bude stanoveno, resp. zaokrouhleno, na 2 desetinná místa.

**b) Technická úroveň: Flexibilita použití anestetik**

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje použití jiných anestetik než pouze isofluranu, obdrží **20 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje použití jiných anestetik než pouze isofluranu, obdrží **0 bodů**.

**V případě, že by v některém z číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení podle odst. 14.4 dokumentace zadávacího řízení činil hodnocený údaj u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na**

**nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.**

**14.6** Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

**14.7** Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

**14.8** Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

**14.9** Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

## **15. Závaznost požadavků zadavatele**

**15.1** Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

## **16. Prohlídka místa plnění**

**Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

**16.1** Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

**Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

**16.2** Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

**Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

**16.3** Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

**Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

**Účel, doba a místo prohlídky místa plnění**

**16.4** Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

**16.5** Termín prohlídky místa plnění: dne 06.11.2018, v 10:00 hod.

**16.6 Sraz účastníků prohlídky místa plnění: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Radioizotopové laboratoře a vivárium, před hlavním vchodem (na adrese Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ: 500 03).**

#### **Počet zástupců při účasti na prohlídce**

**16.7** Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zájem o prohlídku místa plnění písemně oznámit zadavateli, resp. zástupci zadavatele uvedenému v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení alespoň 2 pracovní dny před termínem prohlídky místa plnění, a to elektronicky k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení (tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.1 dokumentace zadávacího řízení, nebo prostřednictvím elektronického nástroje). Zástupci dodavatele jsou povinni prokázat se písemnou plnou mocí či pověřením dodavatele; to neplatí, jsou-li zástupci dodavatele statutárním orgánem dodavatele či členy statutárního orgánu dodavatele.

#### **Způsob vyjasnění případných dotazů**

**16.8** Ústní odpovědi zadavatele nebo zástupce zadavatele uvedené v průběhu prohlídky místa plnění na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní charakter a nejsou pro zadávací řízení veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa plnění vyvstane potřeba vysvětlení zadávací dokumentace, je dodavatel oprávněn postupovat podle následujícího článku dokumentace zadávacího řízení. **Pouze písemné vysvětlení zadávací dokumentace má závazný charakter.**

### **Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**

**16.9** Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

### **Část 6 – Stojany na chovné nádoby**

**16.10** Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

### **Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

**16.11** Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

## **17. Vysvětlení zadávací dokumentace**

**17.1** Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona **zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.**

**17.2** Dodavatelé mohou **písemně požadovat** v souladu s § 98 odst. 3 zákona **vysvětlení zadávací dokumentace.**

**17.3** **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** musí dodavatelé **zasílat v písemné formě v elektronické podobě** k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení,

tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.1 dokumentace zadávacího řízení, nebo prostřednictvím elektronického nástroje.

**17.4** V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

**17.5** Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

**17.6** **Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 17.1 dokumentace zadávacího řízení.**

**17.7** Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle odst. 17.1 dokumentace zadávacího řízení.

**17.8** Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

## **18. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

**18.1** Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.

**18.2** Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.

**18.3** Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

**18.4** V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

## **19. Lhůta pro podání nabídek**

**19.1** **Lhůta pro podání nabídek:**

**Lhůta pro podání nabídek je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2018-036604.**

**19.2** Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

## **20. Otevírání nabídek**

**20.1** Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

**20.2** Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

**20.3** Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

## **21. Zadávací lhůta**

**21.1** Zadavatel zadávací lhůtu nestanovuje.

## **22. Jistota**

**22.1** Zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje.

## **23. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení**

**23.1** Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

**23.2** Povinnost podle předchozího odstavce dokumentace zadávacího řízení účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

**23.3** Dozví-li se zadavatel, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost uvedenou v odst. 23.1 dokumentace zadávacího řízení, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

## **24. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky**

**24.1** Nabídky se podávají pouze písemně v elektronické podobě.

**24.2** Nabídka v elektronické podobě musí být podána **prostřednictvím elektronického nástroje**. Dodavatel, který má v úmyslu podat nabídku na veřejnou zakázku, je povinen zaregistrovat se na výše uvedené adrese elektronického nástroje. Podání nabídky je možné až po registraci a přihlášení do elektronického nástroje. Bližší informace k podání elektronických nabídek lze získat v Uživatelské příručce pro dodavatele, která je dostupná na profilu zadavatele.

**24.3** Nabídky mohou být podány **pouze v českém jazyce**.

**24.4** Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

**24.5** Dodavatel může podat v zadávacím řízení na každou část veřejné zakázky jen jednu nabídku.

**24.6** Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení v téže části veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci.

**24.7** Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který podal v tomtéž zadávacím řízení v téže části veřejné zakázky více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení v téže části veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

**24.8** Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně upravený a doplněný návrh smlouvy (pro příslušnou část veřejné zakázky).

**24.9** Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně doplněná specifikace nabízeného plnění (pro příslušnou část veřejné zakázky). Účastníkem zadávacího řízení předložená specifikace nabízeného plnění musí obsahovat minimálně údaje v rozsahu, ve struktuře a v členění podle specifikace předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Z účastníkem zadávacího řízení předložené specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem zadávacího řízení nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Specifikaci nabízeného plnění zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

**24.10** Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně zpracovaná cena plnění (pro příslušnou část veřejné zakázky). Cenu plnění zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

**24.11** Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

**24.12** V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny:

- a) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) zákona,
- b) identifikace části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána,
- c) případně další údaje.

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení).

**24.13** Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky,
- b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek),



- c) doklady prokazující splnění kvalifikace (pro příslušnou část veřejné zakázky),
- d) řádně doplněný návrh smlouvy (pro příslušnou část veřejné zakázky),
- e) řádně doplněná specifikace plnění (pro příslušnou část veřejné zakázky),
- f) cena plnění v členění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení (pro příslušnou část veřejné zakázky),
- g) ostatní dokumenty.

**24.14** Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 24.12 až 24.13 dokumentace zadávacího řízení mají doporučující charakter.

## 25. Další podmínky a práva zadavatele

**25.1** Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. Nabídky ani jejich části se účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení.

**25.2** V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

**25.3** Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona.

**25.4** Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.

**25.5** Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.

**25.6** Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

**25.7** Zpracování osobních údajů zadavatelem bude prováděno způsobem uvedeným v Informacích o ochraně osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „**Informace o zpracování osobních údajů**“), které jsou přílohou dokumentace zadávacího řízení (Příloha č. 6 dokumentace zadávacího řízení). Uvádí-li dodavatel v nabídce osobní údaje, seznámí subjekty těchto osobních údajů s Informacemi o zpracování osobních údajů.

## 26. Seznam příloh

**26.1** Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1** Předloha krycího listu nabídky

**Příloha č. 2** Kvalifikační dokumentace

**Příloha č. 3** Návrh smlouvy pro část 1 až 7 veřejné zakázky (společný)

**Příloha č. 4** Specifikace předmětu plnění

- a. pro část 1 veřejné zakázky – **Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

- b. pro část 2 veřejné zakázky – **Přestýlací a ochranný box**
- c. pro část 3 veřejné zakázky – **Ochranný box pro vysypávání podestýlky**
- d. pro část 4 veřejné zakázky – **Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**
- e. pro část 5 veřejné zakázky – **Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**
- f. pro část 6 veřejné zakázky – **Stojany na chovné nádoby**
- g. pro část 7 veřejné zakázky – **Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

**Příloha č. 5** Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení

- a. pro část 1 veřejné zakázky – **Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**
- b. pro část 2 veřejné zakázky – **Přestýlací a ochranný box**
- c. pro část 3 veřejné zakázky – **Ochranný box pro vysypávání podestýlky**
- d. pro část 4 veřejné zakázky – **Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**
- e. pro část 5 veřejné zakázky – **Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**
- f. pro část 6 veřejné zakázky – **Stojany na chovné nádoby**
- g. pro část 7 veřejné zakázky – **Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata**

**Příloha č. 6** Informace o zpracování osobních údajů zadavatelem

---

**Univerzita Karlova,**  
**Lékařská fakulta v Hradci Králové**  
 prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D.  
 děkan

# Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení

-

## Předloha krycího listu nabídky

### Krycí list nabídky

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název zadávacího řízení                                                                                                                                                                                                                  | LF HK – CORE FACILITIES –<br>Vybavení a zařízení do vivária |
| Část veřejné zakázky                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zvolte položku.</b>                                      |
| Účastník zadávacího řízení                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| Jméno (název / obchodní firma / jméno a příjmení)                                                                                                                                                                                        | "[doplní účastník]"                                         |
| Sídlo / místo podnikání / bydliště                                                                                                                                                                                                       | "[doplní účastník]"                                         |
| Právní forma                                                                                                                                                                                                                             | "[doplní účastník]"                                         |
| Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná evidence                                                                                                                                                                                | "[doplní účastník]"                                         |
| IČO                                                                                                                                                                                                                                      | "[doplní účastník]"                                         |
| DIČ                                                                                                                                                                                                                                      | "[doplní účastník]"                                         |
| Je / není plátce DPH                                                                                                                                                                                                                     | "[doplní účastník]"                                         |
| Bankovní ústav                                                                                                                                                                                                                           | "[doplní účastník]"                                         |
| Číslo účtu                                                                                                                                                                                                                               | "[doplní účastník]"                                         |
| Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce                                                                                                                                                                                             | "[doplní účastník]"                                         |
| Telefon                                                                                                                                                                                                                                  | "[doplní účastník]"                                         |
| E-mailový kontakt pro komunikaci se zadavatelem                                                                                                                                                                                          | "[doplní účastník]"                                         |
| <b>POKYNY PRO ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:</b> při zpracování nabídky budou v případě spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše. |                                                             |
| Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele                                                                                                                                                                                            | "[doplní účastník]"                                         |
| Datum                                                                                                                                                                                                                                    | "[doplní účastník]"                                         |
| Razítko a podpis oprávněné osoby                                                                                                                                                                                                         | "[doplní účastník]"                                         |

**Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení**

-

**Kvalifikační dokumentace**

Název veřejné zakázky:

**LF HK – CORE FACILITIES –  
Vybavení a zařízení do vivária**

## Obsah:

|    |                                          |   |
|----|------------------------------------------|---|
| 1. | Požadavky na prokázání kvalifikace.....  | 3 |
| 2. | Základní způsobilost .....               | 3 |
| 3. | Profesní způsobilost .....               | 4 |
| 4. | Ekonomická kvalifikace.....              | 4 |
| 5. | Technická kvalifikace .....              | 5 |
| 6. | Společná ustanovení ke kvalifikaci ..... | 7 |
| 7. | Seznam příloh .....                      | 9 |

## **1. Požadavky na prokázání kvalifikace**

**1.1** Zadavatel v souladu s § 73 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), požaduje prokázání:

- a) základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
- c) technické kvalifikace podle § 79 zákona.

**1.2** Zadavatel v souladu s § 73 zákona nepožaduje prokázání:

- a) ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona.

## **2. Základní způsobilost**

### **Základní způsobilost podle § 74 zákona**

**2.1** Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

**2.2** Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

**2.3** Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat osoby uvedené v odst. 2.2 a vedoucí pobočky závodu.

**2.4** Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) kvalifikační dokumentace,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) kvalifikační dokumentace,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 2.1 písm. c) kvalifikační dokumentace,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 2.1 písm. d) kvalifikační dokumentace,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 2.1 písm. e) kvalifikační dokumentace.

### **3. Profesní způsobilost**

#### **Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona**

**3.1** Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

#### **Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona**

**3.2** Zadavatel nepožaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona.

### **4. Ekonomická kvalifikace**

#### **Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona**

**4.1** Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

## 5. Technická kvalifikace

5.1 K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

### Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

5.2 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje, aby dodavatel předložil **seznam významných dodávek** poskytnutých za **poslední 3 roky** před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

#### **Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

5.3 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

5.4 Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. individuálně ventilovaných klecí pro hlodavce a ventilačních jednotek).

5.5 Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace **činil nejméně 730.000,00 Kč bez DPH v součtu**, a to **nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

#### **Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

5.6 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

5.7 Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. přestýlacího a ochranného boxu).

5.8 Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace **činil nejméně 130.000,00 Kč bez DPH v součtu**, a to **nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

#### **Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

5.9 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

5.10 Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. ochranného boxu pro vysypávání podestýlky).



**5.11** Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace činil **nejméně 115.000,00 Kč bez DPH v součtu**, a to **nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

#### **Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

**5.12** Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

**5.13** Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. myčky chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, košů na láhve do myčky a transportního stojanu pro koše na láhve).

**5.14** Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace činil **nejméně 420.000,00 Kč bez DPH v součtu**, a to **nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

#### **Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem**

**5.15** Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

**5.16** Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. instrumentačního vozíku).

**5.17** Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace činil **nejméně 6.000,00 Kč bez DPH v součtu**, a to **nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

#### **Část 6 – Stojany na chovné nádoby**

**5.18** Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

**5.19** Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. stojanů na chovné nádoby).

**5.20** Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace činil **nejméně 40.000,00 Kč bez DPH v součtu**, a to **nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

## Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata

**5.21** Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**.

**5.22** Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje **dodávka, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodávka obdobného vybavení** (např. inhalačního anesteziologického přístroje pro malá zvířata).

**5.23** Z předložených dokladů musí dále jednoznačně vyplývat, že **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce kvalifikační dokumentace **činil nejméně 329.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu**.

### Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci

**5.24** Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit devizový kurz České národní banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

## **6. Společná ustanovení ke kvalifikaci**

### Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

**6.1** V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

### Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

**6.2** V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

**6.3** Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

**6.4** Má se za to, že požadavek podle odst. 6.3 písm. d) kvalifikační dokumentace je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění

veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. 6.3 písm. d) kvalifikační dokumentace obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### **Doklady o kvalifikaci**

#### **6.5 Doklady o kvalifikaci předkládá dodavatel v nabídce v prostých kopiích.**

**6.6** Zadavatel v souladu s § 86 odst. 1 zákona za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

**6.7** Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel může předložení dokladů o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace). Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

**6.8** Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

**6.9** Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

**6.10** Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (odst. 2.1 kvalifikační dokumentace) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (odst. 3.1 kvalifikační dokumentace) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení.

### **Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení**

**6.11** Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

**6.12** Dozví-li se zadavatel, že účastník nesplnil povinnost uvedenou v odst. 6.11 kvalifikační dokumentace, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

**6.13** Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona (dále jen „**výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**“), tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- a) základní způsobilost podle § 74 zákona a
- b) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

**6.14** Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

**6.15** Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů**

**6.16** Platným certifikátem podle § 239 zákona vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (dále jen „**certifikát**“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

**6.17** Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

**6.18** Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## **7. Seznam příloh**

**7.1** Součástí kvalifikační dokumentace jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1** Předloha souhrnného čestného prohlášení o kvalifikaci ve smyslu § 86 odst. 2 zákona

## Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace

-

### Předloha souhrnného čestného prohlášení o kvalifikaci ve smyslu § 86 odst. 2 zákona

#### Čestné prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci

Dodavatel "[doplní účastník]", IČO: "[doplní účastník]", se sídlem: "[doplní účastník]", PSČ "[doplní účastník]", (dále jen „*dodavatel*“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária**, tímto v souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), čestně prohlašuje, že splňuje podmínky způsobilosti a kvalifikaci požadovanou zákonem a zadávací dokumentací.

#### Základní způsobilost

Ve vztahu k **základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona** účastník zadávacího řízení prohlašuje, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník zadávacího řízení, který je právnickou osobou, rovněž prohlašuje, že **podmínku podle písm.**

#### **a) splňuje:**

- a) tato právnická osoba a zároveň
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Je-li členem statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení právnická osoba, účastník zadávacího řízení rovněž prohlašuje, že **podmínku podle písm. a) splňuje:**

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení, který je pobočkou závodu zahraniční právnické osoby, rovněž prohlašuje, že **podmínku podle písm. a) splňuje** tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Účastník zadávacího řízení, který je pobočkou závodu české právnické osoby, prohlašuje, že **podmínku podle písm. a) splňuje:**

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- d) vedoucí pobočky závodu.

### **Profesní způsobilost**

Ve vztahu k **profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona** účastník zadávacího řízení prohlašuje, že:

- a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – **oprávnění k podnikání** není požadována.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona – **členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci** není požadována.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona – **odborná způsobilost** není požadována.

### **Ekonomická kvalifikace**

Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona není požadována.

### **Technická kvalifikace**

Ve vztahu k **technické kvalifikaci podle § 79 zákona** účastník zadávacího řízení prohlašuje, že splňuje všechna kritéria technické kvalifikace požadované zadavatelem, tj. že:

#### **Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:**

*Účastník zadávacího řízení předloží toto čestné prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvláště. V rámci prohlášení o technické kvalifikaci účastník zadávacího řízení uvede variantu prohlášení podle části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Příklad: Pokud účastník zadávacího řízení podává nabídku na část 2 veřejné zakázky, předloží v nabídce na tuto část veřejné zakázky toto čestné prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci a z následujících sedmi variant prohlášení o technické kvalifikaci vybere variantu pro část 2 – Přestýlací a ochranný box (ostatní varianty neuvádí); pokud by účastník zadávacího řízení podával zároveň nabídku na další část veřejné zakázky, například na část 4 veřejné zakázky, předloží v nabídce na tuto další část veřejné zakázky opět toto čestné prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci a z následujících sedmi variant prohlášení o technické kvalifikaci vybere variantu pro část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve (ostatní varianty neuvádí).*

#### **Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce**

- a) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- b) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 1 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. individuálně ventilovaných klecí pro hlodavce a ventilačních jednotek);
- c) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 730.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

#### **Část 2 – Přestýlací a ochranný box**

- a) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- b) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 2 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. přestýlacího a ochranného boxu);
- c) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 130.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

#### **Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky**

- d) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- e) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 3 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. ochranného boxu pro vysypávání podestýlky);
- f) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 115.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

#### **Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve**

- g) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- h) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 4 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. myčky chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, košů na láhve do myčky a transportního stojanu pro koše na láhve);
- i) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 420.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

#### Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem

- j) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- k) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 5 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. instrumentačního vozíku);
- l) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 6.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

#### Část 6 – Stojany na chovné nádoby

- m) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- n) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 6 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. stojanů na chovné nádoby);
- o) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 40.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

#### Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata

- p) v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytnul **nejméně 1 významnou dodávku**;
- q) významná dodávka spočívala v **dodávce, jejímž předmětem byla dodávka zařízení sloužícího k obdobnému účelu, k jakému zadavatel pořizuje předmět plnění části 7 veřejné zakázky, tj. v dodávce obdobného vybavení** (např. inhalačního anesteziologického přístroje pro malá zvířata);
- r) **finanční objem** významných dodávek podle předchozího odstavce činil **nejméně 329.000,00 Kč bez DPH v součtu, a to nejvýše za 3 významné dodávky v součtu.**

V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"

"[Název účastníka - doplní účastník]"

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"

.....

(podpis)



## Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

### Návrh smlouvy pro část 1 až 7 veřejné zakázky (společný)

#### Kupní smlouva

##### I. SMLUVNÍ STRANY

###### 1. Kupující

###### Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

zastoupená: prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkanem

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ: 500 03

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení (číslo účtu): "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"

telefon: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"

e-mail: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"

osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických:

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"

telefon: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ;

e-mail: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"

(dále jen „**Kupující**“)

a

###### 2. Prodávající

###### "[Jméno dodavatele - doplní účastník]"

zastoupená: "[Doplní účastník]"

se sídlem: "[Doplní účastník]"

IČO: "[Doplní účastník]"

DIČ: "[Doplní účastník]"

plátce DPH: "[Doplní účastník]"

(účastník doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“)

zapsána v "[Doplní účastník]" (např. v obchodním rejstříku) vedeném "[Doplní účastník]"

(např. Krajským soudem v "[Doplní účastník]" ) pod sp. zn. "[Doplní účastník]"

bankovní spojení (číslo účtu): "[Doplní účastník]"

telefon: "[Doplní účastník]"

e-mail: "[Doplní účastník]"

osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických:

"[Doplní účastník - jméno a příjmení]", "[Doplní účastník - funkce]"

telefon: "[Doplní účastník]" ; e-mail: "[Doplní účastník]"

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto kupní smlouvu (dále jen „**Kupní smlouva**“).

## II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem **LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária**, část veřejné zakázky: „**[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-036604**, sp. zn. zástupce zadavatele: **LFHKCF0018** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.
4. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení dodávky dále specifikovaného vybavení a zařízení do vivária pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího jako vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce a s tím spojené poskytování vysokoškolského vzdělání a provádění vědy a výzkumu.
5. Koupě podle Kupní smlouvy je spolufinancována formou účelové dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „**Operační program**“), název projektu: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_017/0002515 (dále jen „**Projekt**“), a ze státního rozpočtu České republiky. Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.
6. Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu.

## III. PŘEDMĚT KOUPE

7. Předmětem koupě je vybavení a zařízení do vivária, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jen „**Předmět koupě**“).
8. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 1 Kupní smlouvy), která tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (dále jen „**Specifikace Předmětu koupě**“).
9. Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: vybavení a zařízení do vivária pro účely poskytování vysokoškolského vzdělání a provádění vědy a výzkumu.
10. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení,
  - 10.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena;

- 10.2. jež se hodí k účelu vyplývajícimu z Kupní smlouvy;
  - 10.3. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícimu;
  - 10.4. jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícimu.
11. Prodávající je povinen dodat Kupujícimu pouze takový Předmět koupě, který splňuje veškeré požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícím a který zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům a technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů nebo technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícimu.

#### IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

12. Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícimu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a poskytnout Kupujícimu související plnění vymezená v Kupní smlouvě.
13. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout související plnění vymezená v Kupní smlouvě a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.
14. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícimu podle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění:
- 14.1. dodat Předmět koupě Kupujícimu do místa plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy;
  - 14.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy, podle pokynů Kupujícího;
  - 14.3. umístit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy podle pokynů Kupujícího;
  - 14.4. sestavit, namontovat, zapojit a zprovoznit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy podle pokynů Kupujícího;
  - 14.5. předat doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém anebo anglickém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „**Doklady**“). Doklady podle výslovné vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat Kupujícimu Doklady:
    - 14.5.1. ze kterých bude vyplývat zejména způsob užívání Předmětu koupě, způsob údržby Předmětu koupě a identifikace výrobce Předmětu koupě (zejména návod k obsluze, uživatelský manuál apod.);
    - 14.5.2. ze kterých bude vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodaný podle Kupní smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícimu (zejména prohlášení o shodě apod.);
  - 14.6. zlikvidovat obaly, v nichž byl Předmět koupě dodán, a jakékoli další odpady či materiály, které při dodání Předmětu koupě vznikly, a to podle právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícimu.

15. Prodávající se dále zavazuje poskytnout nebo poskytovat Kupujícímu podle jeho pokynů tato související plnění (dále jen „**Související plnění**“):
- 15.1. nezbytná součinnost za účelem seznámení se s vlastnostmi či způsobem užívání dodaného Předmětu koupě;
  - 15.2. zkoušky dodaného Předmětu koupě za účelem ověření splnění požadovaných technických parametrů a dalších podmínek sjednaných Kupní smlouvou;
  - 15.3. licence na dodaný software, je-li podle Specifikace Předmětu koupě součástí plnění software;
  - 15.4. proškolení pracovníků Kupujícího v užívání dodaného Předmětu koupě, je-li podle Specifikace Předmětu koupě školení požadováno.
16. Bližší specifikace Souvisejícího plnění je uvedena v Kupní smlouvě a v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 2 Kupní smlouvy), která tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (dále jen „**Specifikace Souvisejícího plnění**“).
17. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

## V. CENA

18. Kupní cena za Předmět koupě podle Kupní smlouvy činí "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“).

### Pokyn pro účastníka:

**Cena bude do Kupní smlouvy doplněna před uzavřením Kupní smlouvy s dodavatelem podle údajů z dokumentace Řízení veřejné zakázky a nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky.**

19. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v Kupní smlouvě.
20. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu a poskytnutí Souvisejících plnění. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

## VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

21. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
22. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu a případnou DPH fakturou (dále jen „**Faktura**“).

23. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu a případnou DPH až po převzetí Předmětu koupě Kupujícím v souladu s článkem IX Kupní smlouvy.
24. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedený na Faktuře musí odpovídat datu odevzdání Předmětu koupě Kupujícím podle odstavce 40 Kupní smlouvy. Přílohou Faktury musí být kopie předávacího protokolu ve smyslu odstavce 44 Kupní smlouvy. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, tj. musí obsahovat název projektu (Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK) a registrační číslo projektu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_017/0002515).
25. Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě.
26. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícím nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Kupní smlouvy.
27. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 25 Kupní smlouvy.
28. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
29. Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.
30. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího.
31. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost.
32. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícím.
33. Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.
34. Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Kupující rovněž oprávněn tuto Fakturu Prodávajícímu vrátit. Prodávající je povinen takovou Fakturu, příp. její přílohy, opravit podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícím.

## VII. MÍSTO PLNĚNÍ

35. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě v místě plnění: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Radioizotopové laboratoře a vivárium**, místnost "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]", na adrese Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ: 500 03.

## VIII. DOBA PLNĚNÍ

36. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do **10 kalendářních týdnů** od účinnosti Kupní smlouvy.
37. Prodávající je povinen splnit povinnost poskytnout Související plnění nejpozději při odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, není-li výslovně stanoveno jinak.
38. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín odevzdání Předmětu koupě alespoň 5 kalendářních dnů předem.
39. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.

## IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

40. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu:
- 40.1. převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo
  - 40.2. umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 35 Kupní smlouvy a v době plnění uvedené v odstavci 36 Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 45 Kupní smlouvy odmítne Předmět koupě převzít nebo v rozporu s odstavcem 45 Kupní smlouvy neposkytne potřebnou součinnost.
41. Prodávající je povinen před samotným odevzdáním Předmětu koupě Předmět koupě před Kupujícím přezkontrolovat a předvést jeho funkce.
42. Prodávající je povinen před samotným odevzdáním Předmětu koupě provést všechny zkoušky dodaného Předmětu koupě ověřující splnění požadovaných technických parametrů a dalších podmínek sjednaných Kupní smlouvou.
43. Kupující je oprávněn před samotným převzetím Předmětu koupě provést kontrolu, zda Předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů nebo technických norem a Kupní smlouvy.
44. O předání Předmětu koupě Kupujícímu je Prodávající povinen sepsat s Kupujícím písemný protokol o předání (dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol bude obsahovat zejména identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího, označení a popis Předmětu koupě a název a registrační číslo Projektu.
45. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:
- 45.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo

- 45.2. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo technickými normami nebo
  - 45.3. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození nebo
  - 45.4. Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 35 Kupní smlouvy nebo
  - 45.5. Prodávající dodá Předmět koupě za cenu v rozporu s Kupní smlouvou nebo
  - 45.6. Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle odstavce 14, 15, 38, 41 nebo 42 Kupní smlouvy.
46. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nedochází ke změně doby plnění podle odstavce 36 Kupní smlouvy.

## X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

47. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
48. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
49. Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

## XI. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

50. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo jiných osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.
51. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Kupní smlouvou a nebude mít právní vady. Záruční doba činí **24 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní podle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
52. Předmět koupě bude vadný, nebude-li:
- 52.1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo
  - 52.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou nebo
  - 52.3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad.

53. Související plnění musí být prosta faktických a právních vad. Související plnění budou vadná, nebudou-li v souladu s pokyny Kupujícího, Kupní smlouvou nebo právními předpisy. Týká-li se vada Souvisejícího plnění, použijí se ujednání odstavců 66 – 75 Kupní smlouvy obdobně.
54. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě.
55. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Prodávajícího.
56. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.
57. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít.

## **XII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ**

58. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tuto vadu Předmětu koupě, má Kupující práva z vadného plnění.
59. Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace písemně potvrdit, a to nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace Prodávajícímu. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. Prodávající je povinen v souvislosti s uplatňováním práv z vadného plnění podle Kupní smlouvy komunikovat s Kupujícím výhradně v českém jazyce; to platí i pro jakékoli jiné osoby pověřené Prodávajícím k jednání s Kupujícím v souvislosti s uplatňováním práv z vadného plnění podle Kupní smlouvy.
60. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den.
61. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo:
- 61.1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, nebo
  - 61.2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo
  - 61.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo
  - 61.4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
  - 61.5. odstoupit od Kupní smlouvy.



62. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad.
63. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
64. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu koupě nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
65. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Předmětu koupě.

### **XIII. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD**

66. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vady, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím písemně jinak.
67. Prodávající je povinen zahájit odstraňování Kupujícím reklamované vady nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace Prodávajícímu. Zahájením odstraňování vady se rozumí fyzický nástup servisního technika k odstraňování vady v místě plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy, identifikace vady a projednání a odsouhlasení způsobu odstranění vady s osobou oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických.
68. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu v místě plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy. Není-li odstranění Kupujícím reklamované vady v místě plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy z objektivních důvodů možné (např. z technických důvodů), je Prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Kupujícího tak, aby mohl být bez zbytečného odkladu projednán a odsouhlasen s osobou oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických jiný způsob odstranění vady. Prodávající je oprávněn se souhlasem osoby oprávněné jednat za Kupujícího ve věcech technických vadný Předmět koupě či jeho vadnou část z místa plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy odvézt a vadu odstranit na jiném místě. O převzetí vadného Předmětu koupě či jeho vadné části k odstranění vady mimo místo plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy je Prodávající povinen sepsat a předat Kupujícímu písemný doklad o převzetí.
69. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle odstavce 66 Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn:
- 69.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
  - 69.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo
  - 69.3. požadovat slevu z Ceny, nebo
  - 69.4. od Kupní smlouvy odstoupit.
70. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 69.1. Kupní smlouvy, nebo podle odstavce 69.2 Kupní smlouvy.

71. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
72. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
73. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
74. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou.
75. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
76. Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace Prodávajícímu do okamžiku odstranění vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím nebo uplatnění některého z práv podle odstavce 69 Kupní smlouvy Kupujícím.
77. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami sjednanými v Kupní smlouvě, nebo nesplňující požadavky právních předpisů nebo technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
78. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

#### **XIV. SANKCE**

79. Prodávající bere na vědomí, že Předmět koupě je součástí Projektu a je nezbytný pro provoz Kupujícího jakožto vzdělávací a vědecko-výzkumnou instituci a pro zajištění poskytování vysokoškolského vzdělání a provádění vědy a výzkumu. Z tohoto důvodu je kladen zvýšený důraz na dodržení doby plnění.
80. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny, a to za každý den prodlení.
81. Poruší-li Prodávající povinnost poskytnout Související plnění ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý den prodlení.
82. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavce 69 Kupní smlouvy Kupujícím. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
83. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

84. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
85. Splatnost smluvních pokut podle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

#### **XV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY**

86. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Kupní smlouvou.
87. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:
- 87.1. bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě Kupujícímu o více než 1 kalendářní týden nebo
  - 87.2. bude-li Prodávající v prodlení s poskytnutím Souvisejícího plnění Kupujícímu o více než 1 kalendářní týden nebo
  - 87.3. bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit podle odstavce 9 Kupní smlouvy nebo
  - 87.4. nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo
  - 87.5. nebude-li Předmět koupě splňovat podmínky stanovené právními předpisy nebo technickými normami platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nebo
  - 87.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 88 Kupní smlouvy nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

#### **XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

88. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
89. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího podle Kupní smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Kupní smlouvou.
90. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
91. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

92. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je zejména povinen:
- 92.1. poskytnout Kupujícímu a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
  - 92.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Kupní smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Kupní smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, nejméně však do 31.12.2033, pokud z příslušných právních předpisů pro některé typy dokumentů nevyplývá doba delší;
  - 92.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise a Evropského účetního dvora) k v předchozím bodě uvedeným dokumentům a do Prodávajícím k podnikání užívaných objektů a na Prodávajícím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Kupní smlouvy.
- Prodávající je povinen zajistit shora uvedené povinnosti ve stejném rozsahu u svých poddodavatelů.
93. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Kupní smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
94. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
95. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

## **XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

96. Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující:
- 96.1. všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou z Kupní smlouvy zavázány společně a nerozdílně;
  - 96.2. jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího;
  - 96.3. za Prodávajícího může jednat kterýkoli z osob tvořících Prodávajícího.
97. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
98. V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost z Kupní smlouvy spočívající v odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy a současně do 1 kalendářního týdne od marného uplynutí doby plnění stanovené v článku VIII Kupní smlouvy nedodá náhradní plnění,

je Kupující oprávněn zajistit si na náklady Prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti Kupujícího.

99. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v areálu Kupujícího veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem koupě v areálu Kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené Kupujícím, nestanoví-li odpovědná osoba Kupujícího jinak. Za areál Kupujícího se pro účely Kupní smlouvy považují veškeré prostory v užívání Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Předmětu koupě podle Kupní smlouvy.
100. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
101. Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Kupní smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Vzhledem ke skutečnosti, že Kupující je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Kupní smlouvy v registru smluv, včetně uvedení metadat, zajistí Kupující. Prodávající prohlašuje, že Kupní smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
102. Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.
103. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou.
104. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.
105. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím.
106. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů

Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

107. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zasláná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.
108. Prodávající garantuje zachování možnosti plného pozáručního servisu Předmětu koupě zahrnujícího zejména pravidelné servisní prohlídky a údržbu předepsané výrobcem Předmětu koupě nebo Prodávajícím, včetně výměny dílů a součástí Předmětu koupě s omezenou životností a dílů a součástí, jež se mění v pravidelných servisních intervalech, a to pro období od skončení Záruční doby nejméně do konce 60. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Prodávající splnil povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle odstavce 40 Kupní smlouvy.

### **XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

109. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
110. Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
111. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Kupní smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
112. Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
113. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy den pozdější.

#### **Přílohy**

- Příloha č. 1**      Specifikace Předmětu koupě  
**Příloha č. 2**      Specifikace Souvisejícího plnění

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Kupující**

\_\_\_\_\_  
**Prodávající**

Příloha č. 1  
Kupní smlouvy

Specifikace Předmětu koupě

**Pokyn pro účastníka:**

*Specifikace Předmětu koupě bude do Kupní smlouvy doplněna před uzavřením Kupní smlouvy s dodavatelem podle údajů z dokumentace Řízení veřejné zakázky a nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky.*

*Specifikace Předmětu koupě bude při uzavření Kupní smlouvy s dodavatelem připojena ke Kupní smlouvě jako její příloha.*

**Příloha č. 2**  
**Kupní smlouvy**

**Specifikace Souvisejícího plnění**

**A. LICENCE NA SOFTWARE**

1. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn licenci poskytnout, na veškerý software, který má povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodaný podle Kupní smlouvy, ke kterému je oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „**Vlastní software**“), a zavazuje se zajistit, aby nejpozději k okamžiku instalace softwaru dodaného podle Kupní smlouvy byla Kupujícímu udělena licence nebo podlicence na software dodaný podle Kupní smlouvy, ke kterému Prodávající není oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „**Cizí software**“, licence a podlicence k Vlastnímu a Cizímu software dále souhrnně též jen „**Licence na software**“). Licence na software se poskytuje, resp. musí být poskytnuta:
  - 1.1. jako bezúplatná;
  - 1.2. jako nevýhradní;
  - 1.3. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k předmětu Licence na software;
  - 1.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky;
  - 1.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu použití) tak, že opravňuje k takovým způsobům použití tak, aby Předmět koupě bylo možné užívat k účelu sjednanému Kupní smlouvou;
  - 1.6. z hlediska osobního rozsahu (multilicence) tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, kolik jich bude třeba k uživatelské obsluze Předmětu koupě tak, aby Předmět koupě bylo možné užívat k účelu sjednanému Kupní smlouvou.
2. Prodávajícím udělená Licence na software se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, upgrady, updaty, patche a další změny autorských děl, jsou-li dodány Prodávajícím podle Kupní smlouvy.
3. Licenční smlouva obsahující Licenci na software bude součástí každé dodávky Cizího softwaru.
4. Kupující není povinen Licenci na software využívat.

**B. PROŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ KUPUJÍCÍHO**

1. Prodávající se zavazuje provést proškolení pracovníků Kupujícího v užívání dodaného Předmětu koupě (dále jen „**školení**“).
2. Prodávající se zavazuje provést školení:
  - 2.1. spočívající v proškolení pracovníků Kupujícího v obsluze dodaného Předmětu koupě, jež bude zahrnovat proškolení nejméně v oblasti:
    - 2.1.1. zapnutí/vypnutí Předmětu koupě;
    - 2.1.2. běžné kontroly provozních parametrů Předmětu koupě (včetně pravidelné kalibrace Předmětu koupě a aktualizace dodaného softwaru, je-li podle Specifikace Předmětu koupě součástí plnění software);
    - 2.1.3. obsluhy Předmětu koupě;



- 2.1.4. ovládání dodaného softwaru, je-li podle Specifikace Předmětu koupě součástí plnění software;
    - a v proškolení pracovníků Kupujícího v běžných rutinních servisních úkonech specifikovaných výrobcem Předmětu koupě nebo Prodávajícím;
  - 2.2. v potřebném přiměřeném rozsahu;
  - 2.3. odborně kvalifikovanou osobou, tj. odborně kvalifikovaným servisním technikem, popřípadě aplikačním specialistou.
- 3. Prodávající se zavazuje provést Školení nejpozději současně s odevzdáním Předmětu koupě Kupujícímu. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí, pokud Prodávající řádně neposkytl Školení.
  - 4. Po absolvování Školení musí být pracovníci Kupujícího schopni užívat Předmět koupě v plném rozsahu, zejména musí být schopni využívat všechny ovládací prvky Předmětu koupě.
  - 5. Prodávající se zavazuje provést proškolení pracovníků Kupujícího v místě plnění podle odstavce 35 Kupní smlouvy.
  - 6. Veškeré náklady spojené s provedením Školení (zejména mzdové náklady, náklady na cestovné či ubytování servisních techniků, aplikačních specialistů, popřípadě jiných specialistů určených Prodávajícím, provádějících jednotlivá školení, apod.) nese Prodávající a jsou součástí Ceny.

# Příloha č. 4a dokumentace zadávacího řízení

## Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                                                                                                   | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stojany s IVC pro myši                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                             |
| Technické parametry stojanů                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                             |
| po vložení IVC klecí umožňuje individuální nucenou výměnu vzduchu v každé kleci                                                                                                                                                                                                      | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| propojitelné s ventilační jednotkou a s dalšími stojany pružnou hadicí bez kovových součástí (výztuha apod.), spojení musí vylučovat přenos vibrací na stojan a musí být realizováno zásuvnou plastovou spojkou, umožňující snadné a rychlé rozpojení stojanu od ventilační jednotky | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| součástí dodávky stojanu musí být i pružné hadice na propojení s IVC jednotkou                                                                                                                                                                                                       | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| hlavní trubky rozvodu vzduchu vyřešeny pomocí horizontálních (horní a dolní) trubek demontovatelných bez nástrojů                                                                                                                                                                    | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| svislá orientace trubek odvádějící vzduch z chovných nádob, aby nedocházelo k usazování prachu a zbytků podestýlky, zároveň musí být napojeny na dolní horizontální trubku rozvodu vzduchu                                                                                           | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| vybavení automatickou optickou indikací špatného založení klece do stojanu                                                                                                                                                                                                           | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| vybavení kolečky o průměru minimálně 100 mm; kolečka musí být z materiálu tlumící hluk při manipulaci (například nylon) a minimálně 2 musí být brzditelná                                                                                                                            | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| základní konstrukce z nerezové oceli minimálně AISI304, ostatní použitý materiál a provedení musí umožňovat chemickou dekontaminaci a teplotní sterilizaci při teplotě 134°C                                                                                                         | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| vybavení mechanismem po zajištění správné pozice klece ve stojanu a zamezující náhodnému pohybu klece ve stojanu                                                                                                                                                                     | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                        | POŽADAVKY ZADAVATELE                | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplňí účastník) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| provedení stojanů musí umožňovat mytí v myčce pro mytí stojanů                                                                                                                            | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| kapacita 1 stojanu                                                                                                                                                                        | min. 48 IVC                         | [...doplňí účastník...]                                      |
| <b>Technické parametry IVC</b>                                                                                                                                                            |                                     |                                                              |
| plocha pro myši                                                                                                                                                                           | v rozsahu 500 - 550 cm <sup>2</sup> | [...doplňí účastník...]                                      |
| kompletní vybavení včetně krmítek (1 krmítko), víka klece, lahví (1 prostor pro lahev), pítek a visaček na štítky                                                                         | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| všechny součásti klece, včetně doplňků, musí být sterilizovatelné při teplotě 134°C                                                                                                       | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| tvár klece musí zajišťovat homogenní proudění v celé kleci; rychlost proudění v žádném místě klece nesmí překročit 0,2 m/s                                                                | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| klec musí být opatřena těsněním mezi víkem a spodní částí nádoby; těsnění musí být snadno vyměnitelné                                                                                     | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| víko nebo spodní část klece musí být opatřena samouzavíratelnými ventily s těsněním pro přívod a odtah vzduchu a samouzavíratelným ventilem na vstupu pro pítka láhve                     | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| víko klece musí mít filtr zachycující částice 0.3 µm, plocha filtru musí být nejméně 140 cm <sup>2</sup>                                                                                  | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| konstrukce klece a filtru musí zajišťovat stabilní podmínky (mikrobiologickou ochranu, koncentraci CO <sub>2</sub> ) v kleci i po vyjmutí klece ze stojanu, a to po dobu nejméně 48 hodin | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| výměna filtru musí být snadná, tj. bez použití nástroje; filtr musí být odolný vodě, mycím a desinfekčním prostředkům a musí být možné ho opakovaně sterilizovat při teplotě 134°C        | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| klece musí být vybaveny nerezovými zásobníky na krmivo o objemu minimálně 0,4 l pro myši                                                                                                  | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| zásobník na krmivo nesmí zakrývat více než 50 % plochy klece a umožňovat tak přístup ke zvířatům bez vyjímání zásobníku                                                                   | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |
| zásobník na krmivo musí být možné umístit volitelně na obě strany klece                                                                                                                   | ano                                 | [...doplňí účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                                                                                                   | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| každá klec pro myši musí být vybavena jednou lahví o minimálním objemu 250 ml, láhve musí být na hrdle opatřeny v případě potřeby vyměnitelným silikonovým těsněním; pítka lahví musí být vybavena integrovaným těsněním pro utěsnění otvoru na láhve ve víku chovné nádoby          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| výměna lahví musí být umožněna bez nutnosti vyjmutí klece ze stojanu a otevírání víka klece                                                                                                                                                                                          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| klece musí být vybaveny plastovými držáky na popisné štítky, držáky musí být možné zavěsit buď na víko, nebo na klec a musí umožňovat sterilizaci při teplotě 134°C                                                                                                                  | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| spodní části klece, víko a láhve na vodu mohou být vyrobeny pouze z polysulfonu, krmítka a pítka mohou být vyrobena pouze z nerez, pítka musí odolávat pH 3 a chlorované vodě o průměrném obsahu 6-8 ppm volného chloru                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| ostatní části klece musí být chemicky a tepelně odolné a umožňovat sterilizaci při teplotě 134°C                                                                                                                                                                                     | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| celý systém IVC chovných nádob, IVC stojanů a IVC jednotek musí odpovídat platným a účinným právním předpisům České republiky                                                                                                                                                        | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                             |
| <b>Stojany s IVC pro potkany</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                             |
| <b>Technické parametry stojanů</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |
| po vložení IVC klecí umožňuje individuální nucenou výměnu vzduchu v každé kleci                                                                                                                                                                                                      | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| propojitelné s ventilační jednotkou a s dalšími stojany pružnou hadicí bez kovových součástí (výztuha apod.), spojení musí vylučovat přenos vibrací na stojan a musí být realizováno zásuvnou plastovou spojkou, umožňující snadné a rychlé rozpojení stojanu od ventilační jednotky | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| součástí dodávky stojanu musí být i pružné hadice na propojení s IVC jednotkou                                                                                                                                                                                                       | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                         | POŽADAVKY ZADAVATELE                | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účasník) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| hlavní trubky rozvodu vzduchu vyřešeny pomocí horizontálních (horní a dolní), trubek demontovatelných bez nástrojů                                                                         | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| svislá orientace trubek odvádějící vzduch z chovných nádob, aby nedocházelo k usazování prachu a zbytků podestýlky, zároveň musí být napojeny na dolní horizontální trubku rozvodu vzduchu | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| vybavení automatickou optickou indikací špatného založení klece do stojanu                                                                                                                 | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| vybavení kolečky o průměru minimálně 100 mm; kolečka musí být z materiálu tlumící hluk při manipulaci (například nylon) a minimálně 2 musí být brzditelná                                  | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| konstrukce z nerezové oceli minimálně AISI304, ostatní použitý materiál a provedení musí umožňovat chemickou dekontaminaci a teplotní sterilizaci při teplotě 134°C                        | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| vybavení mechanismem po zajištění správné pozice klece ve stojanu a zamezující náhodnému pohybu klece ve stojanu                                                                           | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| provedení stojanů musí umožňovat mytí v myčce pro mytí stojanů                                                                                                                             | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| kapacita 1 stojanu                                                                                                                                                                         | min. 28 IVC                         | [...doplň účasník...]                                      |
| <b>Technické parametry IVC</b>                                                                                                                                                             |                                     |                                                            |
| plocha pro potkany                                                                                                                                                                         | v rozsahu 800 - 950 cm <sup>2</sup> | [...doplň účasník...]                                      |
| kompletní vybavení včetně krmítek (1 krmítko), víka klece, lahví (1 prostor pro lahev), pítek a visaček na štítky                                                                          | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| všechny součásti klece, včetně doplňků, musí být sterilizovatelné při teplotě 134°C                                                                                                        | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| tvár klece musí zajišťovat homogenní proudění v celé kleci; rychlost proudění v žádném místě klece nesmí překročit 0,2 m/s                                                                 | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |
| klec musí být opatřena těsněním mezi víkem a spodní částí nádoby; těsnění musí být snadno vyměnitelné                                                                                      | ano                                 | [...doplň účasník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                                                                                             | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| víko nebo spodní část klece musí být opatřena samouzavíratelnými ventily s těsněním pro přívod a odtah vzduchu a samouzavíratelným ventilem na vstupu pro pítka láhve                                                                                                          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| víko klece musí mít filtr zachycující částice 0.3 µm, plocha filtru musí být nejméně 140 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| konstrukce klece a filtru musí zajišťovat stabilní podmínky (mikrobiologickou ochranu, koncentraci CO <sub>2</sub> ) v kleci i po vyjmutí klece ze stojanu, a to po dobu nejméně 48 hodin                                                                                      | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| výměna filtru musí být snadná, tj. bez použití nástroje; filtr musí být odolný vodě, mycím a desinfekčním prostředkům a musí být možné ho opakovaně sterilizovat při teplotě 134°C                                                                                             | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| klece musí být vybaveny nerezovými zásobníky s jediným košíčkem na vložení krmiva                                                                                                                                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| každá klec pro potkany musí být vybavena jednou lahví o minimálním objemu 250 ml, láhve musí být na hrdle opatřeny v případě potřeby vyměnitelným silikonovým těsněním; pítka lahví musí být vybavena integrovaným těsněním pro utěsnění otvoru na láhve ve víku chovné nádoby | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| výměna lahví musí být umožněna bez nutnosti vyjmutí klece ze stojanu a otevírání víka klece                                                                                                                                                                                    | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| klece musí být vybaveny plastovými držáky na popisné štítky; držáky musí být možné zavěsit buď na víko, nebo na klec a musí umožňovat sterilizaci při teplotě 134°C                                                                                                            | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| spodní části klece, víko a láhve na vodu mohou být vyrobeny pouze z polysulfonu. Krmítka a pítka mohou být vyrobena pouze z nerez; pítka musí odolávat pH 3 a chlorované vodě o průměrném obsahu 6-8 ppm volného chloru                                                        | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| ostatní části klece musí být chemicky a tepelně odolné a umožňovat sterilizaci při teplotě 134°C                                                                                                                                                                               | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                                               | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| celý systém IVC chovných nádob, IVC stojanů a IVC jednotek musí odpovídat platným a účinným právním předpisům České republiky                                                                                                    | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| <b>Ventilační jednotka pro IVC</b>                                                                                                                                                                                               |                      |                                                             |
| nastavení parametrů pro různé typy a počty klecí                                                                                                                                                                                 | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| možnost kombinovaného připojení 2 až 4 stojanů s klecemi pro myši a potkany různých velikostí pro celkem min. 300 klecí pro myši (500-550 cm <sup>2</sup> ) nebo celkem min. 130 klecí pro potkany (800 až 950 cm <sup>2</sup> ) | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| regulaci výkonu a počtu výměn vzduchu podle počtu připojených klecí                                                                                                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| měření teploty a vlhkosti vzduchu v klecích s alarmovým hlášením nevhodných parametrů                                                                                                                                            | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| spojení se stojany pouze pružnou hadicí bez vibrací                                                                                                                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| digitální regulace, optimálně s voděodolným dotykovým ovládáním                                                                                                                                                                  | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| možnost připojení doplňkových externích měřidel teploty a vlhkosti                                                                                                                                                               | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| dvojice ventilátorů na vstupu a výstupu, s automatickou regulací výkonu                                                                                                                                                          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| alarmový systém, oznamující chybové stavy a narušení požadovaných parametrů, kontakt pro vzdálený alarm                                                                                                                          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| dvojici předfiltrů a HEPA filtru, volitelně uhlíkový filtr na výstupu                                                                                                                                                            | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| zařízení pro připojení ochranného vaku na vyjímání kontaminované filtry                                                                                                                                                          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| snadné čištění výstupního předfiltru bez nástroje a za chodu jednotky                                                                                                                                                            | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| záchytná nádobka na zachyt odsátých nečistot                                                                                                                                                                                     | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| výměna předfiltrů a za chodu přístroje bez narušení ochranné funkce                                                                                                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| možné napojení na odtaž z místnosti                                                                                                                                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                             | POŽADAVKY ZADAVATELE   | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| řízené výměny vzduchu v podtlakovém i přetlakovém režimu, které volí uživatel                                                                                                                  | ano                    | [...doplň účastník...]                                      |
| průměrný příkon                                                                                                                                                                                | max 100 W              | [...doplň účastník...]                                      |
| napájení                                                                                                                                                                                       | 230 V                  | [...doplň účastník...]                                      |
| rozměry umožňující stěhováním dveřmi výšky 1980 mm a šířky 70 cm                                                                                                                               | ano                    | [...doplň účastník...]                                      |
| pojezdová kolečka s aretací                                                                                                                                                                    | ano                    | [...doplň účastník...]                                      |
| povrchový materiál umožňující chemickou dekontaminaci                                                                                                                                          | ano                    | [...doplň účastník...]                                      |
|                                                                                                                                                                                                |                        |                                                             |
| <b>Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH</b>                                                                                                                                   | <b>1 469 700,00 Kč</b> |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                |                        |                                                             |
| * Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu). |                        |                                                             |



Příloha č. 4b dokumentace zadávacího řízení

Specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Technické parametry přestýlacího boxu                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                             |
| musí zajišťovat ochranu obsluhy před mechanickými a biologickými částicemi z materiálu na pracovní ploše a ochranu materiálu na pracovní ploše před průnikem kontaminace z okolního prostředí mimo laminární box                                                                                                  | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být vybaven minimálně předfiltrem třídy G4 a HEPA filtrem třídy H14 na vstupu a na výstupu vzduchu; sestava výstupních předfiltrů a filtrů musí být chráněna hrubým částicovým filtrem pod pracovní plochou; tento filtr musí být vyjmutelný bez nástroje a čistitelný vodou a běžnou dezinfekcí             | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| musí obsahovat nezávisle řízené vstupní a výstupní ventilátory a musí být vybaven automatickou regulací rychlosti proudění a kompenzací zanesení filtrů                                                                                                                                                           | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| rychlost vertikálního laminárního proudění v každém místě pracovní plachy                                                                                                                                                                                                                                         | 0,3 - 0,5 m/s        | [...doplň účastník...]                                      |
| rychlost přisávání vzduchu do pracovního okna                                                                                                                                                                                                                                                                     | min. 0,25 m/s        | [...doplň účastník...]                                      |
| pracovní plocha musí být z chemicky a mechanicky odolného materiálu, který odolává běžné dezinfekci; musí tlumit hluk při práci s pevnými předměty; pod pracovní plochou musí být umístěna vana s odtokovým kanálem a odpadní nádobou; celá pracovní plocha musí být snadno vyjmutelná – tj. bez použití nástrojů | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| kryt nad pracovním otvorem musí být vyroben z netříštivého skla a umístěn tak, aby nebránil manipulaci s materiálem                                                                                                                                                                                               | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| minimální rozmezí elektrické regulace výšky pracovní plochy podstavce boxu                                                                                                                                                                                                                                        | 930 - 1200 mm        | [...doplň účastník...]                                      |
| průměr koleček s brzdou                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min. 120 mm          | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                     | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účástník) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| prostor pro nohy sedící obsluhy ve spodní části boxu                                                                                                                                                   | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| vnitřní osvětlení pracovní plochy boxu                                                                                                                                                                 | min. 600 Lux         | [...doplň účástník...]                                      |
| počet elektrických zásuvek ve vnitřním prostoru boxu                                                                                                                                                   | min. 2               | [...doplň účástník...]                                      |
| ovládání boxu musí být digitální, pomocí voděodolné klávesnice či dotykového displeje                                                                                                                  | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| vybavení boxu indikací rychlosti proudění, alarmem chybné rychlosti proudění v pracovním prostoru i v ochranné bariéře a alarmem zanesení filtrů                                                       | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| kapacita zásobníku na krmivo                                                                                                                                                                           | min. 7 l             | [...doplň účástník...]                                      |
| snadná přístupnost krmiva z pracovního prostoru boxu                                                                                                                                                   | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| box musí být vybaven aerosolovým generátorem sterilizačního přípravku pro desinfekci rukou s automatickým spouštěním pomocí bezdotykového senzoru                                                      | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| box musí být vybaven držákem vík klecí a alespoň jednou výklopnou políčkou umístěnou na kratší straně boxu                                                                                             | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| celý box musí být vyroben z chemicky odolného materiálu a umožňovat chemickou sterilizaci (např. parami H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) všech jeho součástí; vnitřní prostor musí být bez ostrých rohů | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
| délka samonavíjecího kabelu                                                                                                                                                                            | min. 3 m             | [...doplň účástník...]                                      |
| hlučnost boxu                                                                                                                                                                                          | max. 65 dB           | [...doplň účástník...]                                      |
| rozšiřitelnost boxu o instalaci UV lampy pro sterilizaci vnitřního prostoru boxu                                                                                                                       | ano                  | [...doplň účástník...]                                      |
|                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                             |
| <b>Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH</b>                                                                                                                                           | <b>266 800,00 Kč</b> |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                             |
| * Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).         |                      |                                                             |

# Příloha č. 4c dokumentace zadávacího řízení

## Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                            | POŽADAVKY ZADAVATELE            | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Technické parametry ochranného boxu                                                                                                                                                           |                                 |                                                             |
| musí být uzpůsoben pro vysypávání použité podestýlky z klecí                                                                                                                                  | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| musí umožňovat ochranu obsluhy a okolí před prachem z použité podestýlky                                                                                                                      | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být vybaven kaskádou předfiltrů odtahu vzduchu z pracovního prostoru a HEPA filtrem H14                                                                                                  | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být osazen ventilátorem s automatickou regulací rychlosti proudění vzduchu                                                                                                               | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| rychlost proudění přiváděného vzduchu a výměny vzduchu v pracovním prostoru musí zajišťovat zachytávání prachových částic a alergenů z podestýlky a odvést je do odtahového systému přístroje | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| přístup na pracovní plochu musí být z jedné delší strany, ostatní strany musí pracovní prostor uzavírat                                                                                       | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| velikost pracovní plochy                                                                                                                                                                      | v rozmezí 850-1200 x 550-700 mm | [...doplň účastník...]                                      |
| výška pracovního prostoru                                                                                                                                                                     | 600-700 mm                      | [...doplň účastník...]                                      |
| v pracovní ploše musí být vysypávací otvor do nádoby na použitou podestýlku umístěné pod boxem                                                                                                | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| velikost vysypávacího otvoru                                                                                                                                                                  | v rozmezí 300-500 x 300-500 mm  | [...doplň účastník...]                                      |
| uprostřed otvoru musí být vodorovná tyč, určená pro vysypání zaschlé podestýlky                                                                                                               | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| konstrukce boxu musí zabezpečovat přisávání vzduchu tímto otvorem do prostoru boxu                                                                                                            | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| pracovní plocha musí být vyrobena z nerezů AISI304 a být dezinfikovatelná a odolná chemické sterilizaci                                                                                       | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |
| průměr koleček                                                                                                                                                                                | min. 80 mm                      | [...doplň účastník...]                                      |
| brzditelná kolečka                                                                                                                                                                            | min. 2                          | [...doplň účastník...]                                      |
| box musí být vybaven madly pro převoz boxu                                                                                                                                                    | ano                             | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                      | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ve spodní části boxu musí být umístěn vozík pro špinavou podestýlku; do vozíku musí být možné vložit pytel nebo odpadní nádobu o objemu nejméně 60 l    | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| vnitřní pracovní plocha boxu musí být osvětlena                                                                                                         | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| ovládání boxu musí být digitální, pomocí voděodolné klávesnice či dotykovým displejem                                                                   | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| box musí být vybaven indikací rychlosti proudění, alarmem chybné rychlosti proudění v pracovním prostoru i v ochranné bariéře a alarmem zanesení filtrů | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| hlučnost                                                                                                                                                | max. 65 dB           | [...doplň účastník...]                                      |

|                                                          |               |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| Nejvýše přípustná hodnota<br>nabídkové ceny v Kč bez DPH | 236 320,00 Kč |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--|

\* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

Příloha č. 4d dokumentace zadávacího řízení

Specifikace předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                           | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Koše na lahve do myčky                                                                                                                                                       |                      |                                                             |
| Technické parametry košů                                                                                                                                                     |                      |                                                             |
| 1 koš s aretací na alespoň 18 láhví 200-400 ml, s aretací láhví pro možnost otočení celého koše o 180° podél vodorovné osy                                                   | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| 1 koš na alespoň 18 láhví 500-700 ml, s aretací láhví pro možnost otočení celého koše o 180° podél vodorovné osy                                                             | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| lahve, pro které je koš určen, musí být kompatibilní s IVC chovnými klecemi                                                                                                  | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| funkčnost musí být zajištěna bez nutnosti překládání lahví do jiného typu koše                                                                                               | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| koš musí umožňovat transport lahví s pítky i bez pítek, mytí a plnění lahví                                                                                                  | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| konstrukce koše musí být z nerezové oceli min. AISI 304 a plastových materiálů odolných kyselým i zásaditým roztokům a desinfekci                                            | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| celý koš musí být možné sterilizovat při teplotě 134°C                                                                                                                       | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| součástí koše musí být aretační mechanismus; mechanismus se nesmí z koše vyklápět ani jinak vyjímat a musí být nastavitelný pro lahve různých rozměrů                        | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata                                                                                                            |                      |                                                             |
| Technické parametry automatické myčky chovných nádob                                                                                                                         |                      |                                                             |
| maximální rozměr největšího možného dílu pro stěhování                                                                                                                       | 1500 x 940 x 1800    | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být elektricky vyhřívaná konstruovaná pro účinné mytí chovných nádob                                                                                                    | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| vysoký mycí výkon musí umožnit mytí bez manuálního předmytí, s účinným odstraněním zbytků podestýlky, mechanicky a biologicky účinné mytí díky vysoké teplotě mytí a oplachu | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| recirkulační režim musí snižovat výrazně nároky na spotřebu vody a elektrické energie                                                                                        | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                                                   | POŽADAVKY ZADAVATELE                                        | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| musí mít celonerezové provedení                                                                                                                                                                      | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít tři základací koše s pojezdy pro ergonomickou manipulaci                                                                                                                                    | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít zvednutelný kryt; po zvednutí krytu možný přístup k vnitřku myčky z více stran                                                                                                              | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít nezávislý mycí a oplachový okruh                                                                                                                                                            | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít nezávislá horní a spodní rotační ramena pro mytí a pro oplach                                                                                                                               | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít homogenní pokrytí mycího prostoru mycími rameny                                                                                                                                             | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít dvoustupňový filtr pro zbytky podestýlky čistitelný bez demontáže                                                                                                                           | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| mycí ramena musí být demontovatelná                                                                                                                                                                  | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít recirkulační mytí s dopouštěním maximálně 30 l vody na cyklus                                                                                                                               | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| teplota mycí vody                                                                                                                                                                                    | v rozmezí 50°C až 60°C                                      | [...doplň účastník...]                                      |
| teplota oplachové vody                                                                                                                                                                               | v rozmezí 80°C až 85°C                                      | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít 2 dávkovací pumpy na mycí roztoky, automatické dávkování a kontrola množství roztoků                                                                                                        | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít vysokotlaké mycí pumpy s průtokem (recirkulací) mycí vody, možnost mytí jak kyselým detergentem, tak alkalických detergentem s následnou neutralizací, případně možnost chemické dezinfekce | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít mikroprocesorové řízení                                                                                                                                                                     | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít alespoň 3 mycí programy s časy v rozmezí od 3 do 4 min, s kroky mytí /neutralizace /oplach /dezinfekce                                                                                      | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít alarm nedostatku vody                                                                                                                                                                       | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít displej zobrazující teplotu, čas, stav mycího cyklu a alarmy                                                                                                                                | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| minimální kapacita chovných nádob s víkem na 1 cyklus                                                                                                                                                | typ II nejméně 120/hod; typ III až 70/hod; typ IV až 50/hod | [...doplň účastník...]                                      |
| možnost mytí roštů v šikmé poloze o rozměru 750 mm x 670 mm x 30 mm                                                                                                                                  | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| možnost mytí jednotlivých králíčích klecí                                                                                                                                                            | ano                                                         | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                | POŽADAVKY ZADAVATELE                                                                                                                 | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplňí účastník) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| vnitřní rozměry myčky                                                                                             | min. šířka 1300 mm, hloubka 700 mm, výška 600 mm                                                                                     | [...doplňí účastník...]                                      |
| rozměry posuvných zakladačů na chovné nádoby                                                                      | min. 1200 x 640 mm                                                                                                                   | [...doplňí účastník...]                                      |
| vnější rozměry                                                                                                    | max. šířka 1500 mm, hloubka 940 mm, výška 1980 mm                                                                                    | [...doplňí účastník...]                                      |
| provozní hmotnost                                                                                                 | max. 400 kg                                                                                                                          | [...doplňí účastník...]                                      |
| trvání mycího cyklu pro kompletní umytí bez manuálního přemytí                                                    | max. 5 minut                                                                                                                         | [...doplňí účastník...]                                      |
| mycí a oplachová voda mají oddělený okruh                                                                         | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| oplachová voda je vždy nová                                                                                       | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| provozní koncentrace detergentu                                                                                   | max. 0,1%                                                                                                                            | [...doplňí účastník...]                                      |
| hlučnost                                                                                                          | max. 70dB(A)                                                                                                                         | [...doplňí účastník...]                                      |
| výstup vlhkého vzduchu s párou s možností napojení na odtah                                                       | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| elektrický ohřev                                                                                                  | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| příkon                                                                                                            | max. 25 kW                                                                                                                           | [...doplňí účastník...]                                      |
| vyzářené teplo                                                                                                    | max. 2500 Kcal/h                                                                                                                     | [...doplňí účastník...]                                      |
| myčka musí být vybavena zařízením umožňujícím připojení na vodu o tvrdosti 300 ppm CaCO <sub>3</sub>              | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| připojovací podmínky - elektrický proud                                                                           | 3x400V, N, PE 25 kW /32 A; předpokládá se připojení kabelu myčky do svorkovnice nástěnného spínače vzdáleného do 2 m od pozice myčky | [...doplňí účastník...]                                      |
| připojovací podmínky - voda                                                                                       | v rozmezí 3 až 6 bar, tvrdost max. až 300 ppm CaCO <sub>3</sub> , možný okamžitý průtok do 50l/min; 3/4" přípojka                    | [...doplňí účastník...]                                      |
| připojovací podmínky - odpad                                                                                      | 50 mm, umístění v ose myčky, cca 10 cm nad zemí, průtok 1,5 l/s                                                                      | [...doplňí účastník...]                                      |
| <b>Technické parametry mycích košů</b>                                                                            |                                                                                                                                      |                                                              |
| nerezový posuvný koš pro rošty a trusníky                                                                         | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| rozměry roštů a trusníků                                                                                          | min. 750 mm x 670 mm x 20 mm                                                                                                         | [...doplňí účastník...]                                      |
| koš na alespoň 18 láhví 250 až 400 ml, s aretací láhví pro možnost otočení celého koše o 180° podél vodorovné osy | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| koš na alespoň 18 láhví 500 až 700 ml, s aretací láhví pro možnost otočení celého koše o 180° podél vodorovné osy | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| nerezový koš na drobný materiál, vhodný pro mytí víček láhví, visaček, operačních nástrojů a jiného materiálu     | ano                                                                                                                                  | [...doplňí účastník...]                                      |
| rozměry koše na drobný materiál                                                                                   | v rozmezí 450-500 x 450-500 x výška 130-150 mm                                                                                       | [...doplňí účastník...]                                      |
| <b>Technické parametry mycího a plnicího stolu</b>                                                                |                                                                                                                                      |                                                              |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                                                | POŽADAVKY ZADAVATELE                                                                                    | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| nerezový mycí stůl s jedním lisovaným dřezem a odkládací deskou                                                                                                   | ano                                                                                                     | [...doplň účastník...]                                      |
| svařované podnoží z uzavřených profilů v rozmezí 30x30 až 40x40 mm, ukončené seřiditelnými patkami                                                                | ano                                                                                                     | [...doplň účastník...]                                      |
| provedení nerez AISI304                                                                                                                                           | ano                                                                                                     | [...doplň účastník...]                                      |
| součástí stolu musí být instalována páková baterie s fixním napouštěcím ramínkem a volně manipulovatelnou oplachovou sprchou s nerezovou hadicí na pružném závěsu | ano                                                                                                     | [...doplň účastník...]                                      |
| rozměry a pozice dřezu                                                                                                                                            | 500 x 500 x 300 mm, v pravé části stolu                                                                 | [...doplň účastník...]                                      |
| odkládací plocha nad zemí                                                                                                                                         | v rozmezí 200-400 mm                                                                                    | [...doplň účastník...]                                      |
| rozměry stolu                                                                                                                                                     | šířka v rozmezí 900 - 1000 mm, hloubka v rozmezí 600 - 700 mm, výška stavitelná v rozmezí 800 až 850 mm | [...doplň účastník...]                                      |

| Technické parametry odkládacího stolu                                                                                        |                                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| svařované podnoží z uzavřených profilů v rozmezí 30x30 až 40x40 mm, ukončené seřiditelnými patkami                           | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |
| provedení nerez AISI304                                                                                                      | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |
| druhá odkládací plocha nad zemí                                                                                              | v rozmezí 200-400 mm                                                                                  | [...doplň účastník...] |
| rozměry stolu                                                                                                                | šířka v rozmezí 900 - 1000 mm, hloubka v rozmezí 600-700 mm, výška stavitelná v rozmezí 800 až 850 mm | [...doplň účastník...] |
| Transportní stojan pro koše na lahve                                                                                         |                                                                                                       |                        |
| Technické parametry stojanu pro koše na láhve a koše na drobný materiál                                                      |                                                                                                       |                        |
| stojan musí umožňovat uložení, transport lahví, pítek a drobného materiálu v koších                                          | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |
| minimální kapacita stojanu musí být 12 košů pro láhve nebo drobný materiál                                                   | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |
| rozměry a provedení stojanu musí být kompatibilní s koši na láhve a víčka                                                    | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |
| pozice košů ve stojanu musí být jasně definována a musí umožňovat vysunutí koše bez překlopení, s aretací ve vysunuté poloze | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |
| celý stojan musí být možné sterilizovat při teplotě 134°C nebo chemickou sterilizací (např. parami H2O2)                     | ano                                                                                                   | [...doplň účastník...] |



| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                             | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| stojan musí být možné mýt v komorové myčce                                                                                                     | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| konstrukce stojanu musí být z nerezové oceli min. AISI 304 a plastových materiálů odolných kyselým i zásaditým roztokům a desinfekci           | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| rám konstrukce musí mít v horní části zaoblené rohy kvůli bezpečnosti při manipulaci                                                           | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| stojany musí být vybaveny kolečky                                                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| průměr koleček                                                                                                                                 | min. 70 mm           | [...doplň účastník...]                                      |
| brzditelnost koleček                                                                                                                           | min. 2 kolečka       | [...doplň účastník...]                                      |
| kolečka musí být z materiálu tlumící hluk při manipulaci                                                                                       | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| stojan musí být vybaven nylonovým krytem s porezitou do 10μm, opatřeným mechanismem, který umožní i úplné odklopení přední strany krytu nahoru | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
|                                                                                                                                                |                      |                                                             |
| <b>Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH</b>                                                                                   | <b>843 440,00 Kč</b> |                                                             |

*\* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).*

# Příloha č. 4e dokumentace zadávacího řízení

-

## Specifikace předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Technické parametry instrumentačního vozíku pro manipulaci s materiálem                                                           |                      |                                                             |
| jednoduchý nerezový vozík s minimálně třemi policemi                                                                              | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být vybaven kolečky                                                                                                          | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| průměr koleček                                                                                                                    | min. 100 mm          | [...doplň účastník...]                                      |
| kolečka musí být z materiálu tlumícího hluk při manipulaci (například nylon)                                                      | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| brzditelná kolečka                                                                                                                | min. 2 kolečka       | [...doplň účastník...]                                      |
| základní konstrukce vozíku musí být z nerezové oceli, ostatní použitý materiál a provedení musí umožňovat chemickou dekontaminaci | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH                                                                             | 13 500,00 Kč         |                                                             |

\* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

# Příloha č. 4f dokumentace zadávacího řízení

-

## Specifikace předmětu plnění pro část 6 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                       | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Technické parametry stojany na chovné nádoby             |                      |                                                             |
| jednoduché nerezové stojany s nejméně čtyřmi policemi    | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| celá konstrukce stojanu musí být z nerezové oceli        | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být vybaven kolečky                                 | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| průměr kolečka                                           | min. 100 mm          | [...doplň účastník...]                                      |
| kolečka musí být z materiálu tlumící hluk při manipulaci | ano                  | [...doplň účastník...]                                      |
| brzditelná kolečka                                       | min. 2 kolečka       | [...doplň účastník...]                                      |

|                                                       |              |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|
| Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 85 500,00 Kč |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|

\* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

# Příloha č. 4g dokumentace zadávacího řízení

## Specifikace předmětu plnění pro část 7 veřejné zakázky

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                                                                  | POŽADAVKY ZADAVATELE                        | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účastník) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata</b>                                                                         |                                             |                                                             |
| <b>Technické parametry inhalačního anesteziologického přístroje pro malá zvířata</b>                                                |                                             |                                                             |
| napětí                                                                                                                              | 230V                                        | [...doplň účastník...]                                      |
| elektrický proud                                                                                                                    | 50 Hz                                       | [...doplň účastník...]                                      |
| konfigurace sestav                                                                                                                  | 1x pro myši, 1x pro potkany, 1x pro králíky | [...doplň účastník...]                                      |
| jednotka kompletního anestetického systému musí být určena pro malé hlodavce                                                        | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít vestavěný odpařovač a průtokoměr                                                                                           | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít přesné ovládání anestetik a vzduchu                                                                                        | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít možnost průtoku vzduchu                                                                                                    | v rozmezí od 50 ml/min do 999 ml/min        | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít možnost připojení k masce, indukční krabici nebo ventilátoru                                                               | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být přednostně kalibrovaná pro izofluran                                                                                       | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| <b>Technické parametry Mikroventilátoru</b>                                                                                         |                                             |                                                             |
| ventilátory musí být speciálně vyvinuté pro dechové objemy                                                                          | 1x pro myši, 1x pro potkany, 1x pro králíky | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být k dispozici k využití "obličejová maska" pro inhalační anestézii                                                           | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít přípojku pro směs anestetických plynů                                                                                      | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí umožňovat ovládání frekvence ventilace, dechového objemu a možnost pro P.E.E.P. (Positive End-Expiratory Pressure) pracovníkem | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být možnost nastavení objemového tlaku na ventilátoru (bez protitlaku)                                                         | v rozmezí 0,1 ml - 24 ml                    | [...doplň účastník...]                                      |
| musí mít co nejmenší mrtvý objem                                                                                                    | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| musí se efektivně dechové objemy pohybovat mezi                                                                                     | v rozmezí 0,0 ml - 12 ml                    | [...doplň účastník...]                                      |
| musí umožňovat změny frekvence (kmitočtová frekvence)                                                                               | v rozmezí 15 - 200/min                      | [...doplň účastník...]                                      |
| musí být možnost nastavení minimálního a maximálního tlaku                                                                          | ano                                         | [...doplň účastník...]                                      |
| rozmezí nastavení tlaku má být                                                                                                      | ≥ 0 mbar – nahoru                           | [...doplň účastník...]                                      |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                                                     | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účasník) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| musí poskytovat možnost využití P.E.E.P. k dispozici                                   | ano                  | [...doplň účasník...]                                      |
| musí být nastavitelný okruhový systém s absorberem CO2                                 | ano                  | [...doplň účasník...]                                      |
| musí být možnost připojení k průtokoměru nebo odpařovači                               | ano                  | [...doplň účasník...]                                      |
| musí být doplněn hadicemi umožňujícími vzdálenost mezi přístrojem a zvířetem až 1 metr | ano                  | [...doplň účasník...]                                      |

#### Technické parametry absorberu

|                                                                                                                                                   |     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| sestava musí obsahovat absorber schopný pojmout vydýchaný oxid uhličitý pomocí aktivovaného uhlíku k absorpci anestetika, připojitelný k jednotce | ano | [...doplň účasník...] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|

#### Technické parametry indukční komory

|                                                                                            |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| musí být vyrobena z průhledného materiálu, nejlépe z akrylátu                              | ano                                            | [...doplň účasník...] |
| musí mít vstupní hadicový konektor na spodní úrovni a na opačné straně s vývodem           | ano                                            | [...doplň účasník...] |
| musí mít víko otvíratelné svisle                                                           | ano                                            | [...doplň účasník...] |
| musí být připojitelná odsávací jednotka                                                    | ano                                            | [...doplň účasník...] |
| musí být uzpůsobena tak, aby pracující personál nepřišel do kontaktu s anestetickými plyny | ano                                            | [...doplň účasník...] |
| rozměry - indukční komora pro potkana                                                      | v rozmezí 200-280 mm x 100-180 mm x 90-150 mm  | [...doplň účasník...] |
| rozměry - indukční komora pro myš                                                          | v rozmezí 100-240 mm x 70-150 mm x 50-120 mm   | [...doplň účasník...] |
| rozměry - indukční komora pro králíka                                                      | v rozmezí 380-470 mm x 200-320 mm x 200-320 mm | [...doplň účasník...] |

#### Technické parametry odsávací jednotky plynu

|                                                                                             |     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| musí být použitelná k odsávání vydechovaného plynu od obličejových masek potkanů a myší     | ano | [...doplň účasník...] |
| měla by být použitelná pro odsávání vydýchaných par anestetika z okruhu a z indukční komory | ano | [...doplň účasník...] |

#### Technické parametry masek pro malá zvířata

|                                                                 |     |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| musí být průhledné                                              | ano | [...doplň účasník...] |
| musí být připojitelné k napájecímu systému pro anestetický plyn | ano | [...doplň účasník...] |
| musí mít druhý výdechový otvor                                  | ano | [...doplň účasník...] |

| TECHNICKÝ PARAMETR                                   | POŽADAVKY ZADAVATELE      | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU<br>*<br>(doplň účasník) |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| nesmí být možnost úniku dýchacích plynů do okolí     | ano                       | [...doplň účasník...]                                      |
| musí umožnit přístup k očím zvířete                  | ano                       | [...doplň účasník...]                                      |
| musí být dobře čistitelné, tj. co nejrovnější povrch | ano                       | [...doplň účasník...]                                      |
| rozměr masky pro myš                                 | průměr do 30 mm           | [...doplň účasník...]                                      |
| rozměr pro potkana                                   | průměr v rozmezí 45-50 mm | [...doplň účasník...]                                      |
| rozměr pro králíka                                   | průměr nad 50 mm          | [...doplň účasník...]                                      |

|                                                                  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Nejvýše přípustná hodnota<br/>nabídkové ceny v Kč bez DPH</b> | <b>659 484,00 Kč</b> |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|

*\* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).*

**Příloha č. 5a dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 1 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 1 veřejné zakázky**

| Předmět plnění veřejné zakázky                                                                                                                         | Nabídková cena v Kč bez DPH ( <i>doplň účástník</i> ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dodávka IVC se stojany pro myši, IVC se stojany pro potkany a ventilačních jednotek, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace | 0                                                     |
| Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)                                                                                        | 0,00 Kč                                               |

**Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 1 veřejné zakázky**

| Kritérium kvality                                 | Nabízený počet náhradních IVC<br>počet kusů IVC nad rámec počtu kusů IVC nutného pro úplné naplnění dodávaných stojanů<br>(doplň účastník) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Náhradní IVC pro myši</i>    | 0                                                                                                                                          |
| Technická úroveň: <i>Náhradní IVC pro potkany</i> | 0                                                                                                                                          |

| Kritérium kvality                                                 | ANO/NE (doplň účastník) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Technická úroveň: <i>Ochrana víka IVC pro potkany proti okusu</i> | ANO / NE                |

| Kritérium kvality                                                                | Nabízená hodnota (doplň účastník) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Hlučnost ventilační jednotky (v dB)</i>                     | 0                                 |
| Technická úroveň: <i>Spotřeba elektrické energie ventilační jednotky (v kWh)</i> | 0                                 |



**Příloha č. 5b dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 2 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 2 veřejné zakázky**

| <b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>                                                               | <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (<i>doplň účastník</i>)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávka přestýlacího boxu, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace</b> | 0                                                          |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)</b>                              | <b>0,00 Kč</b>                                             |

**Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 2 veřejné zakázky**

| Kritérium kvality                                   | Nejvyšší přípustná<br>hlučnost v dB<br>(stanovená<br>zadavatelem) | Nabízená hlučnost v dB (doplňí účastník) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Hlučnost přestýlacího boxu</i> | 65                                                                | 0                                        |

| Kritérium kvality                                                       | Požadovaná minimální<br>úroveň osvětlení v lx<br>(stanovená<br>zadavatelem) | Nabízená úroveň<br>osvětlení v lx (doplňí<br>účastník) | Nabízená úroveň<br>osvětlení v lx<br>(zaokrouhlená na celá<br>čísla dolů) | Rozdíl mezi<br>nabídnutou úrovní<br>osvětlení a<br>požadovanou úrovní<br>osvětlení v lx |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu</i> | 600                                                                         | 0                                                      | 0                                                                         | -600                                                                                    |

**Příloha č. 5c dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 3 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 3 veřejné zakázky**

| <b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>                                                             | <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (<i>doplň účastník</i>)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávka ochranného boxu, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace</b> | 0                                                          |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)</b>                            | <b>0,00 Kč</b>                                             |

Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 3 veřejné zakázky

| Kritérium kvality                                 | Nejvyšší přípustná<br>hlučnost v dB<br>(stanovená<br>zadavatelem) | Nabízená hlučnost v dB (doplň účastník) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Hlučnost ochranného boxu</i> | 65                                                                | 0                                       |

| Kritérium kvality                                                          | Požadovaný minimální<br>objem v l (stanovený<br>zadavatelem) | Nabízený objem v l<br>(doplň účastník) | Nabízený objem v l<br>(zaokrouhlený na celá<br>čísla dolů) | Rozdíl mezi<br>nabízeným<br>objemem a<br>požadovaným<br>minimálním<br>objemem v l |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Objem odpadního vozíku na špinavou<br/>podestýlku</i> | 60                                                           | 0                                      | 0                                                          | -60                                                                               |

**Příloha č. 5d dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 4 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 4 veřejné zakázky**

| <b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>                                                                            | <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (<i>doplň účastník</i>)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávka myčky, košů a stojanů na lahve, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace</b> | 0                                                          |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)</b>                                           | <b>0,00 Kč</b>                                             |

**Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 4 veřejné zakázky**

| Kritérium kvality                                                                                         | Nabízená hodnota <i>(doplň účastník)</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Spotřeba vody u myčky (v l, při nejkratším programu)</i>                             | 0                                        |
| Technická úroveň: <i>Výkon myčky - počet nejkratších mycích cyklů za hodinu (při nejkratším programu)</i> | 0                                        |

| Kritérium kvality                                                                              | ANO/NE <i>(doplň účastník)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu</i> | ANO / NE                       |
| Technická úroveň: <i>Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl</i>   | ANO / NE                       |

**Příloha č. 5e dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 5 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 5 veřejné zakázky**

|                                                                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>                                                                     | <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (<i>doplň účastník</i>)</b> |
| <b>Dodávka instrumentačního vozíku, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace</b> | 0                                                          |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)</b>                                    | <b>0,00 Kč</b>                                             |

**Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 5 veřejné zakázky**

| Kritérium kvality                                   | Požadovaná minimální<br>minimální nosnost v kg<br>(stanovená<br>zadavatelem) | Nabízená nosnost v kg<br>(doplňí účastník) | Nabízená nosnost v kg<br>(zaokrouhlená na celá<br>čísla dolů) | Rozdíl mezi<br>nabídnutou nosností<br>a minimální<br>požadovanou<br>nosností v kg |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Nosnost jednotlivých polic</i> | 30                                                                           | 0                                          | 0                                                             | -30                                                                               |

| Kritérium kvality                                      | ANO/NE (doplňí účastník) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Technická úroveň: <i>Všechna kolečka otočná o 360°</i> | ANO / NE                 |



**Příloha č. 5f dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 6 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 6 veřejné zakázky**

| <b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>                                                               | <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (<i>doplň účastník</i>)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávka stojanů na nádoby, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace</b> | 0                                                          |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)</b>                              | <b>0,00 Kč</b>                                             |

**Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 6 veřejné zakázky**

| Kritérium kvality                                   | Požadovaná minimální minimální nosnost v kg<br>(stanovená zadavatelem) | Nabízená nosnost v kg<br>(doplň účastník) | Nabízená nosnost v kg<br>(zaokrouhlená na celá čísla dolů) | Rozdíl mezi nabídnutou nosností a minimální požadovanou nosností v kg |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Nosnost jednotlivých polic</i> | 50                                                                     | 0                                         | 0                                                          | -50                                                                   |

| Kritérium kvality                    | Minimální počet polic<br>(stanovený zadavatelem) | Nejvýše přípustný počet polic<br>(stanovený zadavatelem) | Nabízený počet polic (doplň účastník) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Počet polic</i> | 4                                                | 5                                                        | 0                                     |

**Příloha č. 5g dokumentace zadávacího řízení**

-

**Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení pro část 7 veřejné zakázky**

**Tabulka pro uvedení nabídkové ceny pro část 7 veřejné zakázky**

| <b>Předmět plnění veřejné zakázky</b>                                                                                                 | <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (<i>doplň účastník</i>)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávka anesteziologických přístrojů v požadovaném množství, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace</b> | 0                                                          |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa)</b>                                                                | <b>0,00 Kč</b>                                             |

**Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality pro část 7 veřejné zakázky**

| Kritérium kvality                                      | ANO/NE ( <i>doplň účastník</i> ) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Technická úroveň: <i>Flexibilita použití anestetik</i> | ANO / NE                         |

## Příloha č. 6 dokumentace zadávacího řízení

-

### Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

v souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „**GDPR**“)

Zadavatel poskytuje subjektu údajů následující informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zdali osobní údaje jsou získány od subjektu údajů (čl. 13 odst. 1 GDPR) nebo osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (čl. 14 odst. 3 GDPR).

- **Zadavatel je správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky: LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária**

- **Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:**

- **správce:** Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČO: 00216208, se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

- **zástupce:** Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00

- **Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:**

Jméno: **Mgr. Jan Jindra**  
E-mail: **jan.jindra@ruk.cuni.cz**  
Telefon: **224 491 740**

- **Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování:**

- účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a archivace dokumentace o zadávacím řízení;
- správce zpracovává osobní údaje k dosažení výše uvedeného účelu na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
- v případě, že zpracování osobních údajů nevyplývá ze zákonné povinnosti zadavatele, jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, spočívajících zejména:
  - v komunikaci se subjektem údajů v případě identifikačních a kontaktních osobních údajů, nebo
  - pro účely posouzení kvalifikace a provedení hodnocení v případě popisných osobních údajů (např. údaje z profesních životopisů, doklady o vzdělání, atd.).

- **Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje mohou být v souvislosti se zadávacím řízením zpracovávány, včetně vymezení kategorií možných dotčených osobních údajů:**

Dodavatel (v případě, je-li fyzickou osobou)

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
- Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně podpis pokud jsou členy nebo náhradníky členů komise
- Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Členové nebo náhradníci členů komise, nebo přizvaní odborníci

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis

Členové realizačního týmu

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
- Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Poddodavatelé a jiné osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
- Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Osoba, která za objednatele potvrzuje poskytnutí významných stavebních prací uvedených v nabídce dodavatele

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
- Popisné údaje, vážící se k oprávnění potvrdit referenci, zejména údaje o vztahu osoby k objednateli (např., že v době potvrzení reference byla statutárním orgánem objednatele)

### Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele

- Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
- Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci
- **Doba uložení osobních údajů**
  - Osobní údaje budou uloženy u zadavatele po nezbytnou dobu archivace dokumentace zadávacího řízení stanovenou zákonem, tj. po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší
- **Práva subjektu údajů**

*Subjekt údajů má:*

- právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo požadovat informace o:

- účelech zpracování osobních údajů;
- kategoriích osobních údajů;
- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
- existenci práva požadovat od Správy základních registrů opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
- právu podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů;
- veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

- právo na opravu nepřesných osobních údajů;

*Pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány zadavatelem nepřesné, subjekt údajů má právo požadovat jejich bezodkladnou opravu. Pokud je to potřebné k účelům zpracování máte také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.*

- právo na výmaz osobních údajů;

*Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:*

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  - osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správu základních registrů vztahuje;
  - nebyl dán souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů dítěte.
- právo na omezení zpracování poskytnutých osobních údajů;

*Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:*

- *popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů subjektu údajů ověřit;*
- *zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;*
- *správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a nechcete proto, aby byly vymazány;*
- *subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.*

*Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.*

- právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů.

*Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu původní správce bránil.*

*Subjekt údajů má právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo správcem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.*

*Uplatněním práva na přenositelnost nejsou dotčena ostatní práva, kterými subjekt údajů disponuje vůči správci v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu údajů.*

*Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.*

- právo podat stížnost u dozorového úřadu

*Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.*

- právo vznést námitku

*Subjekt osobních údajů má právo podat vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.*



*Pokud správce po vznesení námitky neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje dále nezpracovává.*

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit podáním u správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

- **Příjemci osobních údajů**

- Je-li zadavatel v zadávacím řízení zastoupen, poskytuje osobní údaje získané v nabídkách zástupci zadavatele.
- Je-li veřejné zakázka financována z dotace, poskytuje zadavatel osobní údaje získané v nabídkách poskytovateli dotace.
- Odborné osoby odlišné od zadavatele a podílející se na posouzení splnění podmínek účasti.

- **Zdroj osobních údajů**

- Zdrojem osobních údajů je nabídka dodavatele.

- **Další informace**

- Zadavatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
- Nedojde k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k osobním údajům.