

VYŘÍZENÍ NÁMITKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Dle § 245 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zadavatel:	Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta se sídlem V Úvalu 84 150 06 Praha 5, IČO: 00216208
Veřejná zakázka:	UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie, část a) Lékařská technologie
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ) ev. č. VZ ve VVZ	„P18V00000973“ „Z2018-023599“

Věc: Vyřízení námitky účastníka zadávacího řízení

Dne 22. 11. 2018 byla zadavateli zakázky doručena námitka účastníka zadávacího řízení. Ve své námitce se stěžovatel domáhá, aby zadavatel podle ustanovení § 245 odst. 1 zákona podaným námitkám v plném rozsahu vyhověl, změnil zadávací dokumentaci, a to zejména technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.

Ve zdůvodnění své námitky uvádí mimo jiné (doslovná neupravená citace):

Porušení ZZVZ spatřuje stěžovatel v postupu zadavatele při vymezení technických podmínek veřejné zakázky dle ustanovení § 89 ZZVZ, které je i po na následných vysvětleních a změnách zadávací dokumentace provedené v rozporu se základními zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona, a to zejména zásady zakazu diskriminace a rovného zacházení.

Stěžovatel důkladného průzkumu trhu, který prováděl v rámci celé zadávací lhůty takovým způsobem, aby získal objektivní a ucelené informace, zjistil, technické podmínky, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci v souboru T-07 Standardy prvku R1a zadávací dokumentace, jsou stanoveny odkazem na určitého konkrétního dodavatele a výrobek. Proto se účastník rozhodl v zákonné lhůtě využít možnost podat námitku v souladu s § 241 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.

Účastník shledává pochybení Zadavatele ve smyslu §6 ZZVZ zejména v těchto bodech:

Zadavatel stanovil předmět plnění u položek S07 - Svítidlo operační stropní – celkem 5 kusů, Svítidlo operační stropní – celkem 17 kusů a S08 - Kamera operačního svítidla vymezením podrobných technických parametrů konkrétního výrobku jednoho konkrétního výrobce. Dne 6.11.2018 v rámci vyřízení námitky účastníka zadávacího řízení zadavatel vydal upravené standardy, kde odstranil některé parametry, které splňoval pouze jeden výrobce. I po této dílčí úpravě však kombinace parametrů operačních svítidel a kamery, položky S07 a S08 splňují pouze svítidla od firmy Merivaara Corp.. Na trhu je řada jiných výrobců operačních svítidel, jejichž výrobky se v České republice i ve světě hojně používají a plně vyhovují účelu použití, přestože v jednotlivých detailech používají jiné technické řešení. Cíleně zvolenou technickou specifikací zadavatel předem vymezil dodavatele resp. výrobce svítidel a kamer Merivaara Corp., znemožnil nabídku jiných řešení a tím zásadním způsobem omezil hospodářskou soutěž.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel přesto, že celý průběh zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace i podaného vysvětlení považuje za zcela transparentní, nediskriminující potenciální dodavatele při dodržení zásady rovného zacházení podané námitce **VYHOVĚL**.

Zdůvodnění:

Zadavatel ve snaze o co nejobjektivnější a nejtransparentnější průběh celého zadávacího řízení chce umožnit účastníkům podat kvalitní nabídku, která bude po všech stránkách plně odpovídat požadavkům zadavatele. Z toho důvodu jako součást vyřízení námitky v příloze předkládá upravenou část zadávací dokumentace- soubor T- 07 Standardy prvku R1a, ve kterém jsou upřesněny požadované standardy u položek, které rozporoval stěžovatel jako diskriminační. Zadavatel současně upozorňuje, že uvedeným standardům vyhovují výrobky více dodavatelů.

Poučení:

Toto vyřízení podané námitky JE ÚPRAVOU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK. Jedná se o úpravu části zadávací dokumentace s požadavky na standardy částí dodávek. Zadavateli tím VZNIKLA povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 ZZVZ pro **část a) Lékařská technologie**.

Nová lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie, **část a) Lékařská technologie** stanovuje zadavatel na **12. 12. 2018 do 8:00 hodin**.

Účastníkům, kteří již nabídku podali, tímto zadavatele sděluje, že jejich nabídky nebyly v původně stanoveném termínu otevřeny. Mají možnost podat nabídku novou, případně ponechat již původně podanou nabídku jako platnou.

Veškerá elektronická komunikace pro tuto část zakázky je provedena výhradně přes adresu https://zakazky.cuni.cz/contract_display_1884.html

Ostatní podmínky zadávacího řízení se nemění.

V Praze dne 26. 11. 2018

Ing. Karel Hozík

Příloha: soubor T- 07 Standardy prvku R1a ve formátu .pdf s upřesněnými požadavky na standardy