



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	EFSA-CDN - NMR spektrometr min. 600 MHz II
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-040744
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádáme Vás o upřesnění informace k zadávací dokumentaci k zakázce s názvem „EFSA-CDN - NMR spektrometr min. 600 MHz II“.

V zadávací dokumentaci, příloha č. 2a Technická specifikace, požadujete měnič vzorků použitelný pro výměny vzorků u sond pro měření v kapalně i pevné fázi.

Pro splnění tohoto požadavku můžeme nabídnout dva měniče vzorků, jeden pro měření v kapalně fázi a jeden pro měření v pevné fázi. Budete takové řešení akceptovat?

Odpověď na dotaz č. 1

K Vašemu dotazu sdělujeme, že jak bylo uvedeno v Technické specifikaci předmětu plnění, zadavatel požaduje "Měnič vzorků použitelný pro výměnu vzorků u sond pro měření v kapalně i pevné fázi", tj. jeden měnič kompatibilní s oběma druhy sond.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo a lhůta pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové dne 18. 12. 2018

Ing. Markéta Vítková
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

