



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„FIND - přístrojové vybavení 1“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@skkol.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce vyjma vyloučení účastníka veřejné zakázky, zrušení veřejné zakázky a rozhodnutí o námitkách.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“ a vyzvaným k podání nabídky do veřejné zakázky, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 2:

Část 2 veřejné zakázky - Zařízení pro přípravu histologických preparátů:

A) Barvicí automat (1 ks):

Zadavatel uvádí jeden z parametrů - maximální rozměry (v x š x h): 800 x 800 x 770 mm. Rádi bychom se dotázali, zda koncový uživatel bude akceptovat jeden z rozměrů o 5 mm větší. Tedy, zda maximální rozměry (v x š x h): 800 x 800 x 775 mm budou zadavatelem akceptovatelné?



Odpověď č. 2 :

Zadavatel akceptuje 5 mm navíc u hloubky přístroje.

Dotaz č. 3 :

Část 2 veřejné zakázky - Zařízení pro přípravu histologických preparátů:

B) Mikrotom (1 ks):

DOTAZ 1:

Zadavatel uvádí jeden z parametrů - rozsah nastavitelných hodnot krájení:

- od 0,50-5,0 μm po 0,50 μm krocích
- od 5,0-10,0 μm po 0,5 μm krocích
- od 10,0 - 20,0 μm po 1,0 μm krocích
- od 20,0-60,0 μm po 5,0 μm krocích
- od 60,0-100,0 μm po 10,0 μm krocích

Rádi bychom ověřili, zda koncový uživatel bude akceptovat rozměr nastavitelných hodnot krájení od 5,0-10,0 μm po 1 μm krocích?

Odpověď č. 3

Rozsah nastavitelných hodnot krájení od 5,0 – 10,0 μm po 1 μm je vyhovující, lze akceptovat.

Dotaz č. 4:

Dále pak zadavatel v parametrech přístroje uvádí odsouvání preparátu v manuální režimu krájení: 5-100 μm po 0,5 μm krocích, s možností vypnutí.

Rádi bychom ověřili, zda koncový uživatel bude akceptovat odsouvání preparátu v manuální režimu krájení: 5-100 μm po 5 μm krocích, s možností vypnutí?

Odpověď č. 4:

Odsouvání preparátu po 5 μm krocích v režimu manuálního krájení je požadováno a lze akceptovat.

Původní parametr: po 0,5 μm krocích je chyba ve specifikaci.

Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci tak, že lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a **NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK je do 22.3.2019 do 08:00 hodin.**

V tomto smyslu zadavatel upraví zveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ a TED.

Zástupce zadavatele
Mgr. Vladimír Kolář
advokát