



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

Písemná zpráva zadavatele pro část 3 veřejné zakázky

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES – Běžné laboratorní přístroje

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2018-027181

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO:	00216208
Sídlo:	Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Kontaktní osoba:	Mgr. Petra Kubizňáková, manažer pr. CORE FACILITIES
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části

2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Hlubokomrazící boxy

Část 2 – Inkubátory CO₂

Část 3 – Centrifugy

Část 4 – Termomixer

Část 5 – Analytické váhy pro Ústav farmakologie

Část 6 – Analytické váhy pro Ústav klinické mikrobiologie

Část 7 – Laminární boxy pro Ústav farmakologie a Ústav klinické mikrobiologie

Část 8 – Laminární box pro Ústav hygieny a preventivního lékařství

Část 9 – Motorizace invertovaného mikroskopu

Část 10 – Fluorescenční mikroskop

Část 11 – Aspirační přenosný systém pro odsávání zbytků nehořlavých kapalin

Část 12 – Systém na produkci ultračisté vody

Část 13 – Kontejner na skladování vzorků v tekutém dusíku

Část 14 – Autokláv

Část 15 – 3D třepačka a minivortex

2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

2.3 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.

2.4 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Předmět plnění veřejné zakázky

Část 3 – Centrifugy

2.5 Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka 12 kusů přístroje – centrifugy, přičemž dva kusy jsou určeny pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, čtyři kusy pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, jeden kus pro Laboratoř buněčných kultur Ústavu hygieny a preventivního lékařství Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, jeden kus pro Laboratoř speciálních imunochemických metod Ústavu klinické imunologie a alergologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové a tři kusy pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „centrifuga“).

2.6 Jedná se o přístroje umožňující separaci vzorků.

2.7 Předmět plnění části 3 veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

2.8 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Část 3 – Centrifugy

Kód CPV:

42931120-8	Stolní odstředivky
42931140-4	Rotorové vybavení pro odstředivky
42931130-1	Redukční vložky pro odstředivky

3. Cena sjednaná ve smlouvě

3.1 Zadávací řízení bylo zrušeno.

4. Použitý druh zadávacího řízení

4.1 Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

5.1 Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo účastníka	Účastník	IČO	Sídlo
9.	BioTech a.s.	25664018	Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10
10.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	25065939	Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1398/124, PSČ 14800

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

6.1 Označení účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení:

Účastník č. 9.

Účastník: **BioTech a.s.**
IČO: 25664018
Sídlo: Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10

Odůvodnění vyloučení

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 08.08.2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.08.2018.

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky se dne 21.11.2018 uskutečnilo jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), jež na základě rozhodnutí zadavatele v souladu s § 42 zákona plní úkoly spojené s hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, na kterém komise provedla hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení **nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení** v dále uvedeném rozsahu:

účastník neprokázal splnění podmínek účasti – technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.

Zadavatel v odst. 3.43 dokumentace zadávacího řízení stanovil, že technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou blíže specifikovány ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

Zadavatel v odst. 18.9 dokumentace zadávacího řízení stanovil, že součástí nabídky musí být účastníkem řádně doplněná specifikace nabízeného plnění. Účastníkem předložená specifikace nabízeného plnění musí obsahovat minimálně údaje v rozsahu, ve struktuře a v členění podle specifikace předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Z účastníkem předložené specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem řízení nabízené plnění splňuje minimální

požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění. Specifikaci nabízeného plnění zadavatel doporučil zpracovat podle předlohy (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

A. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné u přístroje Chlazená stolní centrifuga pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie technický parametr „Rozměry:“ s požadavkem na „šířka max. 46 cm, hloubka max. 75 cm, výška max. 65 cm“.

Účastník předložil na str. 33 až 48 nabídky dokument s názvem Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky (dále jen „**Specifikace předmětu plnění**“). V předložené Specifikaci předmětu plnění účastník uvedl „š x h x v 770 x 650 x 390 mm“.

Ze shora uvedených údajů tak je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli chlazenou stolní centrifugu o jiných rozměrech, než požadoval zadavatel. Účastníkem uvedená šířka přístroje totiž přesahuje maximální možný rozměr šířky stanovený zadavatelem.

B. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné u přístroje Chlazená stolní centrifuga pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie technický parametr „Kapacita:“ s požadavkem na „max. 4 x 600 ml“ a technický parametr „Kapacita zkumavek:“ s požadavkem na „max. 72 (15 ml)“.

V předložené Specifikaci předmětu plnění účastník uvedl u technického parametru kapacita „Ano, až 4 x 750 ml“ a u technického parametru kapacita zkumavek „Ano, až 80 x 15 ml“.

Z uvedených údajů je tak zřejmé, že účastník nabízí zadavateli chlazenou stolní centrifugu o jiné kapacitě a jiné kapacitě zkumavek (vyšší), neboť zadavatel požaduje kapacitu max. 4 x 600 ml a kapacitu zkumavek max. 72 (15 ml).

Na základě shora uvedených údajů je komise přesvědčena, že účastník nenabízí zadavateli Chlazenou centrifugu pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie v technických parametrech odpovídajících požadavkům zadavatele.

C. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné u přístroje Univerzální chlazená centrifuga na cytometrické zkumavky a mikrozkušavky pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie technický parametr „Nastavení doby centrifugace:“ s požadavkem na „Ano, nastavení po 1 minutě, celková doba centrifugace minimálně od 1 minuty do 60 minut“.

V předložené Specifikaci předmětu plnění účastník uvedl u technického parametru nastavení doby centrifugace „Ano, nastavení po 10 s, až 99h59min“.

Z uvedených údajů je tak zřejmé, že účastník nabízí zadavateli univerzální chlazenou centrifugu na cytometrické zkumavky a mikrozkušavky o jiném nastavení doby centrifugace, neboť zadavatel výslovně požaduje nastavení po 1 minutě.

Na základě shora uvedených údajů je komise přesvědčena, že účastník nenabízí zadavateli Univerzální chlazenou centrifugu na cytometrické zkumavky a mikrozkušavky pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie v technických parametrech odpovídajících požadavkům zadavatele.

Uvedené platí rovněž pro přístroj Chlazená stolní centrifuga na cytometrické zkumavky a mikrozkušavky pro Laboratoř speciálních imunochemických metod Ústavu klinické imunologie a alergologie.

D. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné u přístroje Nechlazená centrifuga pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie technický parametr „rozměry: výška x šířka x hloubka:“ s požadavkem na „výška max. 330 mm, šířka max. 330 mm, hloubka max. 360 mm“.

V předložené Specifikaci předmětu plnění účastník uvedl u technického parametru rozměry „š x v x h 28 cm x 29 cm x 39 cm“.

Ze shora uvedených údajů tak je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli nechlazenou centrifugu o jiných rozměrech, než požadoval zadavatel. Účastníkem uvedená hloubka přístroje totiž přesahuje maximální možný rozměr hloubky stanovený zadavatelem.

S ohledem na shora uvedené komise konstatovala, že **účastníkem nabízené plnění nesplňuje zadavatelem stanovené technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.**

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 zákona písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení, neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňovaly zadávací podmínky.

Účastník č. 10.

Účastník: **SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.**
IČO: 25065939
Sídlo: Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1398/124, PSČ 14800

Odůvodnění vyloučení

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 08.08.2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.08.2018.

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky se dne 21.11.2018 uskutečnilo jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), jež na základě rozhodnutí zadavatele v souladu s § 42 zákona plní úkoly spojené s hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, na kterém komise provedla hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení **nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení** v dále uvedeném rozsahu:

účastník neprokázal splnění podmínek účasti – technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.

Zadavatel v odst. 3.43 dokumentace zadávacího řízení stanovil, že technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou blíže specifikovány ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

Zadavatel v odst. 18.9 dokumentace zadávacího řízení stanovil, že součástí nabídky musí být účastníkem řádně doplněná specifikace nabízeného plnění. Účastníkem předložená specifikace nabízeného plnění musí obsahovat minimálně údaje v rozsahu, ve struktuře a v členění podle specifikace předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Z účastníkem předložené

specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem řízení nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění. Specifikaci nabízeného plnění zadavatel doporučil zpracovat podle předlohy (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

A. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné u přístroje Chlazená stolní centrifuga pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie technický parametr „Rozměry:“ s požadavkem na „šířka max. 46 cm, hloubka max. 75 cm, výška max. 65 cm“.

Účastník předložil na str. 28 až 40 nabídky dokument s názvem Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky (dále jen „**Specifikace předmětu plnění**“). V předložené Specifikaci předmětu plnění účastník uvedl „ANO, šířka 71 cm, hloubka 65 cm, výška 42 cm (v souladu s vysvětlením a doplněním ZD č. 2 zadavatele ze dne 21.9.2018)“.

Ze shora uvedených údajů tak je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli chlazenou stolní centrifugu o jiných rozměrech, než požadoval zadavatel. Účastníkem uvedená šířka přístroje totiž přesahuje maximální možný rozměr šířky stanovený zadavatelem.

B. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné u přístroje Univerzální chlazená centrifuga na cytometrické zkušavky a mikrozkušavky pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie technický parametr „Úhlový rotor na mikrozkušavky 1,5 až 2 ml typu eppendorf a 1,5 ml zkušavky:“ s požadavkem na „Ano, kapacita rotoru minimálně 20 mikrozkušavek o průměru 11 mm, odstředivá síla rotoru do 0 až 20 000 g nastavitelná po 10 g“.

V předložené Specifikaci předmětu plnění účastník uvedl „ANO, FA-45-30-11, 30 zkušavek na rotor RCF 10 – 20 800 x g nastavitelná po kroku 10 x g do 3000 g, výše krok nastavení 100 x g“.

Na základě shora uvedených údajů je komise přesvědčena, že účastník nenabízí zadavateli univerzální chlazenou centrifugu s úhlovým rotorem na mikrozkušavky 1,5 až 2 ml typu eppendorf a 1,5 ml zkušavky s kapacitou rotoru minimálně 20 mikrozkušavek o průměru 11 mm, odstředivou silou rotoru do 0 až 20 000 g nastavitelnou po 10 g tak, jak požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Komise je ještě schopna akceptovat, že účastníkem nabízené plnění nedisponuje odstředivou silou rotoru od 0 g, když by to znamenalo stojící (nepracující) centrifugu a když nastavitelnost je požadována po 10 g. Komise je rovněž schopna akceptovat, že účastníkem nabízené plnění disponuje odstředivou silou rotoru v maximálním rozsahu vyšším, než požadoval zadavatel. Komise však nemůže akceptovat, že účastníkem nabízené plnění umožňuje nastavitelnost RCF po kroku 10 g pouze do 3000 g a výše již po 100 g.

S ohledem na shora uvedené komise konstatovala, že **účastníkem nabízené plnění nesplňuje zadavatelem stanovené technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.**

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 zákona písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení, neboť údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňovaly zadávací podmínky.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

7.1 Zadávací řízení bylo zrušeno.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1 Zadávací řízení bylo zrušeno.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

9.1 Zadávací řízení bylo zrušeno dne 22.02.2019

9.2 Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

9.3 Zadávací řízení bylo ukončeno v souladu s § 51 odst. 2 zákona ke dni zrušení zadávacího řízení, neboť ke dni zrušení zadávacího řízení v zadávacím řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení, který by mohl podat námitky proti zrušení zadávacího řízení.

V Brně dne 01.03.2019

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel