



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

k veřejné zakázce na dodávky zadané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„FIND - přístrojové vybavení 1“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@skkol.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce vyjma vyloučení účastníka veřejné zakázky, zrušení veřejné zakázky a rozhodnutí o námitkách.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 6:

Část 8, B) Chlazená centrifuga

Zadavatel uvádí u chlazené centrifugy požadované maximální rozměry (š x h x v) 35 x 40 x 25 cm a maximální výšku (s otevřeným víkem) 55 cm. Rádi bychom nabídli zadavateli chlazenou centrifugu která má rozměry (š x h x v) 38 x 58 x 26 cm a maximální výšku (s otevřeným víkem) 60 cm. Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou centrifugu při splnění všech ostatních parametrů?

Odpověď č. 6:



Zadavatel bude akceptovat přístroj uvedených rozměrů. Požadované rozměry přístroje byly upraveny v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 7:

Část 4, E) Biologický laminární box

Zadavatel požaduje dálkové ovládání všech funkcí laminárního boxu. Dle našeho názoru se jedná pouze o komfortní doplněk a jeho nepřítomnost v žádném případě neovlivní správnou funkčnost laminárního boxu. Navíc tento doplněk nabízí na českém trhu pouze jediný výrobce, tudíž se z našeho pohledu jedná o diskriminační požadavek. Opravdu zadavatel trvá na dodržení požadavku dálkového ovládání?

Odpověď č. 7:

Zadavatel trvá na požadavku dálkového ovládání.

Důvodem je požadavek na maximální sterilitu, efektivnost a komfortnost při práci v laminárním boxu. A to z důvodu minimalizace pohybu pracovníka v průběhu provádění činnosti v čistém prostředí.

Dotaz č. 8:

Část 4, E) Biologický laminární box

Zadavatel požaduje minimální rozměry vnitřního prostoru (š x h x v) 1500 x 700 x 600 mm a maximální vnější rozměry boxu bez podstavce (š x h x v) 1600 x 800 x 1600 mm. Bude zadavatel akceptovat odchylku od těchto parametrů v rozsahu $\pm 5\%$?

Odpověď č. 8:

Zadavatel trvá na dodržení maximálních rozměrů tohoto výrobku uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách z důvodu limitace prostor pro instalaci laminárního boxu.

Zástupce zadavatele

Mgr. Vladimír Kolář

advokát