



Příloha č. 6 zadávacích podmínek

Předběžné tržní konzultace

Informace o průběhu předběžných tržních konzultací pro zadávací podmínky veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II
Zadavatel	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové IČ: 00216208
Druh řízení	Otevřené řízení na dodávky vyhlášené v nadlimitním režimu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

1. Zadavatel v rámci přípravy zadávacích podmínek veřejné zakázky provedl předběžné tržní konzultace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to z toho důvodu, že v předchozím obdobném zadávacím řízení s názvem: „STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem“ neobdržel žádnou nabídku. Jednalo se o otevřené řízení na dodávky v nadlimitním režimu ve smyslu zákona pod Evidenčním číslem zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-044720, které zadavatel zahájil dne 20.12.2018. Z tohoto důvodu byl nucen dne 28.01.2019 citované zadávací řízení zrušit. Zadavatel tímto dokumentem poskytuje informace dle § 36 odst. 4 zákona.
2. Níže je uvedena identifikace osob, které zadavatel dne 06.02.2019 vyzval prostřednictvím elektronické komunikace k poskytnutí informací v rámci předběžných tržních konzultací. Jedná se o devět následujících subjektů, které dle průzkumu trhu podnikají nebo by mohly podnikat v příslušném oboru:

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Lipová 524, 252 43 Průhonice

Atlas Copco s.r.o.
Průmyslová 10, 102 00 Praha 10 – Hostivař

M-ex Production s.r.o.
Veslařská 153/136 Jundrov, 637 00 Brno

Messer Technogas s. r. o.
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4

Ventile & Fittings Praha spol. s r.o.
Družstevní 72, 250 65 Líbeznice

Aleš Umlauf
AP servis, Litošice 44, 535 01 Přelouč

Czech brewery system s.r.o.
Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 747 05 Opava



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



FILCO, spol. s r.o.

Dvorská 464/103, 503 11 Hradec Králové 15

AMF, s.r.o

Unhošťská 2737, 272 01 Kladno 2

3. Zadavatel dne 06.02.2019 zaslal shora uvedeným osobám k posouzení technickou specifikaci **centrálního generátoru dusíku s kompresorem** s tímto průvodním textem:

„Vážení,

jménem zadavatele, kterým je Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, se sídlem Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, IČO 00216208 si Vás dovoluujeme oslovit s žádostí o posouzení přiložené technické specifikace na pořízení centrálního generátoru dusíku s kompresorem, zda Vámi nabízený přístroj splňuje technické specifikace uvedené v příloze.

V případě, že jste jako dodavatel přesvědčeni o možnosti splnění zadavatelem uvedeného cíle způsobem odlišným od uvedeného zadání, žádáme Vás o popis vlastního návrhu řešení (včetně odůvodnění) či o uvedení jakýchkoliv informací podstatných pro tvorbu zadávacích podmínek.

Vaše vyjádření bude jedním z podkladů při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr dodavatele centrálního generátoru dusíku.

Vaši odpověď prosím zaslat na uvedenou emailovou adresu do 14.2.2019. Děkuji“

4. Zadavatel stanovil lhůtu pro odeslání odpovědí na výzvu k poskytnutí informací v rámci předběžných tržních konzultací na 14.02.2019. Čtyři osoby odpověděli ve stanovené lhůtě, další dvě osoby odpověděli se souhlasem zadavatele po lhůtě a tři osoby neodpověděli vůbec. Celkem tedy zadavateli odpovědělo následujících šest osob:

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.

Lipová 524, 252 43 Průhonice

Atlas Copco s.r.o.

Průmyslová 10, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Messer Technogas s. r. o.

Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4

Ventile & Fittings Praha spol. s r.o.

Družstevní 72, 250 65 Líbeznice

Aleš Umlauf

AP servis, Litošice 44, 535 01 Přelouč

AMF, s.r.o

Unhošťská 2737, 272 01 Kladno 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



5. Na základě odpovědí shora uvedených osob zadavatel upravil specifikaci následujících položek v **Příloze č. 2** zadávací dokumentace s názvem **Technické specifikace**:

- v části s názvem: „Generátor dusíku musí splňovat následující požadavky“ zadavatel upravil specifikaci položek č. 6, 7, 8, 9 a 10.
- v části s názvem: „Kompresor musí splňovat následující požadavky“ zadavatel upravil specifikaci položek č. 1, 10, 11, 12 a 13.

V Hradci Králové dne 11. 03. 2019.