



Doplnění specifikace předmětu dodávky

Součástí dodávky bude také osazení 3 signálních světel u dveří vyznačených níže na půdorysu místnosti žlutými elipsami.

Signální světla budou červené barvy, s nápisem „NEVSTUPOUJTE!“, výrazně viditelná, budou umístěna u dveří z vnější strany a budou se zapínat automaticky při spuštění chodu CT (vlastního skenování), resp. nebude možné spustit CT bez rozsvícení těchto světel.

Obrázek 1 - půdorys místnosti 02.1.40 - místnost CT

