



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„AMTMI - počítačový tomograf“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná
v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@skkol.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce vyjma
vyloučení účastníka veřejné zakázky, zrušení veřejné zakázky a rozhodnutí o námitkách.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez
předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu
s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz -
odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením
§ 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu dodávky požaduje pro diagnostickou stanici program
pro automatickou analýzu plicních uzlů včetně RECIST hodnocení.

Rozumíme správně, že je myšlen kompletní program pro automatickou analýzu plicních uzlů, tedy
včetně RECIST hodnocení a včetně automatického vyhledávání plicních uzlů?

Vysvětlení č. 1:

Ano, zadavatel požaduje software včetně automatického vyhledávání plicních uzlů.



Dotaz č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu dodávky požaduje pro diagnostickou stanici program pro virtuální kolonoskopii včetně automatické analýzy polypů, automatické subtrakce faecal tagging a virtuální disekce.

Rozumíme správně, že je myšlen kompletní program pro virtuální kolonoskopii včetně automatické analýzy polypů, automatického vyhledávání polypů, automatické subtrakce faecal tagging a virtuální disekce?

Vysvětlení č. 2:

Ano, zadavatel požaduje software automatické analýzy polypů, automatického vyhledávání polypů, automatické subtrakce faecal tagging a virtuální disekce.

Zástupce zadavatele

Mgr. Vladimír Kolář

advokát