

VYSVĚTLENÍ Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IČ: 002 16 208, se sídlem Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	„LF HK – FANTOM – Pořízení specializovaného zařízení pro ORL“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení:	veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Vážení dodavatelé,

dne 18. 3. 2019 nám byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Přestože tato žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, tedy ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se Zadavatel touto žádostí věcně zabývat, neboť žádost obsahuje dotazy podstatné pro podání nabídek, a tím i průběh zadávacího řízení.

- I. **V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ tímto Zadavatel poskytuje k uvedené žádosti následující vysvětlení:**

Text žádosti dodavatele:

„Prosím o upřesnění následujících položek specifikace a zda na jejich dodání zadavatel trvá:“

Dotaz č. 1

„a) požadavek: “- ovládání přes dotykovou obrazovku, na které lze sledovat postupy z 3D modelu hlavy pacienta.”. Dotyková obrazovka, ani 3D hlava pacienta není standardním a ani nadstandardním vybavením simulátoru.“

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel konstatuje, že při přípravě technických specifikací požadovaného plnění došlo ze strany Zadavatele k pochybení. Zadavatel na ovládání před dotykovou obrazovku, na které lze sledovat postupy z 3D modelu hlavy pacienta, netrvá. Součástí požadovaného plnění nebude dotyková obrazovka ani 3D hlava pacienta.

Dotaz č. 2

„b) požadavek: “Stacionární výškově nastavitelný elektrický stůl bez koleček, ke kterému jsou pevně připojeny jednotlivé části setu - stereomikroskop, ovládací PC systém, dotyková barevná obrazovka”. Takové vybavení není standardní a ani nadstandardní součástí simulátoru, dodávaný systém simulátoru nelze tímto způsobem rozšířit.“

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel konstatuje, že při přípravě technických specifikací požadovaného plnění došlo ze strany Zadavatele k pochybení. Zadavatel na dodání stacionárního výškově nastavitelného elektrického stolu netrvá, a tento tak nebude součástí požadovaného plnění v rámci této Veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

„c) požadavek: “PC systém propojující jednotlivé součásti setu - stereomikroskop, model hlavy pacienta a dotykovou obrazovku”. Stereomikroskop, (3D) model hlavy, ani dotyková obrazovka nejsou součástí standardního a ani nadstandardního vybavení, tudíž není možné zajistit propojení těchto předmětů PC systémem výrobce simulátoru.”

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel konstatuje, že při přípravě technických specifikací požadovaného plnění došlo ze strany Zadavatele k pochybení. Zadavatel na PC systému propojujícím jednotlivé součásti setu netrvá, tento tak nebude součástí požadovaného plnění v rámci této Veřejné zakázky, stejně jako nebudou součástí požadovaného plnění v rámci této Veřejné zakázky položky model hlavy, stereomikroskop, dotyková obrazovka.

II. Změna zadávací dokumentace:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s § 99 ZZVZ Zadavatel rozhoduje o změně zadávací dokumentace v části Příloha č. 1 – Technická specifikace a cenová tabulka. Provedená změna se týká položek uvedených v řádcích č. 13 – 16, přičemž z údajů v řádku 13 bude odstraněn poslední požadavek na - *ovládání přes dotykovou obrazovku, na které lze sledovat postupy z 3D modelu hlavy pacienta*, položky uvedené v řádcích č. 14 – 16 budou odstraněny zcela. Původní řádek č. 17 se tak stává novým řádkem č. 14.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace a cenová tabulka se v této souvislosti nahrazuje novou Přílohou č. 1 – Technická specifikace a cenová tabulka (upravená), která tvoří přílohu tohoto Vysvětlení č. 1.

S ohledem na změnu požadovaného plnění – technické specifikace, a s tím související možné rozšíření okruhu potenciálních účastníků zadávacího řízení, prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek a navazující termín otevírání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek: 23. 4. 2019, 11:00 hodin

Datum otevírání nabídek: 23. 4. 2019, 11:00 hodin

V souladu s ustanovením § 99 ZZVZ bude Vysvětlení č. 1 a jeho příloha uveřejněna na profilu Zadavatele a Opravný formulář se změnami lhůt bude odeslán do Věstníku veřejných zakázek a TED.

V Hradci Králové

za **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**
prof. MUDr. Jiří Mandák, Ph.D. – děkan