

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – NANOBIO – Pořízení přístrojového vybavení (opakované zadání)

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-010352**

spisová značka zadavatele: **LFHKNBPPV2**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:

1)

Dotaz

V technických specifikacích je uvedeno, že spektrofotometr musí disponovat širokým rozsahem detekce vlnových délek, a to 190 až 840 nm. Bude akceptována nabídka přístroje o rozsahu vlnových délek 200 až 900 nm?

Odpověď

Zadavatel upravit požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4 dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění.

Zadavatel nově požaduje, aby spektrofotometr disponoval širokým rozsahem detekce vlnových délek 200-840 nm (spodní hranice musí být 200 nm a méně, horní hranice musí být 840 nm a více).

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke 04.04.2019; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke 04.04.2019; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke 04.04.2019, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 09.05.2019, do 10:30 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 04.04.2019

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v
Hradci Králové**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel