



UNIVERZITA KARLOVA  
Farmaceutická fakulta  
v Hradci Králové

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	InoMed – Temperované CO2 inkubátory do 60 litrů objemu
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a provádí změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě níže uvedených dvou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a rovněž z vlastního podnětu.

1)

### Dotazy zájemců o veřejnou zakázku:

a)

„Dobrý den, mám dotaz k minimálním požadavkům na CO2 inkubátory z Přílohy č. 2a ZD Technická specifikace předmětu plnění. Požadované materiálové složení vnitřku komory a maximální vnější rozměry komory poukazují na konkrétní typ přístroje od jednoho výrobce. Přitom tyto parametry nemají vliv na funkci a účel přístroje. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který bude mít vnitřní prostor z nerezové oceli 1.4301 (ASTM 304), odolné proti korozi? Bude zadavatel akceptovat i vnější rozměry přístroje v x š x hl 795 x 559 x 521 mm? Předem děkuji za odpověď.“

b)

„Dobrý den, Zadavatel požaduje dodávku zařízení o maximálních rozměrech 60 x 50 x 55 cm. Bude zadavatel akceptovat zařízení o rozměrech 65,5 x 50 x 50 cm? Rozdíl ve velikosti je zcela minimální a nedosahuje ani obecně uznávané tolerance +/- 10% z požadované hodnoty. Děkuje“

### Odpověď zadavatele:

Zadavatel se v souvislosti se shora uvedenými žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl o provedení změny zadávací dokumentace následujícím způsobem:

**Zadavatel se rozhodl zvětšit maximální vnější rozměry požadovaného inkubátoru.** Z tohoto důvodu Příloha č. 2a) zadávací dokumentace - Technická specifikace, zní v části „maximální vnější rozměry“ po provedení změny zadávací dokumentace následovně:

**„Maximální vnější rozměry v x š x hl: 80 x 56 x 55 cm“.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Požadavek na vnitřní prostor ze slitiny nerez oceli s příměsí mědi **zadavatel nemění**, což zdůvodňuje požadovanými antimikrobními účinky mědi.

Zadavatel s ohledem na výše uvedenou změnu zadávací dokumentace uveřejňuje přílohu č. 2a) zadávací dokumentace – Technická specifikace v upravené verzi a žádá dodavatele, aby tuto upravenou verzi využili pro zpracování svých nabídek:

#### **Příloha č. 2a) – Technická specifikace\_úprava 10.4.2019**

**2)**

Dále se zadavatel rozhodl z vlastního podnětu upravit Přílohu č. 1 zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy, v čl. 12. Smluvní pokuty, odst. 12.3. následovně: smluvní pokutu ve výši. 100 tis. Kč se rozhodl snížit na 20 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že smluvní pokutu výši 100 tis. Kč zadavatel uvedl ve smlouvě administrativním nedopatřením. Vzhledem k tomu, že výše pokuty není přiměřená k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, rozhodl se ji zadavatel snížit, jak je dále uvedeno.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy, čl. 12 odst. 12.3., zní po provedení změny zadávací dokumentace následovně:

*„12.3. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy v souladu s článkem 10 odst. 10.11., zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu vzniklou škodu a zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).“*

Zadavatel s ohledem na výše uvedenou změnu zadávací dokumentace uveřejňuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace - Návrh kupní smlouvy v upravené verzi a žádá dodavatele, aby tuto upravenou verzi využili pro zpracování svých nabídek:

#### **Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy\_úprava 10.4.2019**

**3)**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

**4)**

Z důvodu provedení změn zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí: **13. 5. 2019, v 10.00 hodin.**

V Hradci Králové dne 10. 04. 2019

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ing. Jiří Včeliš

Přílohy: Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy\_úprava 10.4.2019  
Příloha č. 2a) – Technická specifikace\_úprava 10.4.2019

