



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky:	InoMed – Temperované CO2 inkubátory do 60 litrů objemu
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

„Dobrý den, mám dotaz k minimálním požadavkům na CO2 inkubátory z Přílohy č. 2a ZD Technická specifikace předmětu plnění. Zadavatel požaduje, aby vnitřní prostor inkubátorů byl ze slitiny nerez oceli s příměsí mědi. Tento požadavek odůvodňuje ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 požadovanými antimikrobními účinky mědi. Nerezová ocel s příměsí mědi je účinná pouze na začátku. Měď oxidační a poté již nemá antibakteriální účinek. Naopak v důsledku oxidace vzniká možnost vzniku zárodků na povrchu. Standardně se inkubátory vyrábí z nerezové oceli. Čistý nerezový povrch je dlouhodobě antibakteriální a hygienický. Žádám zadavatele, aby tento požadavek ještě přehodnotil a připustil vnitřní prostor i z čisté nerezové oceli. Předem děkuji za odpověď.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku na vnitřní prostor ze slitiny nerez oceli s příměsí mědi.

2)

Zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 17. 04. 2019

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Ing. Jiří Včeliš



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

