

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁST 5 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-022950**

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo:	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00216208
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Simulátor rozšířené kardiopulmonální resuscitace (ALS_dítě 9 měsíců)

Část 2 – Plastinovaný model horní končetiny

Část 3 – Trenažér pro spinální a epidurální injekci

Část 4 – Dovednostní sada pro laparoskopický trenažér

Část 5 – Ultrazvukový přístroj

Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na více částí veřejné zakázky.

Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.

Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Předmět plnění veřejné zakázky

Část 5 – Ultrazvukový přístroj

Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů ultrazvukového přístroje včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

CPV kód	Název
38970000-5	Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory
33112000-8	Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje
39162200-7	Školící pomůcky a zařízení
33100000-1	Zdravotnické přístroje

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení v části 5 veřejné zakázky bylo zrušeno.

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Číslo účastníka	Účastník	Sídlo	IČO
2.	Texdan s.r.o.	Havlíčková 437, 542 32 Úpice	28768591

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení veřejné zakázky.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Zadávací řízení v části 5 veřejné zakázky bylo zrušeno.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů

Zadávací řízení v části 5 veřejné zakázky bylo zrušeno.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel zrušil zadávací řízení v části 5 veřejné zakázky v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona, neboť v zadávacím řízení v části 5 veřejné zakázky byl jediný účastník zadávacího řízení a ke dni rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v části 5 veřejné zakázky nebylo odesláno oznámení o výběru dodavatele.

Nad rámec výše uvedeného zadavatel konstatuje, že jediný účastník v zadávacím řízení Texdan s.r.o., IČO: 28768591, se sídlem: Havlíčkova 437, 542 32 Úpice, nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť jím nabízené plnění nesplňuje požadavek zadavatele na:

- *frekvenční rozsah dodané lineární sondy: minimální pracovní frekvence 5 MHz nebo méně, maximální pracovní frekvence 10 MHz nebo více*

- *frekvenční rozsah dodané konvexní sondy: minimální pracovní frekvence 2 MHz nebo méně, maximální pracovní frekvence 5 MHz nebo více*
- *pracovní režimy přístroje: 2D zobrazení, barevné dopplerovské zobrazení, spektrální doppler.*

Zadávací řízení v části 5 veřejné zakázky bylo ukončeno v souladu s § 51 odst. 2 písm. a) zákona dnem 03.09.2019.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan