



UNIVERZITA KARLOVA  
Farmaceutická fakulta  
v Hradci Králové

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FaF UK – Rotační vakuová odparka
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a provádí změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě níže uvedené žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

### Dotazy zájemce o veřejnou zakázku:

V době, kdy ve sdělovacích prostředcích vidíme boj o každou korunu na platy učitelům a profesorům, mě zaskočilo vaše vyhlášení veřejné soutěže na RVO. Zřejmě po jedné návštěvě západního dealera.

Už jenom přesné určení ceny na 148.760,- Kč bez DPH téměř prozrazuje odečtení takto přesné ceny z ceníku ("nějaké" firmy).

Další vyhlášené nečnosti moderního přístroje chtějí vyloučit další uchazeče.

- Oddělené dva displeje mají být lepší než v jednom displeji posunout řádek.
- Ruční zvedání má lepší než elektrické.
- 5 l baňka má být lepší než v ČR vyráběné 4 l a 6 l baňky.

Chci jenom upozornit, že za uvedenou cenu můžete mít od české firmy přístroje dva (69.000,- Kč/ks), a tím odpařovat 2 x 4 l, kdy ještě zbydou finanční prostředky na náhradní baňky. Na universitách (např. VFU Brno), kam náš přístroj dodáváme, jsem se nesetkal s odpařováním 5 l kapaliny.

Zajímalo by mě, zda vyhlášení takového soutěže a následně jejího vítěze kontroluje i ministerstvo.

Je to jednoznačné plýtvání s investicemi.

Je mi jako českému výrobcí smutno, ale hlavně jako občanu platicímu daně, ze kterých se pak přidělují finance i na university.

Nechcete se ještě zamyslet na zrušení jednostranného vyhlášení soutěže a zadání změnit na přístupné více firmám s úsporou financí na případné dva přístroje nebo další doplňky?

## **Odpovědi zadavatele:**

### **a) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

V zadávací dokumentaci je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 148.760,- Kč bez DPH. Neznamená to však, že je to cena z ceníku některého z dodavatelů. Je to hodnota vzešlá z průzkumu trhu a z finančních možností zadavatele. Tato hodnota je uvedena jako cena maximální, ale není to cena minimální, tzn. že účastník, který splní všechny zadávací podmínky, může nabídnout cenu nižší.

### **b) Oddělené dva displeje**

V příloze č. 2a Technické specifikace je mimo jiné uveden tento požadavek:

- *samostatné (oddělené) ovládání pro nastavení teploty a otáček.*

Nejedná se tedy o požadavek na oddělené dva displeje. Došlo ke špatnému pochopení tohoto technického parametru. Přesto se zadavatel rozhodl tento technický požadavek ze zadávacích podmínek vypustit.

### **c) Ruční zvedání**

V příloze č. 2a Technické specifikace je mimo jiné uveden tento požadavek:

- *ruční zvedání.*

Na tomto technickém parametru si zadavatel trvá, neboť z dosavadních zkušeností s odparkou s elektrickým zvedáním mu tato absolutně nevyhovuje, protože je více poruchová a neumožňuje dostatečně rychle reagovat na změny v baňce pro odpařování.

### **d) Velikost baňky**

V příloze č. 2a Technické specifikace je mimo jiné uveden tento požadavek:

- *vnitřní průměr lázně min. 220 mm s maximální velikostí 5 l baňky*

Zadavatel tedy v zadávací dokumentaci nepožaduje baňku o objemu 5 l, ale baňku o objemu max. 5 l, tzn. že účastník může dodat přístroj s baňkou o menším objemu. Došlo tedy ke špatnému pochopení tohoto technického parametru. Zadavatel si na požadavku na objem baňky max. 5 l trvá, ale upravil průměr a kapacitu lázně, jak je uvedeno v upravené příloze č. 2a.

### **e)**

Na základě shora uvedených změn zadavatel ruší přílohu zadávací dokumentace s názvem:

Příloha č. 2a Technické specifikace

a nahrazuje ji novou přílohou zadávací dokumentace s názvem:

***Příloha č. 2a – Technická specifikace\_úprava 26.9.2019***

## **2)**

Z důvodu provedení změn zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí: **29. 10. 2019, v 09,30 hodin.**

**3)**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Hradec Králové

---

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ing. Jiří Včeliš

Příloha: Příloha č. 2a – Technická specifikace\_úprava 26.9.2019