



UNIVERZITA KARLOVA  
Farmaceutická fakulta  
v Hradci Králové

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FaF UK – Laminární box
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a provádí změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě níže uvedené žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

### Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

V technických parametrech je požadavek „maximální vnější rozměry : šířka 95 cm, hloubka max. 75 cm.“:

Náš dotaz zní:

Bylo by možné nabídnout přístroj, který absolutně splňuje vaše technické požadavky, nebo je překračuje, ale má vnější šířku nepatrně větší o 2 cm a to 97 cm. ?????

### Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl tazateli vyhovět a připustit dodání širšího boxu, a to takto:

- maximální vnější rozměry: šířka max. **100 cm**, hloubka max. 75 cm

Na základě shora uvedené změny zadavatel ruší přílohu zadávací dokumentace s názvem:

Příloha č. 2a Technické specifikace

a nahrazuje ji novou přílohou zadávací dokumentace s názvem:

***Příloha č. 2a – Technická specifikace\_úprava 03.10.2019***

**2)**

Z důvodu provedení změn zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí: **05. 11. 2019, v 10,00 hodin.**

**3)**

**Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.**

Hradec Králové

---

Univerzita Karlova  
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Ing. Jiří Včeliš

Příloha: Příloha č. 2a – Technická specifikace\_úprava 03.10.2019