



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	EFSA - CDN – Kompresor
Název zadavatele, jednatel:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

A)

Dotazy zájemce o veřejnou zakázku a odpovědi zadavatele

- 1) kdo a jak zajistí nastěhování kompresorového zařízení do prostoru kompresorovny? (zajistí kupující manipulační techniku, je kompresorovna ve stejném podlaží jako příjezdová komunikace a je dobře přístupná?)

ODPOVĚD ZADAVATELE:

V Příloze č. 2a zadávací dokumentace s názvem: Technická specifikace je mimo jiné uvedeno toto:

„V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady:

doprava na místo plnění, vybalení a kontrola,

instalace přístroje a demonstrace jeho provozu,

zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny,

likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje“

Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem zakázky je i doprava kompresoru do místa plnění, tj. v tomto případě do místnosti č. 2116, v 1. patře budovy SEVER Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové. Budova je vybavena osobním a nákladním výtahem. Zadavatel nebude zajišťovat manipulační techniku. Otázku přístupnosti kompresorovny si může každý zájemce o veřejnou zakázku ověřit sám přímo na místě. Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, protože předmětná budova je veřejně přístupná v pracovní dny od 9 do 16 hodin. Samotnou místnost č. 2116, kde bude kompresor umístěn, je možné navštívit po předchozí e-mailové nebo telefonické dohodě s doc. PharmDr. Jiřím Kunešem, CSc., tel. 495067277, e-mail: kunes@faf.cuni.cz.

- 2) v zadávací technické specifikaci je uvedeno, že kompresor by měl být s integrovanou kondenzační sušičkou vzduchu (která má obvykle tlakový rosný bod + 3°C), ale dále v technických požadavcích na tlakový vzduch uvádíte, že rosný bod tlakového vzduchu by měl být - 40°C. Prosím uveďte jednoznačnou hodnotu.

ODPOVĚD ZADAVATELE:

V Příloze č. 2a zadávací dokumentace s názvem: Technická specifikace je mimo jiné uvedeno toto:
„Součástí dodávky kompresoru musí být veškeré příslušenství, které zajistí suchý a čistý vzduch, tj. vzduch s těmito parametry:

Obsah pevných částic: maximálně 5 µm

Obsah zbytkového oleje: maximálně 0.1 ppm W/W

Rosný bod: mínus 40 stupňů Celsia nebo méně“

Nabízený kompresor a jeho příslušenství tedy musí splnit shora uvedené požadavky na *suchý a čistý vzduch*. Jakým technickým řešením, resp. příslušenstvím těchto požadavků kompresor dosáhne, zadavatel dodavateli neurčuje. Jediné co v tomto smyslu zadavatel nařizuje je, že součástí kompresoru musí být integrovaná kondenzační sušička.

- 3) Co se týká sušení tlakového vzduchu, máte na mysli tlakový rosný bod nebo rosný bod, čili atmosférický?

ODPOVĚD ZADAVATELE:

Zadavatel má na mysli tlakový rosný bod.

- 4) Co se týká instalace a montáže kompresorového zařízení, v jakém rozsahu je požadována? (tlakový vzduch, elektrické připojení, větrání a vzduchotechnika)
- pouze propojení kompresorových komponent tlakovým potrubím a do jaké vzdálenosti od kompresoru, je možné zaslat také rozměry místnosti kde se bude zařízení instalovat, případně požadovaný materiál tlakového potrubí?
 - co se týká elektrické instalace zařízení, jak bude požadována? Bude v kompresorovně elektrický rozvaděč s dostatečným jištěním, případně v jaké vzdálenosti od kompresoru, nebo bude v blízkosti kompresoru motorová zásuvka a my provedeme pouze připojení?
 - je požadováno nějaké větrání prostoru kompresorovny, případně odvětrací vzduchotechnické potrubí?

ODPOVĚD ZADAVATELE:

Rozměry místnosti, kde bude kompresor umístěn, jsou: délka: 285 cm, šířka: 205 cm.

V současné době je již v této místnosti kompresor umístěn a provozován /novým kompresorem bude starý kompresor nahrazen/, proto je tato místnost vybavena tlakovým potrubím z hliníku, jednou zásuvkou na 3-fázový proud (380 V) s dostatečným jištěním a čtyřmi zásuvkami (220 V). Místnost je odvětrávána a z vedlejší místnosti je klimatizována. Dodavatel tedy pouze propojí kompresorové komponenty se stávajícím vybavením místnosti a dále provede všechny další úkony, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Zadavatel dodavatelům neurčuje materiál tlakového potrubí mezi kompresorem a stávajícím tlakovým potrubím zadavatele.

Jak je již uvedeno výše v bodě 1), samotnou místnost č. 2116, kde bude kompresor umístěn, je možné navštívit po předchozí e-mailové nebo telefonické dohodě s doc. PharmDr. Jiřím Kunešem, CSc., tel. 495067277, e-mail: kunes@faf.cuni.cz.

B)

Ostatní zadávací podmínky, včetně lhůty pro podání nabídky, zůstávají nezměněny.

Hradec Králové

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Ing. Jiří Včeliš