

Technická specifikace

Objektiv umožňující následující mikroskopovací metody:

Pozorování v procházejícím světle

Pozorování ve fázovém kontrastu

- Objektiv 40x s dlouhou pracovní vzdáleností a s korekcí na nekonečno (Optická soustava UIS2)
- Třída objektivu alespoň LCAchromát
- Numerická apertura minimálně 0,55
- Pracovní vzdálenost 2,2 mm a větší
- Vybavení pro fázový kontrast kompatibilní se stávající univerzální vložkou v kondenzoru (jedna vložka pro objektivy 4x – 40x) mikroskopu Olympus CKX53
- Připojovací závit: RMS

Obecné požadavky

Není-li uvedeno jinak a je-li relevantní, je požadováno/platí:

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy;
- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.);
- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.