



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")

„LFP - Přístrojové vybavení (příspěvek P)“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova
Právní forma: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele:

Zástupce: Hana Kvasnicková
Telefon: +420 377 593 445
e-mail: Hana.Kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 8. 11. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla dodavatelem doručena po lhůtě stanovené v ust. § 98 a § 54 odst. 5 ZZVZ, přesto zadavatel považoval za vhodné se žádostí zabývat a vysvětlit, nejasnosti zadávací dokumentace. Níže zadavatel poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům:

Dotaz dodavatele:

Máme dotaz k části 8 - Automatické pipety:

- Je možné dodat u multikanálových pipet místo objemu 20 - 300ul objem 30 - 300ul, příp. 50 - 300? Trvání na dodání pipety 20 - 300 ul výrazně sníží počet možných účastníků. Můžeme případně nabídnout dvě 8-kanálové pipety, které pokryjí celý rozsah 20 - 300 (tj např. 20 - 200 a 50 - 300)?
- Je možné u 8-kanálové pipety 2 - 20 ul dodat pipetu, která má nahodilou chybu při objemu 20 ul ve výši 1 %?
- Popřípadě někteří naši dodavatelé neuvádějí chyby pro prostřední hodnotu. Pokud jsou chyby u nízké a vysoké hodnoty v rámci rozsahu, musíme specifikovat i chybu na prostřední hodnotě?
- Většina dodavatelů uvádí chyby v procentech. Je možné v nabídce specifikovat chyby našich pipet též v procentech?

Odpověď zadavatele:

- Ad a) Dodání multikanálové pipety o objemu 30-300 μ l (příp. 50-300 μ l) místo objemu 20 - 300 μ l je **nepřijatelné**. Dodání dvou 8-kanálových pipet pokrývajících celý rozsah (např. 20-200 a 50-300) je při dodržení ostatních parametrů **přijatelné**.
- Ad b) Nahodilá chyba ve výši 1% je u multikanálové pipety 2-20 μ l vyšší než požadovaná maximální chyba, a to je **nepřijatelné**.
- Ad c) Většina špičkových pipet má chybu pro střední hodnotu uvedenu a tedy neuvádění chyby pro střední hodnotu je **nepřijatelné**.
- Ad d) Specifikovat chyby pipet též v procentech je **přijatelné**.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele:

Hana Kvasničková v. r.