



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")

„LFP - Přístrojové vybavení (příspěvek P)“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova
Právní forma: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele:

Zástupce: Hana Kvasničková
Telefon: +420 377 593 445
e-mail: Hana.Kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 11. 11. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla dodavatelem doručena po lhůtě stanovené v ust. § 98 a § 54 odst. 5 ZZVZ, přesto zadavatel považoval za vhodné se žádostí zabývat a vysvětlit, nejasnosti zadávací dokumentace. Níže zadavatel poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům:

Dotaz dodavatele č. 1:

Bude zadavatel akceptovat multikanálové pipety s lehce odlišnou nepřesností, než jakou uvádí? Například u 8-kanálové pipety 2 - 20 uvádí zadavatel hodnoty 0,1; 0,2 a 0,4 a námi nabízená pipety má hodnoty 0,1; 0,23 a 0,4. Jaká je tolerance?

Odpověď zadavatele č. 1:

U multikanálových pipet souhlasíme se snížením přesnosti na 0,23. U ostatních pipet se snížením přesnosti nesouhlasíme.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele:

Hana Kvasničková v. r.